

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET 2

PROCESOR MOWY DO IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH
 TYPU NUCLEUS 24 / NUCLEUS FREEDOM - **SZTUK: 30**

- **Pełna nazwa handlowa** - Procesor dźwięku Cochlear™ Nucleus® 8 lub Procesor dźwięku Cochlear™ Nucleus® 7 lub Procesor dźwięku Cochlear™ Kanso2
- **Model** – CP1110 lub CP1000 lub CP1150
- **Producent** – Cochlear Ltd.
- **Numer katalogowy** - Kanso2: P1320278 czarny, lub P1320276 brązowy, lub P1320274 beżowy, lub P1320275 srebrny, lub P1320277 szary lub Nucleus8: P1840233 czarny, lub P1840542 szary, lub P1840111srebrny, lub P1840723 biały, lub P1840403 beżowy, lub P1840332 brązowy lub **Nucleus7: Z482005 czarny lub Z482007 szary lub Z482006 brązowy lub Z482008 beżowy lub Z544559 biały lub Z482009 czarny ze złotą obwolutą.**

Lp.	PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE – opisać, wypełnić* (opis oferowanego przedmiotu zam., numer strony załączonego folderu/ulotki) Należy wskazać wszystkie parametry wskazane przez Zamawiającego
1.	Procesor mowy kompatybilny z implantem ślimakowym firmy COCHLEAR, typ: NUCLEUS 24 / NUCLEUS FREEDOM / CL500 i CL600	Tak, Procesor mowy kompatybilny z implantem ślimakowym firmy COCHLEAR, typ: NUCLEUS 24 / NUCLEUS FREEDOM / CL500 i CL600
2.	Możliwość zasilania bateriami i akumulatorami.	Zgodnie z odpowiedziami z dn. 04.04.2024 r. pytanie1: „Dotyczy zał. nr 2 do SWZ, pakiet 2 pkt. 2 i 3 W przypadku oferowania procesorów jednomodułowych czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zasilania przy pomocy akumulatora? Odp. Zamawiający wyraża zgodę.” Tak, możliwość zasilania bateriami i akumulatorami (Nucleus 8 lub Nucleus 7), akumulatorem (Kanso2). Str.:
3.	Możliwość dostarczenia procesora jednomodułowego zasilanego bateriami.	Zgodnie z odpowiedziami z dn. 04.04.2024 r. pytanie1: „Dotyczy zał. nr 2 do SWZ, pakiet 2 pkt. 2 i 3 W przypadku oferowania procesorów jednomodułowych czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zasilania przy pomocy akumulatora? Odp. Zamawiający wyraża zgodę.” Tak, Możliwość dostarczenia procesora jednomodułowego zasilanego akumulatorem. Str.:
4.	Pilot zdalnego sterowania.	Zgodnie z odpowiedziami z dn. 04.04.2024 r. pytanie2: „Dotyczy zał. nr 2 do SWZ, pakiet 2

		<p>pkt. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozwiązanie alternatywne tj. aplikację do zdalnego sterowania procesorem zamiast pilota? Uzasadnienie: Aplikacja daje tę samą możliwość sterowania procesorem oraz sprawdzenia statusu pracy, jak za pomocą pilota.</p> <p>Odp. Zamawiający wyraża zgodę."</p> <p>Tak, aplikacja na telefon komórkowy do zdalnego sterowania.</p> <p>Str.:</p>
5.	Możliwość szkolenia chirurgicznego.	<p>Tak. Możliwość szkolenia chirurgicznego.</p> <p>Str.:</p>
	GWARANCJA I SERWIS	<p>Tak. GWARANCJA I SERWIS</p>
6.	Procesor mowy (część zewnętrzna) minimum 3 lata od wszczęcia.	<p>Tak. Procesor mowy (część zewnętrzna) minimum 3 lata od wszczęcia.</p> <p>Str.:</p>
7.	Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez:.....	<p>Tak, Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: 3 lata od daty wszczęcia lub pierwszego podłączenia oferowanego procesora dźwięku.</p> <p>Nazwa/Adres:</p> <p>Medicus Sp. z o.o. Pl. Strzelecki 24 50-224 Wrocław</p> <p>Telefon: +48 71 34 72 034 Fax: +48 71 34 72 111 adres e-mail: bop@medicus.com.pl</p> <p>Str.:</p>

*Wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem.

Cena ofertowa z podatkiem VAT za 30 szt: 1 085 400,00 zł w tym VAT 8%

Słownie: jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta zł

Cena za 1 sztukę z podatkiem VAT 36 180,00 zł

