

D.25C/250/ 222 /2021

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW TRANSPORTOWYCH Z TELETRANSMISJĄ ORAZ WYPOSAŻENIEM – 2 SZT., POMP INFUZYJNYCH – 45 SZT. WRAZ ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI DLA 4 POMP – 10 SZT. DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: D25C/252/N/8-20rj/21, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: ZADANIE 1- Defibrylator transportowy z teletransmisją wraz z wyposażeniem – 2 szt.

Pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w akumulatory o większej pojemności (z czasem pracy do 600 min monitorowania lub 400 defibrylacji) z czasem ładowania do pełnej pojemności do 5 godzin? Jednocześnie pragniemy zauważyć, że urządzenie jest wyposażone w akumulatory bez tzw. „Efektu pamięci” w związku z tym nie ma konieczności pełnego rozładowywania oraz pełnego naładowania akumulatorów przed ich użyciem jak miało to miejsce przy użytkowaniu akumulatorów starego typu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: ZADANIE 1- Defibrylator transportowy z teletransmisją wraz z wyposażeniem – 2 szt.

Pkt. 41

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z ciśnieniem skurczowym w zakresie od 40 do 270 mmHg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: ZADANIE 1- Defibrylator transportowy z teletransmisją wraz z wyposażeniem – 2 szt.

Pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z ciśnieniem rozkurczowym w zakresie od 20 do 200 mmHg?

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

4. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści defibrylator renomowanego europejskiego producenta model Corpuls 3 będący już na wyposażeniu Szpitala w Wejherowie, w którym amplituda wyświetlanych krzywych EKG może być ustawiona automatycznie lub ręcznie, w automatycznym rodzaju pracy, urządzenie wybiera wartość wzmocnienia tak, by zapis EKG o największej amplitudzie zajmował 50% pola dostępnego na ekranie wyświetlaczu, w ręcznym rodzaju pracy możliwe jest ustawienia (x 0,25/ x 0,5/ x 1/ x 2), zakres częstości oddechów w EtCO₂ 3-150 odd/min, ciśnienie skurczowe w zakresie od 40 do 260 mmHg, ciśnienie rozkurczowe w zakresie 20 do 200 mmHg, wyposażony w 2 kable 6 odprowadzeniowe do pomiaru 12 odprowadzeń EKG, nakładki pediatryczne na łożki defibrylacyjne, elektrody defibrylacyjne jednorazowe dla dorosłych i dla dzieci, czujnik CPR osobny, spełniający pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.



znak: D25C/252/N/8-20rj/21

5. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy zgodzi się na wydłużenie terminu naprawy urządzenia z 5 do 7 dni roboczych oraz z użyciem części z 10 do 14 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzeń zastępczych? Takie rozwiązanie będzie musiało zostać w kalkulowane w koszty oferty, a co za tym idzie znacząco podniesie jej wartość.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPowiednim ZAKRESIE.

Z poważaniem

KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


mgr Monika Klause