

Nr sprawy D25M/251/N/10-28rj/20

Gdynia, dnia 29.06.2020 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń Pracownik Diagnostyki Obrazowej w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z .o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.”

Szpital Pomorski Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. oraz z 2020 poz. 288 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia odpowiedź na pytanie:

Pytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 5 poz. 213 do SIWZ.

Środki ochrony radiologicznej: przenośnik rolkowy o wym. 110x50cm Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania przenośnika taśmowo rolkowego o wymiarach 1100x485 mm.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ

Czy zamawiający w postępowaniu nr D25M/251/N/10-28rj/20 dopuści wstrzykiwacz kontrastu o następujących parametrach:?

Dwugłowicowa strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK.

Zawieszenie sufitowe.

Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów.

Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl – min. 1000 ml

Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi - min. 400 ml Minimalne natężenie przepływu - max. 0,1 ml/s

Maksymalne natężenie przepływu - min. 9,9 ml/s

Maksymalne ciśnienie generowane przez system – min. 325 PSI.

Prędkość wymuszonego przepływu 0,1-10 ml/s, przyrost co 0,1ml/s.

Opóźnienie skanowania 0-600 s, przyrost co 1 sekundę.

Głowica umożliwiająca pracę z amputkostrzykawkami wypełnionymi fabrycznie środkiem kontrastowym o poj. 50, 100 i 125 ml.

Pamięć przechowywania i wywołanie 40 protokołów.

Iniekcje wielofazowe (do 6 faz).

Zintegrowana iniekcja testowa NaCl.

Podgrzewacze utrzymujące temperaturę kontrastu przez min 5h.

Możliwość jednoczesnej pracy przy użyciu różnych środków kontrastowych z ręcznym trybem wyboru Równoczesna iniekcja soli fizjologicznej i środka kontrastowego – z opcją wyświetlania procentowej wartości wstrzykiwanego roztworu. Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12 h.

Wężyk pompy z dopuszczeniem do 12h pracy bez limitu ilości badań.

Obsługa przez dotykowy panel sterujący podłączony ze wstrzykiwaczem za pomocą kabla sygnałowo-zasilającego. Znormalizowane zasilanie elektryczne: 230V AC, 50Hz

Zestaw startowy materiałów jednorazowych dla min. 50 pacjentów

Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania TK na konsoli operatorskiej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy SIWZ, Rozdział VIII

Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 5, wypełnionego jedynie częściowo, w pozycjach, dotyczących parametrów punktowanych, natomiast dopiero na wezwanie – załącznika nr 5 wypełnionego w całości, w zakresie wszystkich parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż jednym z dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania jaki jest wymagany do złożenia wraz z ofertą jest Załącznik nr 5 do SIWZ wypełniony, w zakresie parametrów ocenianych, które stanowią jeden z kryterium oceny oferty. Pozostałe informacje związane z parametrami wymaganymi będą składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie nr 4 dotyczy SIWZ, Rozdział VIII

Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia w dokumentach typu katalog firmowy, broszura informacyjna, itp. jedynie parametrów technicznych określonych Opisie przedmiotu zamówienia, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług (przykładowo: podłączenie urządzeń do systemu PACS/HIS/RIS), czy też wymogów dotyczących np. dokumentacji, gwarancji itd.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca, potwierdzi w dokumentach przedmiotowych, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.10 SIWZ parametry techniczne określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5 dotyczy SIWZ, Rozdział VIII

Prosimy o doprecyzowanie wymogu – czy Zamawiający oczekuje zaznaczenia w materiałach informacyjnych poszczególnych parametrów, znajdujących się w Zestawieniu parametrów wymaganych i ocenianych – Załącznik nr 5?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej celem potwierdzenia, iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ na wezwanie Zamawiającego składa opis oferowanego wyposażenia w postaci dokumentów handlowych dla oferowanego produktu: katalogu, ulotki, folderu lub instrukcji obsługi w jednoznaczny sposób, który potwierdza, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie parametry techniczne szczegółowo opisane w SIWZ, w Zestawieniu parametrów wymaganych i ocenianych – Załączniku nr 5 do SIWZ, z adnotacją której pozycji zestawienia parametrów wymaganych dotyczy dany dokument.

Pytanie nr 6 dotyczy SIWZ, Rozdział VIII

Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SIWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w takiej sytuacji złożenie jedynie oświadczenia producenta urządzenia, wskazujące na spełnianie konkretnych parametrów nie potwierdzonych w dokumentach handlowych, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.10 SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych

Pkt 93 - Zamawiający wymaga, aby serwer aplikacyjny umożliwiał przetwarzanie w ciągu roku maksymalnie do 20 000 badań. Rozwiązanie, które chcielibyśmy zaoferować nie posiada limitu przetwarzanych badań w ciągu roku, a jedynie limit 80 000 jednocześnie przetwarzanych obrazów. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści serwer aplikacyjny który umożliwi przetwarzanie większej ilości badań niż wymagana, w ciągu roku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 8 dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych

Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 512 kbit/s, ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada własne łącza dzierżawione do swoich placówek medycznych, ze stałą pulą adresów IP, zabezpieczone odpowiednim urządzeniami brzegowym, zdolnym wykreować tunel VPN IPsec. Zamawiający dla celów zdalnej diagnostyki dostarczonego urządzenia pozwoli na określonych politykami bezpieczeństwa wewnętrznego warunkach na dostęp zdalny VPN IPsec z sieci zewnętrznej do interfejsów komunikacyjnych ww. urządzenia.

Pytanie nr 9 dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych

W przypadku braku zgody na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada własne łącza dzierżawione do swoich placówek medycznych, ze stałą pulą adresów IP, zabezpieczone odpowiednim urządzeniami brzegowym, zdolnym wykreować tunel VPN IPsec. Zamawiający dla celów zdalnej diagnostyki dostarczonego urządzenia pozwoli na określonych politykami bezpieczeństwa wewnętrznego warunkach na dostęp zdalny VPN IPsec z sieci zewnętrznej do interfejsów komunikacyjnych ww. urządzenia.

Pytanie nr 10 dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych

Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłaconym przez Wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada własne łącza dzierżawione do swoich placówek medycznych, ze stałą pulą adresów IP, zabezpieczone odpowiednim urządzeniami brzegowym, zdolnym wykreować tunel VPN IPsec. Zamawiający dla celów zdalnej diagnostyki dostarczonego urządzenia pozwoli na określonych politykami bezpieczeństwa wewnętrznego warunkach na dostęp zdalny VPN IPsec z sieci zewnętrznej do interfejsów komunikacyjnych ww. urządzenia.

Pytanie nr 11 dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych

Biorąc pod uwagę wymagane parametry opisane w załączniku nr 5 do SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że integracja z systemem RIS/PACS leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak – integracja w tym zakresie leży po stronie Zamawiającego

Pytanie nr 12 dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy

Par. 3 ust. 2 pkt 3), par. 13 ust. 3 pkt 10 –Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający rozumie i akceptuje, że warunkiem zapewnienia szkoleń opisanych w par. 3 ust. 2.3 oraz par. 13 ust. 3.10 jest zapewnienie zgodności z wiążącymi Wykonawcę regulacjami przepisów prawa i etycznych właściwych dla branży wyrobów medycznych oraz wewnętrznych procedur Wykonawcy (z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych wymogów Wykonawcy w tym zakresie co do przedstawienia odpowiednich dokumentów przez Zamawiającego).

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, jednakże jakiegokolwiek wewnętrzne procedury Wykonawcy nie mogą wykraczać uciążliwością poza zapisy umowy o zamówienie publiczne.

Pytanie nr 13 dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy

Par 8 ust. 6 - Ewentualne zmiany podatku VAT dokonywane są poza kontrolą zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy. Nieuzasadnione zatem jest negatywne obciążanie takimi zmianami Wykonawcy – skoro nie ma na nie wpływu, a spowodują de facto obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy. Proponujemy w związku z tym doprecyzowanie, że cena netto wynagrodzenia nie ulegnie i zmianie oraz nadanie par. 8 ust. 6 następującego brzmienia:

6. Zmiany podatku VAT nie spowodują zmiany wynagrodzenia umownego netto, a jedynie odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie – stosownie do zmian podatku VAT – wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zapisy o zmianie podatku VAT są obligatoryjne zgodnie z odpowiednimi przepisami art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, a taki przypadek nie zachodzi w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 14 dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy

Par. 10a (gwarancja na tomograf)

a) Ust. 2: W związku z tym, iż Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony tomograf komputerowy, a więc odpowiadającej okresowi rękojmi, proponujemy doprecyzowanie par. 10a ust. 2 poprzez wskazanie, że okres rękojmi będzie równy okresowi wynikającemu z przepisów Kodeksu cywilnego (w praktyce będzie równy okresowi gwarancji). Zwracamy uwagę, że zmiana ta nie narusza interesów Zamawiającego (z uwagi na jednoczesne udzielenie gwarancji na tożsamy okres), a z perspektywy Wykonawcy w sposób istotny wpłynie na oszacowanie ryzyka i kalkulację ceny oferty. W związku z tym, proponujemy następujące brzmienie par. 10a ust. 2:

„2. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o wskazaną ilość dni wyłączenia sprzętu z użytku. Rękojmia udzielana jest na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy, z uwzględnieniem odpowiedzialności zgodnej z ust. 1.”

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający doprecyzowuje zapis § 10a ust. 2 umowy w następujący sposób:

Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. Przy założeniu, iż każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o wskazaną ilość dni wyłączenia sprzętu z użytku. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy, z uwzględnieniem odpowiedzialności zgodnej z ust.1.

b) Ust. 10: Prosimy o wykreślenie ostatniego zdania (dubluje się ze zdaniem poprzednim) oraz, celem uniknięcia wątpliwości, prosimy o doprecyzowanie, że zapewnienie zastępczego elementu przedmiotu umowy lub pokrycie kosztów badań wykonanych w innej placówce spowoduje odstąpienie od naliczenia kar umownych określonych w § 19 ust. 1 pkt. 3) umowy. W konsekwencji, proponujemy następujące brzmienie par. 10a ust. 10:

„10. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego elementu przedmiotu umowy lub pokrycia kosztów badań wykonanych w innej placówce wskazanej przez Zamawiającego, jeśli z obiektywnych przyczyn nie będzie możliwe zapewnienie zastępczego elementu. Zastępczy element przedmiotu umowy musi charakteryzować się takimi samymi parametrami jak element naprawiany. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zastępczego elementu przedmiotu umowy o parametrach lepszych od pierwotnie oferowanych z zastrzeżeniem, że Wykonawca przeprowadzi odpowiednie szkolenie personelu w zakresie obsługi i użytkowania. Przy spełnieniu powyższego, tj. zapewnieniu zastępczego elementu albo pokryciu kosztów badań w innej placówce, Zamawiający odstąpi od naliczenia kary określonej w § 19 ust. 1 pkt. 3) umowy. „

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający wykreśla ostatnie powtórzone zdanie. Wyjaśnienie wątpliwości Wykonawcy dotyczące braku naliczenia kary w sytuacji zapewnienia zastępczego elementu przedmiotu umowy zawarte jest w § 19 ust. 1 pkt 3) (brak naliczania kary).

c) Ust. 18: Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania czwartek do § 10a ust. 18 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania czwartego o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15 dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy

Par. 10a, ust. 11 - Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji elementu przedmiotu dostawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji. Jako czas niesprawności uznaje się okres od daty zgłoszenia awarii do daty przekazania sprawnego elementu przedmiotu dostawy użytkownikowi. Okres niesprawności liczony jest w dniach. Każda wymiana gwarancyjna powoduje, że okres gwarancji co do rzeczy wymienionej rozpoczyna się od nowa, ale nie może przekroczyć terminu obowiązywania gwarancji na cały dostarczony przedmiot zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16 dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy

Par. 19 (kary umowne)

- a) Ust. 1 W naszej opinii zaproponowane kary umowne, wskazane w ust. Pa. 19 są rażąco wysokie. Przyjęto się, że na rynku wyrobów medycznych wynoszą one ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- b) Ust. 1 pkt 1) i 2): w związku z tym, iż termin realizacji umowy podzielony jest na etapy (dostawa tomografu i realizacji prac adaptacyjnych wraz z jego instalacją), jak również wady mogą dotyczyć tak sprzętu, jak i robót budowlanych, a wynagrodzenie Wykonawcy jest podzielone na wynagrodzenie za sprzęt oraz za realizację robót budowlanych, kary umowne określone w par. 19 ust. 1 pkt 1) i 2) – w zależności od tego, której części przedmiotu umowy dotyczą, powinny być naliczane od: „wynagrodzenia brutto określonego w par. 8 ust. 1 a za tę część przedmiotu umowy, której dotyczy przekroczenie umownego terminu realizacji lub naprawy”.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- c) Ust. 1 pkt 2): Naprawy urządzenia, będącego przedmiotem umowy, ze względu na swoją specyfikę powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany przez producenta serwis. Wykonawca nie może zagwarantować prawidłowości naprawy wykonanej przez serwis nieautoryzowany. W związku z tym prosimy o zmianę treści ust. 1 pkt 2 w taki sposób, aby uprawnienie Zamawiającego do zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi dotyczyło wyłącznie podmiotu, posiadającego autoryzację producenta urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- d) Ust. 1 pkt 2), 3): Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zwinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie w par. 19 ust. 1 pkt 2) i 3) słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający wyraża zgodę.

- e) Ust. 2: Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar lub ich określenie na poziomie 100% (a więc w praktyce „konsumujące” całe wynagrodzenie) może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych na poziomie 15%, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18).

Odpowiedź Zamawiającego.:

Wprowadzono limit kar umownych, Zamawiający nie wyraża zgody na jego obniżenie.

Pytanie nr 17 dotyczy Załącznika nr 10 do SIWZ - umowy powierzenia przetwarzania danych,

Par. 3 ust. 5 i 6: postanowienie ust. 6 i 5 są ze sobą sprzeczne, tj. ust. 5 nie zezwala na podpowierzenie danych, a ust. 6 wskazuje na obowiązek spełniania tych samych gwarancji i obowiązków co Podmiot przetwarzający przez Podwykonawcę. W związku z tym oraz wobec faktu, iż w przypadku Wykonawców zrzeszonych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych oraz ze względu na stopień skomplikowania sprzętów będących przedmiotem postępowania, odpowiednie czynności serwisowe mogą wymagać konieczności natychmiastowego wsparcia podwykonawców. Konieczność uzyskania każdorazowej zgody Administratora na powierzenie danych w sposób istotny utrudni czynności serwisowe, a nawet uniemożliwi zdalną diagnostykę sprzętu. Proponujemy zatem, aby wymóg każdorazowego uzyskiwania pisemnej zgody Administratora nie dotyczył stałych podwykonawców Wykonawcy, których lista zostanie dołączona do umowy powierzenia. Proponujemy zatem następujące brzmienie par. 3 ust. 5:

5. Podmiot przetwarzający upoważni swoich pracowników do przetwarzania danych powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający nie może upoważnić innych osób do przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Administratora, ani nie może dokonać dalszego powierzenia danych osobowych podmiotom innym niż podwykonawcy znajdujący się na liście załączonej do niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ani nie może przetwarzać danych w innym celu niż wskazanym w § 2 niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Administratora pod rygorem nieważności.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18 dotyczy Załącznika nr 10 do SIWZ - umowy powierzenia przetwarzania danych

Par. 4 ust. 1: Zwracamy uwagę, iż RODO nie narzuca konkretnej formy kontroli przetwarzania danych. Przeprowadzanie audytów stanowi najdalej idącą formę takiej kontroli (szczególnie z uwagi na przewidziane uprawnienie do przeprowadzania audytów przez podmiot trzeci) i stwarza ryzyko dostępu do tajemnicy przedsiębiorstwa Procesora, w tym informacji poufnych Procesora i ich klientów. W związku z tym,

proponujemy, aby audytor był wybierany wspólnie przez strony oraz konieczność zapewnienia nieujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotu przetwarzającego poprzez następującą modyfikację par. 4 ust. 1:

1. Podmiot przetwarzający umożliwi audytorowi upoważnionemu przez Administratora i wybranemu wspólnie z Podmiotem przetwarzającym, przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w miejscu przetwarzania danych. Kontrola może dotyczyć jedynie danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Umowy i będzie ograniczona do siedziby Podmiotu przetwarzającego i urzędzeń służących do przetwarzania danych osobowych oraz personelu zaangażowanego w czynności przetwarzania objęte zakresem Umowy, z zastrzeżeniem zapewnienia braku dostępu do tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie na końcu zdania: z zastrzeżeniem zapewnienia braku dostępu do tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego.

Pytanie nr 19 dotyczy Załącznika nr 10 do SIWZ - umowy powierzenia przetwarzania danych

Par. 4 ust. 6: W związku z tym, iż kontrola przeprowadzana jest z inicjatywy i na potrzeby Administratora, prosimy o zmianę par. 4 ust. 6 i wskazanie, że koszty te będzie ponosił Administrator jako podmiot kontrolujący i takiej kontroli wymagający.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20 dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w swojej siedzibie zapewni miejsce magazynowe składowania dostarczonego tomografu, spełniające następujące kryteria:

- pomieszczenie o powierzchni min 25mkw
- dostęp z poziomu terenu przez drzwi o wymiarach min. 110 x 200cm
- nośność posadzki 2000kg
- temperatura powietrza w zakresie 0-30 st. C
- gradient temperatury < 3 st. C/h
- wilgotność względna < 70%
- gradient wilgotności < 5%/h
- pomieszczenie z nadzorowanym dostępem

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający przygotowuje takie pomieszczenie.

Pytanie nr 21 dotyczy prac adaptacyjnych:

Zamawiający w Zał. 8 do SIWZ wymienia prace budowlane do wykonania przez Wykonawcę, m.in.: "prace niezbędne w zakresie przeniesienia i ponownego podłączenia wyposażenia z przebudowywanych pomieszczeń IOM do innej zastępczej lokalizacji". Prosimy o wyjaśnienie co oznaczają "prace niezbędne" oraz szczegółowe opisanie tego zakresu w celu rzetelnego przygotowania oferty.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający przez określenie prace niezbędne rozumie prace związane z przeniesieniem wyposażenia pomieszczeń socjalnych (jadalnia, szatnia), szafy na czystą pościel do sali chorych "D" oraz przeniesienie wraz z ponownym podłączeniem w pomieszczeniu przyległym do "nowej opisowni".

Pytanie nr 22 dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje od Wykonawcy tylko przebudowy pomieszczeń: opisownia i pom. socjalne (2), bez ingerencji w pozostały obszar pracowni tj. pom. badań, sterowni oraz inne, które to pomieszczenia Zamawiający realizuje we własnym zakresie (przez firmę Alstal). W innym przypadku prosimy o wyszczególnienie dodatkowych pomieszczeń i powierzchni objętych niniejszym postępowaniem oraz szczegółowym opisem wymaganych robót.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający potwierdza tylko przebudowę fragmentu obszaru oddziału IOM dla opisowni i pom. socjalnego - bez ingerencji w obszar budowany przez firmę Alstal.

Pytanie nr 23 dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż czas który jest niezbędny na uzyskanie zezwolenia na uruchomienie pracowni TK (od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania zezwolenia) nie będzie liczony w ramach przewidzianego terminu na realizację zadania. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż ani Zamawiający ani Wykonawca nie ma wpływu na formalny czas wydania decyzji administracyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń zawarte jest w terminie przewidzianym na realizację całego zadania.

Pytanie nr 24 dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży termin realizacji jeśli ewentualne opóźnienia będą wynikiem braku działania lub wadliwego działania instalacji wykonanych przez Generalnego Wykonawcę (firmę Alstal) ale mających bezpośredni wpływ na prawidłowe działanie systemu TK.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń zawarte jest w terminie przewidzianym na realizację całego zadania

Pytanie nr 25 dotyczy prac adaptacyjnych:

W związku z tym, że w budynku realizowane są prace przez Generalnego Wykonawcę (firmę Alstal), na którego Wykonawca niniejszego postępowania nie ma żadnego wpływu, prosimy o informację jakie potencjalne utrudnienia mogą występować na terenie obiektu w trakcie dostawy i montażu TK (np. ograniczony dostęp do pomieszczeń w budynku - komunikacja, klatka schodowa itp.) związane z pracami wykonywanymi przez firmę Alstal. Prosimy o szczegółowe wyszczególnienie możliwych utrudnień.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający nie zakłada potencjalnych utrudnień w realizacji prac Generalnego Wykonawcy - pomieszczenie nowej pracowni TK powinno być gotowe przed dostawą urządzenia. Nie powinno być również utrudnień z dostępem do nowych pomieszczeń od strony budynku istniejącego.

Pytanie nr 26 dotyczy prac adaptacyjnych:

W związku z tym, że budynek jest realizowany przez Generalnego Wykonawcę (firmę Alstal), na którego Wykonawca niniejszego postępowania nie ma żadnego wpływu, prosimy Zamawiającego o informację czy wykonanie dostawy i montażu aparatu, będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami, które będzie musiał ponieść Wykonawca, w związku z wejściem na teren budowy Generalnego Wykonawcy (np. opłaty za ochronę obiektu, dostęp do mediów - energia elektryczna, woda, korzystanie z zaplecza socjalnego itp.). Prosimy o podanie jakie to ewentualnie mogą być koszty lub udostępnienie kontaktu do osoby upoważnionej ze strony firmy Alstal do udzielenia powyższych informacji. W przypadku braku informacji nie będzie możliwe przygotowanie rzetelnej wyceny robót.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający informuje że Generalny Wykonawca na pewno obciąży Wykonawcę kosztami za media lub też innymi wynikającymi z prac prowadzonych przez TK. Koszt wstępnie oszacowana na poziomie łącznym 20000,00 netto.

Pytanie nr 27 dotyczy prac adaptacyjnych:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby komunikacja na teren robót prowadziła przez budowę realizowaną przez firmę Alstal na którą Wykonawca niniejszego postępowania nie ma żadnego wpływu. Prosimy zatem Zamawiającego o zapewnienie udostępnienia tej drogi komunikacji ze strony firmy Alstal i podanie na jakich zasadach miałyby się to odbywać. Jeśli udostępnienie drogi komunikacji wiązałoby się z szczególnymi wymaganiami lub też poniesieniem dodatkowych kosztów ze strony Wykonawcy prosimy o te informacje lub udostępnienie kontaktu do osoby upoważnionej ze strony firmy Alstal do udzielenia powyższych informacji. W przypadku braku informacji nie będzie możliwe przygotowanie rzetelnej wyceny robót.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający informuje że Generalny Wykonawca na pewno obciąży wykonawcę TK kosztami za media lub też innymi wynikającymi z prac prowadzonych przez Wykonawcę. Koszt wstępnie oszacowana na poziomie

łącznym 20000,00 netto. Kontakt do osoby upoważnionej ze strony Alstal zostanie podany po wyborze Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 28 dotyczy prac adaptacyjnych:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W przypadku gdyby podczas prac projektowych okazało się, że zajdzie konieczność wydzielenia przeciwpożarowo przyległych głównych ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, innych pomieszczeń, prosimy o potwierdzenie, że projektowany zakres wykraczający poza przedmiot inwestycji (obszar pomieszczeń pracowni) będzie zrealizowany przez Zamawiającego we własnym zakresie,

Odpowiedź Zamawiającego.:

Wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej jak również formalności z tym związane pozostają w gestii Wykonawcy.

Pytanie nr 29 dotyczy prac adaptacyjnych:

W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że czas który jest niezbędny na uzyskanie pozwolenia (od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania pozwolenia) nie będzie liczony w ramach przewidzianego terminu na realizację zadania, a który może wynieść nawet 65 dni. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż ani Zamawiający ani Wykonawca nie ma wpływu na formalny czas wydania decyzji administracyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń zawarte jest w terminie przewidzianym na realizację całego zadania.

Pytanie nr 30 dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni prawidłowe wykonanie posadzki o odpowiedniej nośności oraz niezbędnych kanałów kablowych podłogowych przed dostawą aparatu TK (wg wytycznych dostawcy aparatu TK).

Odpowiedź Zamawiającego.:

Jeżeli chodzi o posadzkę pod samym tomografem to będzie ona wykonana zgodnie z wytycznymi (jeżeli GW takie wytyczne otrzyma), zaś co do kanałów kablowych to będą wykonane zgodnie z projektem architektury.

Pytanie nr 31 dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o informację czy w ramach adaptacji pomieszczeń Zamawiający będzie oczekiwał dostawy jakichkolwiek mebli i/lub innych elementów wyposażenia. Jeśli tak, prosimy o szczegółową specyfikację.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający nie będzie oczekiwał dostawy jakichkolwiek mebli i/lub innych elementów wyposażenia.

Pytanie nr 32 dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni i doprowadzi do pomieszczenia badań (we wskazane miejsce) kabel zasilający tomograf komputerowy (wg wytycznych dostawcy aparatu TK).

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający informuje iż zapewni kabel zasilający TK będzie doprowadzony zgodnie z dokumentacją projektową instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 33 dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o informację w jakiej odległości od pracowni TK jest najbliższy punkt dystrybucyjny sieci telefonicznej do którego będzie możliwość wpięcia nowej instalacji telefonicznej.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Najbliższy punkt dystrybucyjny instalacji telefonicznej znajdują się w piwnicy pod planowana opisownią TK - odległość ok 30-40 m.

Pytanie nr 34 dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe niezbędne do uruchomienia zdalnego serwisu systemu TK?

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający posiada własne łącza dzierżawione do swoich placówek medycznych, ze stałą pulą adresów IP, zabezpieczone odpowiednimi urządzeniami brzegowym, zdolnym wykreować tunel VPN IPsec. Zamawiający dla celów zdalnej diagnostyki dostarczonego urządzenia pozwoli na określonych politykami bezpieczeństwa wewnętrznego warunkach na dostęp zdalny VPN IPsec z sieci zewnętrznej do interfejsów komunikacyjnych ww. urządzenia.

Pytanie nr 35 dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy Zamawiający dysponuje łączem internetowym (o przepustowości min. 2Mbit/sec) w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki systemu TK?

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający posiada własne łącza dzierżawione do swoich placówek medycznych, ze stałą pulą adresów IP, zabezpieczone odpowiednimi urządzeniami brzegowym, zdolnym wykreować tunel VPN IPsec. Zamawiający dla celów zdalnej diagnostyki dostarczonego urządzenia pozwoli na określonych politykami bezpieczeństwa wewnętrznego warunkach na dostęp zdalny VPN IPsec z sieci zewnętrznej do interfejsów komunikacyjnych ww. urządzenia.

Pytanie nr 36 dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostawca sprzętu diagnostycznego zastosował szyfrowane łącze serwisowe typu IPsec VPN?

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający posiada własne łącza dzierżawione do swoich placówek medycznych, ze stałą pulą adresów IP, zabezpieczone odpowiednimi urządzeniami brzegowym, zdolnym wykreować tunel VPN IPsec. Zamawiający dla celów zdalnej diagnostyki dostarczonego urządzenia pozwoli na określonych politykami bezpieczeństwa wewnętrznego warunkach na dostęp zdalny VPN IPsec z sieci zewnętrznej do interfejsów komunikacyjnych ww. urządzenia.

Pytanie nr 37 dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy Zamawiający w ramach wykończenia pomieszczeń oczekuje wykonania nowej infrastruktury sieci komputerowej? Jeśli tak to prosimy o informację w jakiej kategorii należy wykonać nową sieć komputerową oraz ile Zamawiający przewiduje gniazd komputerowych ponad te niezbędne dla dostarczanych przez Wykonawcę urządzeń?

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający w ramach prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń dla nowego urządzenia TK (oraz aparatury i sprzętu wchodzącej w jego skład) wymaga wykonania kompletnego systemu okablowania sygnałowego, teletechnicznego i zasilającego. Okablowanie dla infrastruktury sieci komputerowej musi być zgodne z obowiązującym u Zamawiającego standardem dla budowy takich struktur teletechnicznych. Wszelkie standardy obowiązujące w ramach budowy/przebudowy i modernizacji tychże sieci zawarte są w załączonym dokumencie „SzP_-_Wymagania_do_okablowania_i_sprzet_aktywny_[V.4.2].pdf”. W przypadku konieczności przebudowy/rozbudowy istniejących sieci teletechnicznych oraz wydzielonej sieci zasilania gwarantowanego wybudowanych na rzecz Zamawiającego przez firmę ATEM-Polska Sp. z o.o. w ramach projektu „Pomorskie e-Zdrowie” należy bezwzględnie stosować się do zapisów punktu 8 ww. opracowania, łącznie ze wskazaniem w ofercie wyboru wariantu stosowanej formy przebudowy przez wykonawcę prac budowlano-instalacyjnych oraz poinformowania gwaranta i serwisanta tych struktur – tzn. firmy ATEM-Polska Sp. z o.o., o przystąpieniu do prac modernizacyjnych w tym zakresie. Proces projektowania i wykonawstwa w tym zakresie należy poprzedzić wizytacją terenową w obiekcie i analizą przebiegu obecnych tras kablowych oraz ewentualnymi uzgodnieniami o konieczności rozbudowy tych struktur sieciowych o odpowiednią ilość PEL (punktów elektryczno-logicznych).

Pytanie nr 38 dotyczy prac adaptacyjnych:

W przypadku gdy Zamawiający będzie oczekiwał wykonania instalacji komputerowej prosimy o informację, gdzie będzie należało doprowadzić nową instalację (np. lokalny punkt dystrybucyjny, serwerownia) i podanie w jakiej odległości znajduje się to miejsce od pracowni TK. Prosimy również o informację czy planowana trasa przebiegać będzie przez pomieszczenia wykonywane przez firmę Alstal. W tym przypadku realizacja prac we wskazanym przez Zamawiającego obszarze wiązać się będzie z ingerencją w instalacje i pomieszczenia, które objęte są realizacją zewnętrznego Generalnego Wykonawcy robót (firmę Alstal). Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż w takim przypadku Wykonawca nie jest w stanie w chwili obecnej przewidzieć warunków i wymagań jakie będzie stawiał Generalny Wykonawca podczas realizacji naszych prac. To powoduje, iż żaden z potencjalnych Oferentów (Wykonawców) nie ma możliwości wykonania rzetelnej wyceny. Każdy z Oferentów musi w takim przypadku założyć prawdopodobne wysokie koszty związane z ryzykiem wystąpienia wysokich oczekiwań Generalnego Wykonawcy, który może sztucznie zawyżać swoje oczekiwania i warunki i tym samym powodować, że ostateczny koszt instalacji będzie bardzo wysoki. Aby zatem możliwa była uczciwa konkurencja oraz aby koszty adaptacji nie zależały od wygórowanych oczekiwań i warunków stawianych przez Generalnego Wykonawcę, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji wyłącznie na te elementy robót, które zostaną fizycznie przez niego wykonane nawet jeśli będą częścią większych instalacji/struktur budynku już wcześniej wykonanych przez Generalnego Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Przy rozbudowie struktur sieci Zamawiającego, Wykonawca musi wykonać te struktury zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego standardem dla budowy takich struktur teletechnicznych. Wszelkie standardy obowiązujące w ramach budowy/przebudowy i modernizacji tychże sieci zawarte są w załączonym dokumencie „SzP_-_Wymagania_do_okablowania_i_sprzet_aktywny_[V.4.2].pdf”. W przypadku konieczności przebudowy/rozbudowy istniejących sieci teletechnicznych oraz wydzielonej sieci zasilania gwarantowanego wybudowanych na rzecz Zamawiającego przez firmę ATEM-Polska Sp. z o.o. w ramach projektu „Pomorskie e-Zdrowie” należy bezwzględnie stosować się do zapisów punktu 8 ww. opracowania, łącznie ze wskazaniem w ofercie wyboru wariantu stosowanej formy przebudowy przez wykonawcę prac budowlano-instalacyjnych oraz poinformowania gwaranta i serwisanta tych struktur – tzn. firmy ATEM-Polska Sp. z o.o., o przystąpieniu do prac modernizacyjnych w tym zakresie. Proces projektowania i wykonawstwa w tym zakresie należy poprzedzić wizytacją terenową w obiekcie i analizą przebiegu obecnych tras kablowych oraz ewentualnymi uzgodnieniami o konieczności rozbudowy tych struktur sieciowych o odpowiednią ilość PEL (punktów elektryczno-logicznych), dodatkowo Zamawiający daje możliwość skorzystania z wybudowanych w ramach tego projektu struktur i sieci teleinformatycznych, w tym szaf teletechnicznych zlokalizowanych w odpowiednich punktach PPD – wyposażając je w odpowiednie [zgodne z obowiązującymi i ww. standardami Zamawiającego] elementy pasywne (panele krosowe lub światłowodowe, kable krosowe) oraz elementy aktywne (przełączniki sieciowe). Ponadto istnieje potencjalna możliwość wykorzystania (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym) wykorzystania przebiegów tras kablowych do wybranego na etapie wizji terenowej projektantów wykonawcy punktu PPD.

Pytanie nr 39 dotyczy prac adaptacyjnych:

W przypadku gdy Zamawiający będzie oczekiwał wykonania instalacji komputerowej prosimy o informację czy będzie wymagał dostarczenia urządzeń aktywnych sieci komputerowej. Jeśli tak - prosimy o szczegółową specyfikację.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Tak – Zamawiający ogłaszając postępowanie oczekuje dostarczenia kompletnego i działającego produktu, wobec czego dostawa np. przełączników sieciowych zapewniających podłączenie sygnałowe ww. urządzenia ze strukturami informatycznymi placówki jest elementem koniecznym. Wszelkie wymagania co do preferowanego sprzętu oraz jego konfiguracji znaleźć można w dokumencie „SzP_-_Wymagania_do_okablowania_i_sprzet_aktywny_[V.4.2].pdf”.

Pytanie nr 40 dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie oczekiwał wykonania instalacji kontroli dostępu dla przebudowywanych pomieszczeń? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o szczegółową specyfikację i wymagania dla tej instalacji.

Odpowiedź Zamawiającego.: Zamawiający nie zakłada wykonania instalacji kontroli dostępu do przebudowanych pomieszczeń.

Pytanie nr 41 dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie oczekiwał wykonania instalacji czujek p.poż. dla przebudowywanych pomieszczeń? Jeśli tak, to czy także wpięcie i konfigurację do istniejącej centrali p.poż.?

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający nie zakłada wykonania instalacji ppoż w tym obszarze.

Pytanie nr 42 dotyczy prac adaptacyjnych:

Jeśli Zamawiający będzie oczekiwał wykonania instalacji p.poż. i konfiguracji do centrali p.poż. prosimy również o informację czy planowana trasa przebiegać będzie przez pomieszczenia wykonywane przez firmę Alstal. W tym przypadku realizacja prac we wskazanym przez Zamawiającego obszarze wiązać się będzie z ingerencją w instalacje i pomieszczenia, które objęte są realizacją zewnętrznego Generalnego Wykonawcy robót (firmę Alstal). Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż w takim przypadku Wykonawca nie jest w stanie w chwili obecnej przewidzieć warunków i wymagań jakie będzie stawiał Generalny Wykonawca podczas realizacji naszych prac. To powoduje, iż żaden z potencjalnych Oferentów (Wykonawców) nie ma możliwości wykonania rzetelnej wyceny. Każdy z Oferentów musi w takim przypadku założyć prawdopodobne wysokie koszty związane z ryzykiem wystąpienia wysokich oczekiwań Generalnego Wykonawcy, który może sztucznie zawyżać swoje oczekiwania i warunki i tym samym powodować, że ostateczny koszt instalacji będzie bardzo wysoki. Aby zatem możliwa była uczciwa konkurencja oraz aby koszty adaptacji nie zależały od wygórowanych oczekiwań i warunków stawianych przez Generalnego Wykonawcę, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji wyłącznie na te elementy robót, które zostaną fizycznie przez niego wykonane nawet jeśli będą częścią większych instalacji/struktur budynku już wcześniej wykonanych przez Generalnego Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający nie zakłada wykonania instalacji ppoż w tym obszarze

Pytanie nr 43 dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od przebudowywanych pomieszczeń jest zlokalizowana centrala p.poż.?

Odpowiedź Zamawiającego.:Odległość do centrali ppoż, zlokalizowanej przy wejściu głównym (od ul. Wojta Radkego) wynosi ok 70-80 m.

Pytanie nr 44 dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o informację jakiego typu centrala p.poż jest zainstalowana w budynku i czy jest objęta gwarancją firmy Alstal bądź innej?

Odpowiedź Zamawiającego.:

W szpitalu jest zainstalowana centrala pożarowa Siemens Cerberus

Pytanie nr 45 dotyczy prac adaptacyjnych:

Z uwagi na to, że Zamawiający nie przewiduje wymiany obecnie zainstalowanej centrali wentylacyjnej zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni prawidłowo działającą zgodnie z obowiązującymi przepisami wentylację dla przebudowywanych pomieszczeń pracowni, a Wykonawca ma jedynie wykonać przebudowę kanałów wentylacyjnych zakończonych anemostatami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie instalacji wentylacji w przebudowywanym obszarze opisowni TK i pom. socjalnego leży w gestii Wykonawcy.

Pytanie nr 46 dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o udostępnienie na stronie www Zamawiającego ostatniego protokołu z pomiarów wentylacji dla obecnie działającej instalacji wentylacji w pomieszczeniach objętych przebudową.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający załącza protokół z pomiarów.

Pytanie nr 47 dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni prawidłowo działającą wentylację dla pomieszczenia badań TK i przed wykonaniem przez Wykonawcę osłon stałych rtg przekaże mu stosowne projekty dotyczące tej instalacji, a niezbędne do wykonania projektu osłon stałych rtg.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Instalacja wentylacji w pomieszczeniu badań TK (Pracowni TK) jest w zakresie firmy ALSTAL. Zarówno wykonanie projektu jaki i zabezpieczeń radiologicznych nie leży w gestii Wykonawcy.

Pytanie nr 48 dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni prawidłowo działającą klimatyzację pomieszczenia badań TK (odpowiednia moc chłodnicza, wg wytycznych dostawcy aparatu TK).

Odpowiedź Zamawiającego.:

Instalacja klimatyzacji w Pracowni TK jest w zakresie firmy ALSTAL.

Pytanie nr 49 dotyczy prac adaptacyjnych:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach opisowym i socjalnym. Prosimy o potwierdzenie możliwości montażu jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji budynku lub prosimy o wskazanie miejsca montażu.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający potwierdza możliwość montażu jednostek zewnętrznych - dokładne miejsce montażu zostanie wskazane podczas wykonywania robót.

Pytanie nr 50 dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje podłączenia urządzeń chłodzących do wybranego systemu (np. BMS lub innego). Jeśli tak to prosimy o dokładną specyfikację.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający nie oczekuje podłączenia urządzeń chłodzących do BMS.

Pytanie nr 51 dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o potwierdzenie, iż w wyznaczonym terminie, zgodnym z Umową Zamawiający zapewni prawidłową pracę wszystkich instalacji, które związane są z montażem tomografu (np. inst. elektrycznej, komputerowej, wentylacji, klimatyzacji, itp.), w innym przypadku czas realizacji zostanie odpowiednio wydłużony.

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia czasu realizacji zadania. Okoliczności powodujące konieczność przedłużenia terminu realizacji zostały ujęte w Projekcie Umowy.

Pytanie nr 52 dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o informację czy w wymienionym w SIWZ, III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 1.7, w zakresie prac jest wykonanie identyfikacji wizualnej (tabliczki informacyjne/ostrzegawcze, naklejki itp.) ?

Odpowiedź Zamawiającego.:

Identyfikacja wizualna jest wymagana.

Pytanie nr 53 dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o udostępnienie na stronie www Zamawiającego projektów wykonawczych dot. pracowni w zakresie branży sanitarnej (klimatyzacja: rozmieszczenie i moce urządzeń klimatyzatorów), elektrycznych (zasilania aparatu TK: typ i przekrój kabla, rezystancja pętli zwarcia), teletechnicznych (rozmieszczenia i ilości gniazd komputerowych w pom. sterowni i pom. badań).

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu udostępnione projekty ALSTAL.

Pytanie nr 54 dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o udostępnienie na stronie www Zamawiającego projektu ochrony radiologicznej pracowni TK.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia plik z projektem.

Pytanie nr 55 dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wymiany okna w pomieszczeniu socjalnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga wymiany okna w pomieszczeniu socjalnym przy planowanej opisowni TK.

Pytanie nr 56 dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób ograniczający konkurencję i uniemożliwiający złożenie oferty przez naszą firmę. Czy Zamawiający zmodyfikuje wymogi w sposób następujący, co umożliwi nam złożenie ważnej oferty?

22.	Wyświetlanie filmów instruujących pacjenta o przebiegu badania panelu na gantry lub tablecie	TAK/NIE	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	
49.	Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie X/Y, w czasie pełnego skanu dla min. 64 warstw akwizycyjnych, w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm w punkcie 2 % MTF, w polu akwizycyjnym 50 cm	≥ 15 pl/cm	Bez punktacji	
54.	Zakres skanu dla badań perfuzyjnych głowy z pojedynczego podania kontrastu (badanie bez przesuwu stołu/z przesuwem stołu – podać rodzaj zastosowanej technologii)	≥ 8 cm	Bez punktacji	
55.	Zakres skanu dla badań perfuzyjnych wątroby lub innych narządów mięsistych, z pojedynczego podania kontrastu (badanie bez przesuwu stołu/z przesuwem stołu – podać rodzaj zastosowanej technologii)	TAK/NIE	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	
56.	Zakres skanu dla badań dynamicznych w trybie CTA 4D z pojedynczego podania kontrastu, umożliwiający śledzenie dynamiki rozplywu kontrastu z rozdzielczością czasową nie większą niż 3,2s.	≥ 26 cm	Bez punktacji	
92.	Dawka dla rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm (określonej statystycznie, nie wizualnie) mierzona dla fantomu CATPHAN, określona dla warstwy 10 mm	≤ 9 mGy	Bez punktacji	

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikuje wymogi w punkcie 22 i 49. W zakresie pozostałych punktów Zamawiający nie wprowadzi ww zaproponowanych zmian.

Pytanie nr 57 dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych do pkt 7
Pragniemy zauważyć, że im większe prądy przy niskich napięciach anody stosujemy w protokołach badań, tym lepszą otrzymujemy kontrastowość obrazu, bez niepotrzebnego zwiększania dawki promieniowania na którą narażony jest pacjent. Czy w trosce o swój najlepiej pojęty interes Zamawiający wprowadzi nowy zapis podlegający kryterium wyboru:

7a	Maksymalna wartość prądu anody lampy programowana w protokole klinicznym min. 800 mA dla napięcia max. 70 kV.	TAK/NIE	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
----	---	---------	-----------------------------

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający nie wprowadzi ww zapisu.

Pytanie nr 58 dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych do pkt 23

Czy Zamawiający zaakceptuje jako rozwiązanie równoważne zastosowanie wskaźnika LED z przodu tomografu sygnalizującego czas pozostały do końca skanowania poprzez suwak świetlny LED, co umożliwi nam złożenie ważnej oferty?

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie jako rozwiązanie równoważne do opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 59 dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych do pkt 27

Pragniemy zauważyć, że od grubości warstwy zależy rozdzielczość przestrzenna obrazów uzyskiwanych w procesie akwizycji danych. W trosce o swój najlepiej pojęty interes czy Zamawiający wprowadzi kryterium oceny parametru punktu w sposób następujący, co będzie promowało jak najcieńszą grubość warstwy:

27	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 64 warstw	$\leq 0,65$ mm	$\leq 0,60$ mm – 10 pkt > 0,60 mm – 0 pkt
----	---	----------------	--

Odpowiedź Zamawiającego.:

Zamawiający wprowadza ww parametr jako punktowany. Zaktualizowany załącznik nr 5 do SIWZ w załączeniu.

Pytanie nr 60 dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych do pkt 30

Czy Zamawiający uzupełni wymóg dotyczący rekonstruowanego pola obrazowania o dodatkową funkcjonalność niezmiernie przydatną w ocenie obszarów wykraczających poza standardowe pole skanowania 50 cm? Zwiększenie rekonstruowanego pola obrazowania o połowę jest dla zespołu klinicystów wysoce pożądane ze względów diagnostycznych. Pomaga też w obrazowaniu pacjentów korpulentnych bądź niestandardowo pozycjonowanych.

30a	Maksymalne dostępne rekonstruowane pole obrazowania równe średnicy gantry	TAK/NIE	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
-----	---	---------	-----------------------------

Odpowiedź Zamawiającego.: Zamawiający nie uzupełni wymogu dotyczącego rekonstruowanego pola obrazowanie o dodatkową funkcjonalność.

Pytanie nr 61 dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych do pkt V. Konsola operatorska

Zamawiający definiuje szereg funkcjonalności klinicznych realizowanych przez nowoczesne, automatyczne aplikacje kliniczne. Czy Zamawiający doceni i będzie dodatkowo punktował funkcjonalności automatycznego numerowania żeber oraz kręgów kręgosłupa, wedle propozycji:?

67a	Automatyczne numerowanie żeber oraz kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa w badaniach CT	TAK/NIE	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
-----	--	---------	-----------------------------

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie dodatkowo punktował funkcjonalności automatycznego numerowania żeber oraz kręgów kręgosłupa, wedle propozycji.

Ponadto Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

- a) W treści zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodaje w Załączniku nr 8 do SIWZ w części „Istotne informacje” zapisy o treści:

„Zamawiający informuje, iż zarówno drzwi jak i otwór prowadzący ze sterowni pomiędzy osiami X1 i X2 oraz drzwi i otwór prowadzący z przedsionka pomiędzy osiami E1 i F zostaną wykonane przez Zamawiającego - załączony rysunek z zaznaczoną lokalizacją stolarki.”

"Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do demontażu i utylizacji posiadanego przez Zamawiającego Tomokomputera GE LIGHT SPEED PRO 32 o nr seryjnym 1345CT01, rok produkcji 2006, który znajduje się w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Szpitalach Pomorskich im. Wincentego aPaulo przy ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdyni oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających wykonanie utylizacji przez podmiot posiadający wymagane obowiązującymi przepisami prawa pozwolenia w tym zakresie. Odbiór protokółarny nastąpi po uzgodnieniu z Zamawiającym, ale nie wcześniej niż w ciągu 45 dni po wydaniu pozytywnej decyzji Sanepidu odnośnie dopuszczenia nowego urządzenia do użytku."

Z uwagi na istotne zmiany w SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia termin składania i otwarcia ofert, a tym samym zmienia treść SIWZ w ten sposób, że

- a) Rozdział. XV pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć do dnia 14.07.2020 r. do godz. 08:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę”.

Zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4a pkt. 2) ustawy Pzp, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.06.2020 r.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPowiednim Zakresie.

W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ZMODYFIKOWANYCH LUB DOPUSZCZONYCH PARAMETRACH, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY W ZAŁĄCZNIKU NR 5 DOKONAĆ STOSOWNEJ ADNOTACJI O ZAOFEROWANIU PARAMETRU ZMODYFIKOWANEGO LUB DOPUSZCZONEGO NINIEJSZYM PISMEM.

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej Beata Martyn-Mrozowska

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska