

Wrocław, dn. 04.09.2019 r.



**AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH**

imienia generała Tadeusza Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław  
tel. 261-658-222, 261-658-110; fax 261-658-425

Numer ewidencyjny 773/2019/WEW

Numer sprawy: DZP.263.50.2019.DS

**Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
w przetargu nieograniczonym**

pt.:

**ZAKUP MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH  
nr sprawy WNP/626/PN/2019**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający, udziela wyjaśnień, w odpowiedzi na złożone przez Wykonawców pytania do treści siwz:

**Pytanie:**

**CZĘŚĆ I – APARATY LABORATORYJNE I DODATKOWE WYPOSAŻENIE**

**Poz. 2. Aparat skrzynkowy**

- Zgodnie z informacją uzyskaną od Producenta urządzenie wyspecyfikowane przez Zamawiającego i spełniające wymogi SIWZ nie jest aktualnie dostępne na rynku i Producent nie planuje wznowienia jego produkcji w bieżącym roku. Czy, zatem Zamawiający dopuści urządzenie spełniające następujące wymogi:

\*Urządzenie w pełni automatyczne, sterowane z poziomu elektronicznego kontrolera lub z poziomu komputera PC z programem;

\*Obciążenie pionowe: do 10kN

\*Siła ścinająca: do 10kN

\*Szybkość zadawania siły ścinającej: od 0,00001 to 15,00000 mm/min, regulowana płynnie

\*Skrzynki kwadratowe 60x60mm i 100x100mm

\*Zasilanie 230V?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające w/w wymogi.

- II. Wyjaśnienia treści siwz zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

III. W związku z tym, że udzielone wyjaśnienia mogą uniemożliwić złożenie ofert w nakazanym terminie, **Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6, przedłuża termin składania ofert do dnia 11 września 2019 r.**

W związku z powyższym, ilekroć w siwz mowa o terminie składania/otwarcia ofert, termin ten określa się na dzień **11 września 2019 r.**

**PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

*/.../*

.....  
**Jakub WESOŁOWSKI**

Wyk. w 1 egz.  
Wyk. Dorota SZYMAŃSKA tel. 261 658 555  
Wrocław 04.09.2019 r.  
T 263