

L.dz.90-0902/ 528/AO/2020

Olsztyn dn. 03.04.2020r.

Nr postępowania: 69/2020/PN/DZP

**Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauk o Żywności w ramach projektu pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI _6

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Część nr 8

Pytanie nr 1

Czy dopuszcza się zakres od 0 do +60st. C?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie, informuję że dopuszcza w/w zakres od 0 do +60st. C.

Pytanie nr 2

Czy komorę należy wnieść do miejsca docelowego jeśli tak to proszę o podanie na które piętro.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wymóg wniesienia komory na 1 piętro.

Sporządzili: Anna Opalach, Hanna Nowak

Z poważaniem

p.o. KANCELERZA
mgr Andrzej Goźdz