

Kamienna Góra, 20.01.2022 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Nazwa postępowania: **Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **TZ-Z.26.1.2022**

- I. Działając na podstawie art.284 ust.2 i 6 oraz art.286 ust.1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz.1129 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 13:

Czy zamawiający dopuści wydajność analizatora 800 testów fotometrycznych i 240 z ISE na godzinę?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający dopuszcza analizator o powyższej wydajności.

Skutkiem odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W Części II SWZ (Przedmiot zamówienia), tabela, pkt 2 oraz W Części III SWZ (Załącznik A do Formularza oferty), tabela, pkt 2 przyjmuje następujące brzmienie:

2.	Maksymalna, teoretyczna wydajność analizatora: minimum 800 testów fotometrycznych i 240 testów ISE na godzinę
----	---

Pytanie nr 14:

Czy zamawiający dopuści analizator z 160 pozycjami na próbki (115 pozycji na statywach plus 45 pozycji na rotorze CITO)?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zgodnie z SWZ – patrz pkt 13 tabeli: Wymagane minimalne parametry techniczne i cechy użytkowe analizatora biochemicznego.

- II. Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu

Artur Mazur