



Czeladź, dnia 24 luty 2023 r.

Znak sprawy: DZA.381.6.3.2023

### Do wszystkich Wykonawców

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm) na „**Dostawa materiałów szwowych i siatek**”.

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### Pytanie nr 1

PAKIET 9 Materiał hemostatyczny poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu w rozmiarze 1,5x1,5x1,5 cm (opakowanie 20szt.) z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości? Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga z odpowiednim przeliczeniem ilości.

#### Pytanie nr 2

**Dot. Pakiet 1, poz. 1-27, 30-33**

Czy Zamawiający dopuści nić plecioną, wchłaniającą, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, całkowicie wchłaniającą w ciągu 60-90 dni, o profilu podtrzymywania tkankowego 80% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach i 20% po 4 tygodniach?

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

#### Pytanie nr 3

**Dot. Pakiet 1, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą?

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 4

**Dot. Pakiet 1, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 64 mm?

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

#### Pytanie nr 5

**Dot. Pakiet 1, poz. 28-29**

Czy Zamawiający dopuści nić plecioną, wchłaniającą, z kopolimeru glikolidu i l-laktydu (90/10) całkowicie wchłaniającą w ciągu 60-70 dni, o profilu podtrzymywania tkankowego 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach i 25% po 4 tygodniach?

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 6

**Dot. Pakiet 1, poz. 29**

Czy Zamawiający dopuści długość nici 45 cm?

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



**Pytanie nr 7**

**Dot. Pakiet 1, poz. 28-29**

Czy w kolumnie „ilość sasz. w op.” doszło do omyłki dla w/w pozycji i zamawiający wymaga 12 sztuk w opakowaniu zamiast 1 sztuki?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga 12 sztuk w opakowaniu zamiast 1 sztuki, doszło do pomyłki pisarskiej.

**Pytanie nr 8**

**Dot. Pakiet 1, poz. 31-32**

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**Pytanie nr 9**

**Dot. Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny, wchłaniany, niepowlekany, z polidoksanonu, całkowicie wchłaniany w ciągu 180-210 dni, o profilu podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**Pytanie nr 10**

**Dot. Pakiet 3, poz. 1, 4, 7**

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści syntetyczny szew wchłaniany, monofilament wykonany z polidoksanonu o całkowitym okresie wchłaniania 180-210 dni oraz okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 2 tygodniach, minimum 60% po 4 tygodniach oraz 50% po 6 tygodniach?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 wszędzie, gdzie wymaga nici o długości 75cm dopuści szew z nitką o długości 70cm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycjach 2, 3 dopuści szew bez katalogowego określenia igła pogrubiona, który ma dopasowaną średnicę igły do grubości nici, wykonany ze stali chirurgicznej (stop A300)? Dopasowanie średnic igły i nici pozwala na uniknięcie niepożądanego krwawienia po przejściu igły przez tkankę, zaś zastosowanie stopu A300 gwarantuje odpowiednią wytrzymałość igły na odkształcenia i wygięcia.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycji 5 dopuści szew z igłą przyostrzoną o okrągłym przekroju ciała igły?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów pakowanych po 36 saszetek w opakowaniu, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?





**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji 1 dopuści szew o długości igły 40mm bez katalogowego określenia igła pogrubiona, który ma dopasowaną średnicę igły do grubości nici, wykonany ze stali chirurgicznej (stop A300)? Dopasowanie średnic igły i nici pozwala na uniknięcie niepożądanego krwawienia po przejściu igły przez tkankę, zaś zastosowanie stopu A300 gwarantuje odpowiednią wytrzymałość igły na odkształcenia i wygięcia.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji 1-6 wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki przepuklinowej o wielkości porów 1,8x1,8mm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści siatki przepuklinowe pakowane pojedynczo w opakowaniu z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycjach 2-3 wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek w rozmiarze 6x13cm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki w rozmiarze 15x30cm z możliwością docinania do żądanego kształtu i rozmiaru?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki w rozmiarze 12x15cm z możliwością docinania do żądanego kształtu i rozmiaru?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający modyfikuje Wzór Umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) poprzez dodanie w §3 ustępu 6, który otrzymuje brzmienie jn.:

„6. Strony mogą wystawiać i przysyłać faktury, duplikaty faktur oraz ich korekty, a także noty obciążeniowe i noty korygujące w formacie pliku elektronicznego PDF na adresy e-mail wskazane poniżej:

- Adres e-mail na który Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu wskazane powyżej dokumenty: faktury@pzzoz.bedzin.pl
- Adres e-mail na który Zamawiający może przekazywać Wykonawcy wskazane powyżej dokumenty: .....



### Pytanie nr 23

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „... od daty zgłoszenia reklamacji” na „... od dnia uznania reklamacji”

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisu §4 ust. 2 Wzoru Umowy.

### Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku od towarów i usług (VAT)? (dot. §7 ust 5b)

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisu §7 ust. 5b Wzoru Umowy.

### Pytanie nr 25

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 pkt. a), b), c), d):

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) w wysokości 0,5 % wartości netto danego zamówienia częściowego za każdą godzinę zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej, względem terminu w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej w terminie części dostawy;**
  - b) w wysokości 0,5 % wartości netto **reklamowanych Wyrobów medycznych** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 3 umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanej części Wyrobów medycznych**
  - c) w wysokości **10 %** wartości netto niedostarczonych lub wadliwych Wyrobów medycznych - za każdy przypadek, w którym konieczny był zakup Wyrobów medycznych od podmiotu trzeciego w okolicznościach wskazanych w §4 ust. 6 umowy.
  - d) w wysokości 10% kwoty **niezrealizowanej części** wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku gdy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę dojdzie do odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisu §5 ust. 1 Wzoru Umowy.

### Pytanie nr 26

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 6 pozycje nr 1 - 3 do odrębnego zadania?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie wydziela z pakietu nr 6 pozycji nr 1-3 do odrębnego zadania.

### Pytanie nr 27

Czy w Pakiecie nr 6 poz. 6 Zamawiający dopuścił 10/0 o długości: 15 cm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

### Pytanie nr 28

#### **Pakiet nr 2, poz. 1, 2, 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 90 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



**Pytanie nr 29**

**Pakiet nr 2, poz. 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie chirurgicznej bez określenia pogrubiona ale wykonanej z wysokogatunkowej stali odpornej na trudne warunki procedury chirurgicznej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 30**

**Pakiet nr 2, poz. 9**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 70 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 31**

**Pakiet nr 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego monofilamentu, wchłanialnego, niepowlekanego z poli-p-dioksanonu, całkowicie wchłanialny 180-220 dni, podtrzymywanie tkankowe 7-% po 14 dniach, 50-60% po 28 dniach.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 32**

**Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w celu eliminacji pamięci szwu oczekuje zaoferowania szwów w opakowaniach zmniejszających ich pamięć tzn. nici nawiniętych na okrągło na plastikową tackę co pozwala również na jednoetapowe uzbrajanie narzędzia igłą i łatwą identyfikację produktu po otwarciu saszetki na stoliku narzędziowym.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe parametry bez zmian

**Pytanie nr 33**

**Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania do każdego szwu chirurgicznego tzw. stickerów /TAGów- znaczników lepnych zawierających dane produktu: nazwę, datę ważności, kod produktu i nr serii do wklejenia do dokumentacji medycznej w celu zachowania pełnego monitoringu zużycia jałowych produktów podczas procedur chirurgicznych?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 34**

**Pakiet nr 3, poz. 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 100 cm i igły chirurgicznej o długości 36 mm.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 35**

**Pakiet nr 3, poz. 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej bez pogrubienia ale odpornej na trudne warunki chirurgiczne. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.







**Pytanie nr 36**

**Pakiet nr 3, poz. 3, 4, 5, 7, 8**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 75 cm.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 37**

**Pakiet nr 3, poz. 4, 5, 6, 9, 12**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej II generacji, kosmetycznej, plastycznej, dwuwkłęskiej odwrótnie tnącej.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 38**

**Pakiet nr 3, poz. 3, 7, 8, 10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej odwrótnie tnącej.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 39**

**Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania do każdego szwu chirurgicznego tzw. stickerów /TAGów- znaczników lepnych zawierających dane produktu: nazwę, datę ważności, kod produktu i nr serii do wklejenia do dokumentacji medycznej w celu zachowania pełnego monitoringu zużycia jałowych produktów podczas procedur chirurgicznych?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**Pytanie nr 40**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłaniający, polidoksanon, o okresie wchłaniania 182-238 dni oraz profilu podtrzymywania tkankowego 75-80% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach i 55-60% po 42 dniach? Pragniemy zaznaczyć, że dostarczamy obecnie do Państwa szpitala szwy o danych parametrach.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 41**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. 6 dopuści nić o długości 70cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 42**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 1 dopuści długość nici 100cm z igłą o długości 40mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 43**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 4 dopuści nić o długości 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 44**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 7 dopuści nić o długości 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.





**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 45**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 8 dopuści nić o długości 75cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga .

**Pytanie nr 46**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 11 dopuści igłę o długości 37mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 47**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 11 dopuści nić o dł. 90cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 48**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w poz. 1 dopuści igłę o dł. 40mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 49**

**Pakiet 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z polidoksanonu o profilu podtrzymywania ok.70% po 28 dniach, ok. 50% po 42 dniach od zaimplantowania?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 50**

**Pakiet 2, pozycja 1-9** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych ½ koła, wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 51**

**Pakiet 2, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm lub 36mm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 52**

**Pakiet 2, pozycja 1, 2, 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 53**

**Pakiet 2, pozycja 1, 6-9** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 54**

**Pakiet 2, pozycja 2, 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.





**Pytanie nr 55**

**Pakiet 3, pozycja 1,2,4, 7, 8**– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga .

**Pytanie nr 56**

**Pakiet 3, pozycja 1**– Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą pogrubioną?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 57**

**Pakiet 3, pozycja 2**– Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą nie pogrubioną?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 58**

**Pakiet 3, pozycja 2**– Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 30mm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 59**

**Pakiet 3, pozycja 5**– Czy Zamawiający dopuści nici o długości 75cm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 60**

**Pakiet 3, pozycja 5**– Czy Zamawiający dopuści igły o długości 26mm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 61**

**Pakiet 3, pozycja 8**– Czy Zamawiający dopuści igły o długości 26mm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 62**

**Pakiet 3, pozycja 11**– Czy Zamawiający dopuści igły o długości 37mm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałym parametry bez zmian.

**Pytanie nr 63**

**Pakiet 3, pozycja 12**– Czy Zamawiający dopuści igłę bez katalogowego określenia „kosmetyczna”?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 64**

**Pakiet 3, pozycja 3 – 12** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a'10 saszetek w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie nr 65**

**Pakiet 5, pozycja 2**– Czy Zamawiający dopuści igły o długości 36mm?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.







**Pytanie nr 66**

**Pakiet 5, pozycja 1-2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 67**

**PAKIET 4 Poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki ultralekkiej o wielkości porów min. 6 mm<sup>2</sup> w opakowaniu 3 szt. ? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 68**

**PAKIET 4 Poz. 3-4,6**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki lekkiej o wielkości porów ok. 1,3 mm<sup>2</sup>? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 69**

**PAKIET 4 Poz. 5**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki o wielkości porów ok. 0,5-0,7 mm<sup>2</sup> w opakowaniu 1 szt. ? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 70**

**PAKIET 4 Poz.3 i 6:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki pakowanej po 3 szt. w opakowaniu z przeliczeniem ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie nr 71**

**PAKIET 4 Poz.4:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki pakowanej po 1 szt. w opakowaniu z przeliczeniem ilości?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**UWAGA**

Stosownie do art. 286 ust.1 Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. Zmianie ulega treść Załącznika nr 5 do SWZ – zmienione Projektowane postanowienia umowy w załączeniu.

**DYREKTOR**

**Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej**  
41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40  
mgr Aldona Sylwa

