



ADM-ZP.272.1.9.2022

Lublin, dnia 03.11.2022 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Odpowiedzi na pytania**

Działając w oparciu o art. 135 ust.2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1710 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, w związku z zapytaniem skierowanym w postępowaniu pn. „Dostawa chromatografów dla Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie” przekazujemy poniżej treść pytań i wyjaśnienia Zamawiającego oraz na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Treść wspomnianej prośby oraz odpowiedzi są następujące:**

**Część I LCMS :**

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pompy binarnej (2-składnikowej) wraz z wbudowanym degazerem próżniowym dwukanałowym ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy binarnej wraz z wbudowanym 2-kanałowym degazerem próżniowym. Jednocześnie Zamawiający uzupełnia Załącznik nr 2 dla Części I - Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia, o zapis: „Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy binarnej wraz z wbudowanym 2-kanałowym degazerem próżniowym”.**

2. Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość zaoferowania generatora azotu o ciśnieniu wyjściowym co najmniej 8 bar (pod warunkiem prawidłowej pracy zestawu LCMS) ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie generatora azotu o ciśnieniu wyjściowym co najmniej 8 bar, pod warunkiem prawidłowej pracy zestawu LC-MS. . Jednocześnie Zamawiający uzupełnia Załącznik nr 2 dla Części I - Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia, o zapis: „Zamawiający dopuszcza zaoferowanie generatora azotu o ciśnieniu wyjściowym co najmniej 8 bar, pod warunkiem prawidłowej pracy zestawu LC-MS”.**

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Pzp dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) poprzez zamieszczenie następujących dokumentów stanowiących załączniki do SWZ:

- 1. zmieniony Załącznik nr 2 dla Części I do SWZ - Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia,**
- 2. zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty po zmianie**

Zmiany SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Sporządziła: Anna Mianowany

p.o. Z-cy Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie  
/-/ mgr inż. Józef Klajda