

Grodzisk Wielkopolski, dnia 12.01.2024 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Mossego 17

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim” nr postępowania SPZOZ.DLA.2301.04.2023

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), informuje iż w ww. postępowaniu zostały złożone zapytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Czy zamawiający dopuści?

Pakiet nr 8

Jednorazowe kleszcze biopsyjne powlekane teflonem, z markerami sygnalizującymi lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), łyżeczki typu owalne, średnica osłonki 2.3 mm, szerokość otwarcia szczęk 6,7 mm, długość szczęk 0,43 cm pojemność łyżeczek 7,7mm³, długość szczęk wraz z obudową 11 mm, długość robocza 230 cm. Na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej. .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz 2 Jednorazowe igły do ostrzykiwań, średnica osłonki 2.3 mm, średnica igły 19,22, 25 G długość igły: 4, 5 mm, długość robocza 230 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

POZ 3 Jednorazowe pętla do polipektomii owalne, obrotowe, plecione, średnica pętli 10,15,20,24,36 mm, średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Poz 4 Jednorazowy ustnik do gastrokopii z regulowaną gumką materiałową, wymiary otworu centralnego 20x27 mm pakowany w dyspenser po 100 sztuk. Wyrób medyczny spełniający wymogi PN-EN 556-1:2002 jałowy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9

POZ 1 Klips endoskopowy jednorazowego użytku, długość 230cm, z możliwością otwarcia /zamknięcia przed uwolnieniem klipsa, średnica cewnika 2,6mm, rozwarcie klipsa 16 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

POZ 2 Kleszcze biopsyjne endoskopowe, jednorazowego użytku, pokryte teflonem, łyżeczki owalne z kolcem, długość 220-230 cm, średnica cewnika 2,2-2,3 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10

Poz 1 Zestaw do endoskopowego opaskowania żyłaków przełyku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 6 opasek lateksowych (do wyboru), opaski niebieskie, przedostatnia w kolorze jasnym, sygnalizująca pozostania ostatniej opaski, nakładka z dołączoną nicią do zrzucania opasek, oraz głowicy z pokrętle działającym w dwóch i w jednym kierunku, cewnika do przeprowadzania nici przez kanał endoskopu oraz igły z tępym końcem do przepłukiwania miejsca obliteracji, nakładka do współpracy z endoskopami o średnicy zewnętrznej mm 9,4-14mm, zestaw jednorazowego użytku, niesterylny

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

POZ 2 Ustnik do badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego, z opaską tekstylną o regulowanej długości, z otworem centralnym o wymiarach 21 mm x 26 mm, z dużymi otworami bocznymi, część doustna z okalającym rantem zapobiegającym przed wyslizgnięciem ustnika, opaska złożona w otworze centralnym, pakowany oddzielnie, niesterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

POZ 3 Igły endoskopowe do obliteracji, jednorazowego użytku, osłonka śr. ostrza igły 0,5 mm, 0,7 mm lub 1,1 mm (do wyboru), dł. ostrza 4 mm i 5 mm (do wyboru), długości narzędzia 1800 mm lub 2300 mm (do wyboru), średnica osłonki 2,3 mm, mechanizm zatraskowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, osłonka igły teflonowa, odporna na załamania, igła wzmocniona na końcu metalową wkładką, uchwyt z pięcioma wypustkami ułatwiającymi obsługę igły, sterylne, jednorazowego użytku. 50SZT

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.