

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

**sekretariat** 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

**NIP:** 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

---

Myślenice, dnia 31.05.2022r.

**Do wszystkich  
Wykonawców**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z póź. zm.), którego przedmiotem są dostawy systemu zamkniętego do pobierania krwi. Nr sprawy 14/TP/22

Dotyczy pakietu nr 1

1. Dotyczy pozycji 18: prosimy o doprecyzowanie, czy w tej pozycji Zamawiający ma na myśli igłę motylkową w rozmiarze 0,6 (23G)?

***Odpowiedź: Zamawiający w tej pozycji ma na myśli igłę motylkową w rozmiarze 0,7 (22G)***

2. Dotyczy pozycji 22: w związku z tym, że producent oferowanego przez nas systemu do pobierania krwi zakończył produkcję adapterów do rozmazów, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z tej pozycji i wyrażenie zgody na jej nie oferowanie.

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na nieoferowanie adapterów do rozmazów i rezygnuje z pozycji 22***

3. Dotyczy przypisu przy \*\* : prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli, aby skalkulować odpowiednio liczbę uchwytów z pozycji 16 i igieł z pozycji 11?

***Odpowiedź: Zamawiający wymaga skalkulowania odpowiednio liczbę uchwytów z pozycji 16 i igieł z pozycji 11***

4. Dotyczy przypisu przy \*\*\* : prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli, aby skalkulować odpowiednio liczbę uchwytów z pozycji 16 i igieł z pozycji 13?

***Odpowiedź: Zamawiający wymaga skalkulowania odpowiednio liczbę uchwytów z pozycji 16 i igieł z pozycji 13***

Dotyczy pozycji nr 10 i parametrów ocenianych: prosimy o uznanie za spełniony parametr oceniany nr 1 i przyznanie w nim punktów w przypadku zaoferowania w pozycji nr 10 próbówki do PMR z zamknięciem wciskany. Probówki o średnicy 16 mm są produkowane tylko z zamknięciem wciskany.

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 10 próbówki do PMR z zamknięciem wciskany i uzna za spełniony parametr oceniany nr 1 .Punkt nr1 Parametr ów ocenianych otrzymuje brzmienie „,Probówki plastikowe lub szklane z zamknięciem zakręcany (gwint) dającym dodatkową gwarancję bezpiecznego pobierania, transportu,***

**wirowania oraz ułatwiającym otwieranie próbek ( jedynie dla próbek do OB i PMR dopuszcza się zamknięcie nie gwintowane)”**

5. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji nr21 również igieł motylkowych na posiew z uchwytem do butelek firmy BioMerieux w rozmiarze 0,8 (21G).

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji nr21 również igieł motylkowych na posiew z uchwytem do butelek firmy BioMerieux w rozmiarze 0,8 (21G).**

7. Dotyczy SWZ Punkt 5. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, Kryterium II: prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przyzna 10 pkt. w przypadku zaoferowania produktów z terminem przydatności równym 7 miesięcy i powyżej?

**Odpowiedź : Zamawiający przyzna 10 pkt. w przypadku zaoferowania produktów z terminem przydatności równym 7 miesięcy i powyżej.**

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w przypadku zmiany kursu euro jeżeli kurs będzie odbiegał o 10% od kursu średniego ogłoszonego przez NBP z dnia zawarcia umowy (kurs euro z dnia zawarcia umowy w wysokości.....)

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ**

**Zmianie ulega Rozdział III pkt. .1 SWZ:**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.06.2022 r. do godziny 12.30.

**Zmianie ulega Rozdział III pkt. 3.1 SWZ:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2022 r. o godz. 13.10 poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie ofert.

**Zmianie ulega Rozdział III pkt. 4.1 SWZ**

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 02.07.2022r.

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty**

Podpis.....

---

Zamieszczono na stronie internetowej ( platforma zakupowa zamawiającego)

.....