

Konin, 30.01.2019r.

WSZ-EP-67/18/136/2019

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na zakup urządzeń i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie , nr sprawy: WSZ-EP-67/2018

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:

Czy zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych w Załączniku nr 1 do SIWZ , Paragraf 6, Ustęp 1, Punkt 1) za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 1% wartości brutto opóźnionego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia, na 0,5% ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 3.

Czy zamawiający dopuści mikroskop laboratoryjny z obiektywem o powiększeniu 100x i odległości roboczej 0.13mm, ale z aperturą numeryczną 1.25, w zamian za obiektyw z aperturą numeryczną 1.12?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem numer 2 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów technicznych, które Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.