



Ldz. 1277/2022

Olsztyn, dnia 19.08.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 274/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp pn. „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy projektowanych postanowień umowy.

1. Powtarza się treść § 1 ust. 6 oraz §10 ust. 2. Proponujemy usunąć jeden z tych paragrafów.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że usuwa zapisy § 1 ust. 6 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 2:

Dotyczy projektowanych postanowień umowy.

§5 Warunki gwarancji i rękojmi - ust. 7 i 8

Ust. 7. Obecnie jest:

7. W przypadku niewykonania naprawy w terminie wskazanym w ust. 6 Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od upływu ostatniego dnia przewidzianego na naprawę.

Proponujemy zmienić ust. 7 na:

7. W przypadku niewykonania naprawy w terminie wskazanym w ust. 6 Sprzedawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od upływu ostatniego dnia przewidzianego na naprawę, do pozostawienia u Zamawiającego Sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż uszkodzony - do czasu usunięcia usterki.

Uzasadnienie:

Aparatura badawcza (tribotestery) wykonywane są indywidualnie dla każdego klienta, dopiero po otrzymaniu zamówienia. Nie wykonuje się ich „na magazyn”. Brak jest zatem możliwości wykonania identycznego, nowego tribotestera we wskazanym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na powyższe zmiany.

Pytanie nr 3:

Dotyczy projektowanych postanowień umowy.

Ust. 8. Obecnie jest:



8. W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu dwóch napraw tego samego elementu, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

Proponujemy zmienić ust. 8 na:

8. W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu dwóch napraw tego samego elementu, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany całego modułu urządzenia lub całego urządzenia będącego przedmiotem Umowy na nowy wolny od wad, w terminie do ustalenia przez obie strony. Sprzedawca, w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony - do czasu dostarczenia nowego modułu lub całego urządzenia.

Uzasadnienie:

Proponowany przedmiot umowy ma budowę modułową. Jeśli usterka wystąpi dwukrotnie w jednym z modułów to wystarczy wymienić taki moduł. Proponujemy termin do ustalenia ponieważ wytworzenie nowego modułu lub całego urządzenia wymaga na pewno dłuższego czasu niż 5 dni. Proponujemy także zabezpieczenie dla Zamawiającego w postaci dostarczenia sprzętu zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na powyższe zmiany.

Pytanie nr 4:

W dokumentacji przetargowej brak jest miejsca na określenie terminu dostawy. Kiedy i w jaki sposób termin ten będzie ustalony? Poprzez negocjacje z firmą, która wygra przetarg, przed podpisaniem umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że w Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt IV „Termin wykonania zamówienia” został określony termin wykonania zamówienia, który wynosi 3 miesiące.

Z poważaniem

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Załączniki:

1. Zmieniony Załącznik nr 4 do SWZ.

Sporządziła: Dominika Bryszewska

REFERENT
Bryszewska
mgr Dominika Bryszewska