



### INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa wyrobów medycznych różnych, kleju tkankowego i opatrunków specjalistycznych*”

#### Pytanie 1- dotyczy pakietu 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści przewód do cystoskopii i rektoskopii podwójny o długości całkowitej 240 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

#### Pytanie 2- dotyczy pakietu 5 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści aparat do infuzji grawitacyjnej o następujących parametrach:

- wyrób przeznaczony do połączenia z dościem dożylnym w celu podawania światłoczułych płynów, roztworów leków oraz innych płynów ustrojowych podczas prowadzenia terapii infuzyjnej
- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii
- bursztynowe zabarwienie drenu i komory kroplowej
- dwukanałowy, czteropłaszczynowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- miękki i elastyczny dren o długości min. 150 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia
- uniwersalne zakończenie Luer-Lock
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**



**Pytanie 3 - dotyczy pakietu 5**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy - do leków światłoczułych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, wykonana z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 180 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne, opakowanie 150 szt.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 4 - dotyczy pakietu 19 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w wersji nieprzylepnej.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 5 - dotyczy pakietu 19, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w wersji przylepnej.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 6 - dotyczy pakietu 6**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w pakiecie 6 pompa elastomerowa powinna zabezpieczać pacjenta przed zatorem powietrznym, tj. powinna umożliwiać usunięcia pęcherzyków powietrza ze ścieżki płynu który znajduje się w drenie?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 7- dotyczy pakietu 6**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 6 obudowa i dren mają chronić leki światłoczułe?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby pakiecie 6 obudowa i dren chroniły leki światłoczułe.***

**Pytanie 8 - dotyczy pakietu nr 1**

Prosimy o dopuszczenie butelek dedykowanego do użytku w Bankach Mleka Kobiecego oraz placówkach medycznych, spełniającego wszystkie światowe wytyczne dotyczące bankowości mleka kobiecego. Oferowane urządzenia są dedykowane do użytkowania w placówkach medycznych, jednak nie posiadają wpisu do Rejestru Produktów Medycznych. Urządzenia posiadają Deklarację Zgodności CE.

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.***

**Pytanie 9 - dotyczy pakietu nr 1**

Czy zamawiający dopuści butelki jednorazowe z PP (polipropylenu) z gwintem i nakrętkami o pojemności 250 ml?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.***

**Pytanie 10 - dotyczy pakietu 10 poz.1**

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy barwnik do zabiegów witrektomijnych:

Nietoksyczny barwnik do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej ILM (kolor niebieski): 0,125 mg Brilliant Blue G (trifenylometan, stężenie 0,25 g/l) oraz do wybarwiania błon nasiatkówkowych ERM i ciała szklistego (kolor fioletowy): 0,65 mg Bromphenol Blue (stężenie 1,3 g/l); Gęstość 1,03 g/cm<sup>3</sup>; medium: D2O (tlenek deuteru); ampułkostrzykawka a 0,5 ml

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.***





**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
WE WROCŁAWIU**

---

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

**REFERENT**  
ds. Zamówień Publicznych  
*M*  
Małgorzata Cierpka

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
*J*  
mgr inż. Jacek Banaszak