

**Wrocław, 29.05.2020r.**

**EZP/473/20**

## **INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1**

### **wg rozdzielnika**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz sprzętu do diagnostyki in vitro dla Zakładu Patomorfologii z podziałem na 5 pakietów.

### **ZP/PN/21/20/LZP/AW**

W związku z przetargiem nr ZP/PN/21/20/LZP/AW Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając z art. 38, ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia jak następuje.

#### **Pytanie nr 1**

Czy zamawiający w pakiecie nr 2, pkt 6 potwierdza, że oczekuje Ostrza do mikrotomu o długości 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji. Przeznaczone do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie (ostrza o podwyższonej twardości). Kompatybilne z posiadanymi uchwytami Feather F80, Feather F80HL oraz Feather F80 mini – dwa otwory mocujące w ostrzu o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Dozownik zawierający 50 ostrzy?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający nie wymaga ale dopuści obok istniejącego zapisu .

Z poważaniem

**KIEROWNIK**  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Andrzej Wręczycki*