

Konin, 14.05.2024 r.

WSZ-EP-9/571/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
Strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla Pracowni Leku Cytostatycznego”, nr sprawy WSZ-EP-9/2024

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 11

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

- 1. Pakiet 11 poz.1.** Proszę o dopuszczenie Zestaw podłączeniowy do leków cytotoksycznych, transparentny, z filtrem 0,2 µm na linii. Zestaw z bolcem, z odpowietrzeniem zamykanym klapką. Długość drenu 35 cm, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, pojemność wypełnienia 4-6ml, zawierający zawór bezigłowy do wielokrotnego użycia zapewniający szczelność chemiczną, mikrobiologiczną i umożliwiający pracę w systemie zamkniętym zgodnie definicja NIOSH2004. Zawierający 1 zacisk zatraskowe, złącze typu luer-lock, nakładkę z hydrofobowym filtrem wlotu powietrza. Nie zawierający DEHP, PCV, latexu. Produkt sterylny. Apirogenny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

- 2. Pakiet 11 poz.2.** Zestaw podłączeniowy do leków cytotoksycznych, światłoczułych, koloru pomarańczowego, transparentny. Zestaw z bolcem, bez odpowietrznika pracujące w systemie zamkniętym. Długość drenu 35 cm, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, pojemność wypełnienia 2,5-3 ml, zawierający zawór bezigłowy do wielokrotnego użycia zapewniający szczelność chemiczną, mikrobiologiczną i umożliwiający pracę w systemie zamkniętym zgodnie definicja NIOSH2004. Zawierający 1 zacisk na drenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

- 3. Pakiet 12.** Proszę o dopuszczenie: Bezigłowy przyrząd z kolcem mikro do wielokrotnego pobierania i przygotowywania roztworów. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona. Zawór

SWAN- konstrukcja ułatwiająca dezynfekcję oraz łatwe usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwia cofanie się zawartości fiołki . Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji. Filtr cząsteczkowy o pow. 1cm² lub większej wbudowany w poprzeczny krążek prostopadły do osi wkłucia stabilizuje kolec w fiołce. Objętość całego systemu 0-28-0,5 ml. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami. Konstrukcja wyklucza kontakt leku z pcv i aluminium, wolne od lateksu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

*Osoba do kontaktu:
Żaneta Borowska
Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 240 41 33*