



Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 53
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
DZ- 271.47. ~~621~~ .2022

Kraków, dnia 06. 07.2022 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, iż wpłynęły pytania do postępowania nr **DZ.271.47.2022: Dostawa wyrobów medycznych do procedur wysokospecjalistycznych**

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 8

Czy w Pakiecie Nr 8 poz. 5 Zamawiający dopuści stentgrafty bez dostępnych proksymalnych i dystalnych zewężających się elementów (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 8

Czy w Pakiecie Nr 8 poz. 5 Zamawiający dopuści stentgrafty o dostępnych średnicach od 21 do 45 mm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2

Czy zamawiający dopuści stent samorozprężalny do tętnic biodrowych, w którym dla rozmiarów 5x20, 6x20, 7x20, 8x20, 9x20, 10x20 zmiana długości przekracza 10% zaś nie przekracza 3mm a w pozostałych mieści się w zadanym kryterium?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik diagnostyczny bez krzywizny : Pigtail i IM ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu nr 12

Czy w powyższym pakiecie Zamawiający wymaga przewodnika hydrofilnego z rdzeniem nitinolowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnika o następujących parametrach:

- długość od 150, 180 lub 260 cm,
- pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu i zaoferowanie wyrobów najwyższej jakości, przewodników duńskiej firmy SP Medical, jak również przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i w konsekwencji do obniżenia cen ofert przetargowych.

W załączeniu broszura produktowa.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie 7

Dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnika o następujących parametrach:

- dostępna końcówka zakrzywioną pod kątem 45 stopnie lub prosta,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu nr 12

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 12 załącznika nr 3 do swz (opis przedmiotu zamówienia pkt. 6) przewodników do ciężkich zmian miażdżycowych o dostępnych końcówkach: prostej i zagiętej 45⁰. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści również nowy dostępny rozmiar zastawki 20 mm, pozostałe zapisy s.w.z. bez zmian?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 10

Dotyczy pakietu nr 6 poz. 4, 5, 6, 7

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w:

Poz. 4 – torquera przeznaczonego dla przewodników 0,010"- 0,038"

Poz. 5 – y- connectora z drenem o średnicy wewnętrznej zastawki 8F – spełniającego pozostałe parametry SIWZ. Zdjęcie produktu poniżej.



Poz. 6 – koszulki do dostępu promieniowego, długości 7 i 11 cm, dostępny miniprowadnik 0,018" i 0,025" o długości 45cm z prostą końcówką, w zestawie igła 20G

Poz. 7 – koszulki do dostępu udowego o długości 11 cm i 23 cm i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy zapisów wzór umowy nr 2 (komis) – załącznik do SWZ

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 2 do SWZ - wzoru umowy nr 2 (komis) poprzez dodanie § 3 ust. 2a o następującej treści: „Wyrób medyczny, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z miejsca przechowania przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w miejscu przechowania więcej niż jeden wyrób medyczny danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy zapisów wzór umowy nr 2 (komis) – załącznik do SWZ

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 2 do SWZ - wzoru umowy nr 2 (komis) poprzez dodanie § 3 ust. 2b o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności wyrobów medycznych pozostających u Zamawiającego w przechowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem


ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Administracji
mgr Lucyna Stanuch

1. Załącznik do pytania nr 6 (broszura produktowa)