

**WYKONAWCY**  
**biorący udział w postępowaniu**  
**34/PN/2020**

*Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz zmiany terminy składania i otwarcia ofert.*

Zamawiający - 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku zawiadamia, iż w postępowaniu na: „Zakup wyposażenia i akcesoriów do sprzętu łączności” wpłynęło pytanie o następującej treści:

„DOT. Poz. 16 Miernik rezystancji.

Zamieszczony przez Państwa opis miernika wskazuje na dwa urządzenia o różnym napięciu pomiarowym. Jedno urządzenie w zakresie 50...1000V, drugie urządzenie w zakresie 50...2500V.

Chciałbym nadmienić, że pierwsze z tych urządzeń nie jest już produkowane i jest niedostępne na rynku, natomiast drugie urządzenie jest na chwilę obecną niedostępne na rynku. Czy w związku z powyższym zgodzą się Państwo na zmianę specyfikacji produktu na podaną poniżej:

Pomiar rezystancji izolacji:

napięcie pomiarowe wybierane 100...2500V wybierane skokowo co 100V,

ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji lub prądu upływu,

samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,

akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,

odmierzone czasy pomiaru T1 , T2 i T3 dla pomiaru dwóch współczynników absorpcji dla 15, 60 i 600 s,

wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru,

zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem.

Pomiar rezystancji izolacji metodą dwu - oraz trójprzewodową.

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji:

Pomiar prądu upływu podczas pomiaru rezystancji izolacji.

Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...750 V.

Pamięć 990 komórek (11880 wpisów) przesłanie danych do komputera PC poprzez kabel USB.

Zasilanie akumulatorowe.

Przyrządy spełniają wymagania normy PN-EN 61557.

Możliwość zasilenia i ładowania miernika z zewnętrznego zasilacza lub gniazda zapalniczki samochodowej”.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający, 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku na podstawie art. 38 ustawy Pzp informuje, iż dokonuje zmiany zapisów w treści SIWZ oraz załącznika do umowy stanowiącego opis przedmiotu zamówienia w poz. nr. 16, tj. „Miernik rezystancji” .

W związku z powyższym, działając zgodnie z treścią art. 12a ust. 2 ustawy Pzp przedłużeniu ulega termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, tj. do dnia 22.09.2020r. Godziny, miejsce składania i otwarcia pozostają bez zmian.

**KOMENDANT**

**/ -/ ppłk Krzysztof LENKIEWICZ**

Magdalena PIEKUTOWSKA, tel.: 261 398 839- SZP

16.09.2020 r.

**T: 2712/B5**

Postępowanie 34/PN/2020