



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

skrytka pocztowa 7, www.wsz.torun.pl

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 2

Toruń, dnia 11-05-2021 r.

W.Sz.Z: TZ-280-28/21

dotyczy: postępowania na **dostawę wyrobów medycznych z podziałem na 10 zadań.**

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie Nr 1:

Dotyczy zadania nr 5, pozycja nr 2:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu komora nawilżacza z zaciskiem na drenie do wody. Taki zapis stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedna firma. Na rynku znajdują się więcej dostawców oferujących sprzęt kompatybilny z opisem w specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania komory nawilżacza bez zacisku na drenie do wody.

Pytanie Nr 2:

Dotyczy zadania nr 6:

Prosimy o wydzielenie poz. 2 i 5 do oddzielnego zadania – umożliwi to przystąpienie do postępowania większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego Zadania.

Pytanie Nr 3:

Dotyczy zadania nr 9:

Prosimy o wydzielenie poz. 5 do oddzielnego zadania – umożliwi to przystąpienie do postępowania większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego Zadania.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołonego w Toruniu

CIEROWNIK
Biuro Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Anna Wutrych-Krajewska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie