



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku
im. Mariana Zydrama - Kościalkowskiego**

15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel: (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922



Białystok, dnia 2 maja 2024 r.

DZP.2344.22.2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu urologicznego jednorazowego użytku

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zydrama-Kościalkowskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605), uprzejmie informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SWZ:

Pakiet nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnej prowadnicy o długości 150 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy czarnej z rdzeniem nitinolowy i powłoką hydrofilową na dystalnym końcu o dł. 5cm, dalej powłoka PTFE, odporna na zagięcia i złamania, ułatwiająca przejście przez wąskie fragmenty moczowodu, zakończenie proste, giętki koniec dystalny oraz proksymalny, długość 150cm, średnica 0.035", produkt sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyka o długości 120 cm, średnica koszyka 9 mm dla 1,5 Fr, 11 mm dla 2,2 Fr, 14 mm dla 3 Fr.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulki dostępu w rozmiarze 10 Fr i 12 Fr, dł. 35 cm i 45 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu irygacyjnego z pompką w kształcie poduszeczki, która redukuje swoim kształtem zmęczenie dłoni użytkownika podczas procedury medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ekstraktora zlogów wykonanego ze stopu niklu i tytanu, stosowany w moczowodzie, charakterystyczny kształt 8 drutów przechodzący w 4 druty, rozbieralna i ergonomiczna rękojeść, długość 90 cm, rozmiar CH3 z koszykiem 14 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ekstraktora w rozmiarze 1,5 Fr ora 2,0 Fr, dł. 120 cm, wielkość koszyka 8-11 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z giętkim, otwartym zakończeniem ułatwiającym przejście przez moczowód, pokryte hydrofilną powłoką na długości 15cm, szara część na dystalnym zakończeniu ułatwiająca wizualizację cewnika, dostarczany w zestawie z poliestrowym mandrynem i strzykawką z łącznikiem Luer-Lock; wykonany z plastycznego materiału Neoplex, długość 70cm, możliwość zastosowania z prowadnicą 0.035", rozmiar CH5/6/7.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szynowania moczowodów po endopielotomii o jednej zmiennej średnicy 8 Fr – 12 Fr.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o długości 70 cm, skalowany co 1 cm, z otworami bocznymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby opisany system do irygacji ręcznej dedykowany był do zabiegów ureteroskopii/ureterorenoskopii (URS/RIRS) – czyli usuwania kamieni moczowych z moczowodu oraz nerki?

Odpowiedź: Tak, zamawiający oczekuje.

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Żyrafama-Pościałkowskiego

Marek Stanisław Karp