

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

**sekretariat** 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

**NIP:** 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

---

Myślenice, dnia 23.11.2022r.

**Do wszystkich  
Wykonawców**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z póź. zm.), którego przedmiotem są dostawy kombinezonów ochronnych. Nr sprawy 27/TP/22

*Pytania Wykonawcy pierwszego:*

Pakiet 2 Poz.1

-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP3 certyfikowanej, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maski 5-warstwowa, 2-panelowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji min. 99 %, cząsteczek o wielkości 0,6 µm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie po 40 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

Poz.2

-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP2 z warstwą bakteriobójczą, certyfikowanej jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelująca uciążliwe zapachy. Maski 5-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne gumki z regulacją, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji ≥ 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 µm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie 40 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

*(2) Pytania Wykonawcy drugiego:*

**Część nr 3**

1. **Poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego pakowanego w opakowania a' 60 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

2. **Poz. 3** – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania czepka chirurgicznego typu hełm dodatkowo wyposażonego w wszytą taśmę na czole pochłaniającą pot?

**Odpowiedź: Nie.**

3. **Poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych ochraniaczy na obuwie wykonanych z włókniny polipropylenowej wzmocnionych dodatkową warstwą antypoślizgową wykonaną z mocnego, niebieskiego polietylenu, pakowanych w opakowania a' 200 par z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**(3) Pytania Wykonawcy trzeciego:**

Część 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie maseczki filtrującej FFP3 dopuszczonej do użytkowania wyrób medyczny.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie w części 2 wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga zaoferowanie również w części 1 i 3 wyrobów medycznych**

Część 3 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie tzw. Kapturo - maski jak na zdjęciu



**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zmianie ulega Rozdział III pkt. 2.1 SWZ:**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.11.2022 r. do godziny 12.30.

**Zmianie ulega Rozdział III pkt. 3.1 SWZ:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2022 r. o godz. 13.10 poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie ofert.

**Zmianie ulega Rozdział III pkt. 4.1 SWZ**

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.12.2022r.

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty**

Podpis.....

---

Zamieszczono na stronie internetowej ( platforma zakupowa zamawiającego)

.....

---