

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 10.06.2021r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), którego przedmiotem jest dostawa pompy infuzyjnej objętościowej. Nr sprawy 17/PN/21

(1) Pytania Wykonawcy pierwszego:

Dotyczy Pakiet 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie parametrów pompy infuzyjnej objętościowej dla pozycji:

poz.8 Szybkość dozowania w trybie Bolus - 1200 ml/h; **Poz.10** klawiatura nawigacyjna. Pompa spełnia pozostałe zapisy w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

(2) Pytania Wykonawcy drugiego:

Proszę o udzielenie wyjaśnienia odnośnie dokumentów jakie powinny zostać złożone razem z ofertą. W punkcie 10 SWZ wymieniony został formularz cenowy, jednak w dokumentach do tego przetargu nie znalazłam wzoru takiego formularza. Nie został też wymieniony w wykazie załączników do SWZ.

Odpowiedź: Zmianie ulega Rozdział II pkt. 10 ppkt. 1 . Dokumenty składane wraz z ofertą w brzmieniu:

10. Dokumenty składane wraz z ofertą

1) Na ofertę składają się:

- formularz oferty - załącznik nr 2 do swz, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- **wypełniony zgodnie z instrukcją załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zamówienia z opisami szczegółowym**
- **karta katalogowa wraz zdjęciem bądź rysunkiem potwierdzająca parametry oferowanego urządzenia**
- **Oświadczenie wg wzoru załącznika nr 3 do SWZ**
- Pełnomocnictwo, o ile dotyczy, zgodnie z rozdziałem 9 ust. 6) swz.
- Inne dokumenty, wskazane w niniejszej swz np. zobowiązanie, jeżeli dotyczy.

(3) Pytania wykonawcy trzeciego:

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową o zakresie szybkości przepływu od 0,1 ml/h - 1500 ml/h, programowana co 0,1 ml/h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową o szybkość w trybie KVO 1-20 ml/h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 16 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z zasilanie akumulatorowe 8 h przy szybkości 25 ml/h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy II

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową z czasem reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 72 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zmianie ulega: Rozdział II pkt. 6 SWZ w brzmieniu

Rozdział II pkt 6 Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych

Podmiotowe środki dowodowe: Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, wg. wzoru załącznika nr 3 do SWZ.

Przedmiotowe środki dowodowe: Karta katalogowa, potwierdzająca parametry oferowanego urządzenia.

Zmianie ulega Rozdział II pkt. 10 ppkt. 1

1. Dokumenty składane wraz z ofertą

2) Na ofertę składają się:

- **formularz oferty** - załącznik nr 2 do swz, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- **wypełniony zgodnie z instrukcją załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zamówienia z opisami szczegółowym**
- **karta katalogowa wraz zdjęciem bądź rysunkiem potwierdzająca parametry oferowanego urządzenia**
- **Oświadczenie wg wzoru załącznika nr 3 do SWZ**
- **Pełnomocnictwo, o ile dotyczy, zgodnie z rozdziałem 9 ust. 6) swz.**
- **Inne dokumenty, wskazane w niniejszej swz np. zobowiązanie, jeżeli dotyczy.**

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 2 SWZ:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.06.2021 r. do godziny 12.30.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 3 SWZ:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2021 r. o godz. 13.10 poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie ofert.

Zmianie ulega Rozdział III pkt. 4 SWZ

4. Termin związania ofertą

- 1) Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 15.07.2021 r.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty.

Podpis.....

Zamieszczono na platformie zakupowej

.....