

Radziejów, dnia 16 października 2020 r.

### Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy PN-08/2020) na realizację zamówienia pod nazwą : **Dostawa aparatów i urządzeń medycznych w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”** – ogłoszonego w Urzędzie Publikacji Europejskiej w dniu 11 września 2020 r. pod numerem 425398-2020-PL

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

#### **POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA – 10 SZT.:**

##### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z czasem ładowania akumulatora pon. 6 godzin

**Odpowiedź:** Tak.

#### **APARATY EKG**

##### **Pytanie nr 1**

Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści następujące pomiary automatyczne: HR, RR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiary osi P, QRS, T ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

##### **Pytanie nr 2**

Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści formaty wydruku w trybie automatycznym: 3x4, 3x4 + 1R, 3x4 + 3R, 3x4 + 1R plus ST Maps, 6x2, 12x1 oraz wg Cabrera?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **TERMOMETR BEZDOTYKOWY, APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA**

##### **Pytanie nr 1**

pakiet 3l i 3m; Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wykonywania przeglądów, jeśli urządzenie będzie posiadało aktualną walidację przez cały okres gwarancji ? Przeglądy nie są wymagane przez producenta.

**Odpowiedź:** Tak.

## **DEFIBRYLATORY AED**

### **Pytanie nr 1**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 z dnia 12.10.2020 dotyczące defibrylatorów AED Zamawiający dopuścił do postępowania szafki marki Rotaid.

**Odpowiedź:** Tak.

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności, szafki innego renomowanego producenta z tym samym rozwiązaniem (informacja o jej otwarciu przez alarm dźwiękowy i świetlny aktywowany po otwarciu szafki, możliwość założenia plomby zaciskowej, oraz obudowy z poliwęglanu, odpornej na uszkodzenia mechaniczne)?

**Odpowiedź:** Tak.

## **Ssak mobilny**

### **Pytanie nr 1**

Załącznik 3k gwarancja i serwis pkt. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaków medycznych nie wymagających przeglądów okresowych w okresie gwarancyjnym?

**Odpowiedź:** Tak.

## **Stacja opisowe załącznik nr 3 n do siwz.**

Zamawiający dodaje w opisie zamówienia pkt 2 łączność i komunikacja – zmieniony załącznik nr 3n do siwz w załączeniu.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Radziejów, dnia 16 października 2020 r.

Dyrektor

Sebastian Jankiewicz