

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 Informacja (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 fax. 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, REGON: 000300570,



Rzeczpospolita
Polska



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Myślenice, dnia 28.09.2022.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm. – dalej uPZP) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 uPZP, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja w miejscu użytkowania, uruchomienie oraz przekazanie do użytku sprzętu medycznego kolumny endoskopowej - toru wizyjnego wraz z wyposażeniem endoskopowym - wideoduodenoskop kpl 1. zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: 30/PN/22

Zamówienie dofinansowane w ramach projektu pn., „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”. Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Pytanie Wykonawcy :

Pytanie nr 1

dot. załącznika do SWZ – „Specyfikacja Techniczna”, pkt. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt. 15 (procesor wideo) do następującej treści:

„Funkcja obrazu standardowego w rozdzielczości UHD”.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis w pkt 15 - Funkcja obrazu standardowego w rozdzielczości UHD

Pytanie nr 2

dot. załącznika do SWZ – „Specyfikacja Techniczna” oraz zapisów SWZ, rozdział III pkt. 2 ppkt. 6)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji z rokiem produkcji min. 2021?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

dot. załącznika nr 5 do SWZ – „Wzór umowy”, § 6 pkt. a)

Czy Zamawiający w celu ujednoczenia zapisów wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w §6 pkt. a) na zapis następującej treści:

„Za zawinione przekroczenie terminu realizacji określonego w § 3 pkt 1 umowy Wykonawca zapłaci 0,5% wartości urządzenia nie dostarczonego w terminie”?

Odpowiedz: Zamawiający nie zmienia zapisów.

Pytanie nr 4

dot. załącznika nr 5 do SWZ – „Wzór umowy”, § 8 ust. 5:

Czy Zamawiający w celu ujednoczenia zapisów wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 8 ust. 5 na zapis następującej treści:

„Ustala się, że Wykonawca usunie awarię/ usterkę przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza granic Polski do 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii/ usterki. Moment zgłoszenia to data i godzina wysłania e-maila przez Zamawiającego na adres Wykonawcy Czas reakcji w odpowiedzi na zgłoszenie awarii – w okresie gwarancyjnym – max. 48 godz. (w dni robocze). Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego sprzęt zastępczy (równoważny sprzętowi naprawianemu) po trzech dniach roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w trybie o którym mowa w zdaniu 2.”?

Odpowiedz: zamawiający zmienia zapis we Wzorze umowy”, § 8 ust. 5: na

„ Ustala się, że Wykonawca usunie awarię/ usterkę przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza granic Polski do 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii/ usterki. Moment zgłoszenia to data i godzina wysłania e-maila przez Zamawiającego na adres Wykonawcy Czas reakcji w odpowiedzi na zgłoszenie awarii – w okresie gwarancyjnym – max. 48 godz. (w dni robocze). Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego sprzęt zastępczy (równoważny sprzętowi naprawianemu) po trzech dniach roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w trybie o którym mowa w zdaniu 2”

Pytanie nr 5

dot. załącznika nr 5 do SWZ – „Wzór umowy”, § 8 ust. 7: i pytanie do załącznika : „Specyfikacja Techniczna” warunki Gwarancji pkt 2

Czy Zamawiający w celu ujednoczenia zapisów wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 8 ust. 7 na zapis następującej treści:

„Dla wideoendoskopów bezpłatny serwis gwarancyjny przez (zaoferowany w ofercie) obejmujący: wykonywanie przeglądów okresowych (co 12 miesięcy) oraz napraw w pełnym zakresie (np. przygrzyzenie końcówki sondy, zalanie endoskopu itp.) przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta”?

Odpowiedz: Zamawiający zmienia zapis we Wzorze umowy”, § 8 ust. 7:

„Dla wideoendoskopów bezpłatny serwis gwarancyjny przez (zaoferowany w ofercie) obejmujący: wykonywanie przeglądów okresowych (co 12 miesięcy jednak nie rzadziej niż zaleca producent) oraz napraw w pełnym zakresie (np. przygrzyzenie końcówki sondy, zalanie endoskopu itp.) przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta”

Pytanie nr 6

dot. załącznika nr 5 do SWZ – „Wzór umowy”, § 8 ust. 8:

Czy Zamawiający w celu ujednoczenia zapisów wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 8 ust. 8 na zapis następującej treści:

„W okresie pogwarancyjnym przez okres do 8 lat, Wykonawca zapewni możliwość odpłatnej (zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy) naprawy urządzenia i zapewni materiały eksploatacyjne.”?

Odpowiedz: zamawiający zmienia zapis we Wzorze umowy”, § 8 ust. 8: na

W okresie pogwarancyjnym przez okres min 8 lat, Wykonawca zapewni możliwość odpłatnej (zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy) naprawy urządzenia i zapewni materiały eksploatacyjne.”

Pytanie nr 7

dot. załącznika nr 5 do SWZ – „Wzór umowy”, § 8 ust. 11:

Czy Zamawiający w celu ujednoczenia zapisów wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 8 ust. 11 na zapis następującej treści:

„Trzykrotna usterka gwarancyjna tej samej części/podzespołu urządzenia powoduje wymianę części/podzespołu na nowy.”?

Odpowiedz: Zamawiający nie zmienia zapisów.

W SWZ zmianie ulega

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

pkt. 2 ppkt 3)

3) Darmowe przeglądy gwarancyjne zgodne z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Pierwszy przegląd najpóźniej 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Ostatni przegląd w ostatnim tygodniu gwarancji. W pozostałym zakresie zgodnie z opz.

pkt. 2 ppkt 6)

6) Rok produkcji min 2021 lub 2022 rok. Nie dopuszcza się urządzeń regenerowanych, refabrykowanych czy też podrabianych jak również nie dopuszcza się produktów używanych. Koszty przyjazdów i koszty napraw w okresie gwarancji i w okresie rękojmi za wady, po stronie Wykonawcy.

W załączeniu obowiązujący opis przedmiotu zamówienia- zał.1 oraz obowiązujący wzór umowy

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania ofert.

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa)