



POGOTOWIE RATUNKOWE
WE WROCŁAWIU
ul. Ziębicka 34-38 50-507
Wrocław



DOLNY
ŚLĄSK



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



INFRASTRUKTURA I
ŚRODOWISKO
Narodowa Strategia
Spójności

sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl

www.pogotowie-ratunkowe.pl

tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18

tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500

NIP: 899-23-54-460

REGON: 932207142

KRS: 0000207618

Wrocław, dn. 18.04.2019 r.

ZP/ 103 /2019

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców złożone do zapytania ofertowego pn.: „*Dostawa czujników SpO₂ wielokrotnego użytku*” zapytanie ofertowe ID 217035

Pytanie nr 1

Proszę o podanie jaki model czujników i adapterów w poz. 2 Państwa interesuje?

Odpowiedź: W poz. 2 Zamawiający oczekuje zaoferowania czujników i adapterów kompatybilnych z pulsoksymetrem Masimo Rad 57 rainbow wraz z przedłużaczem (adapterem) rainbow RC -4 dla dorosłych. Model czujnika oryginalnego: M- LNCS DCI SpO₂. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne spełniające parametry czujnika, o którym mowa powyżej.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści produkt, na który producent udziela gwarancji 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt, na który producent udziela gwarancji 12 miesięcy.

Pytanie nr 3

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zarówno w pakiecie nr 1 jak i nr 2 rodzaju wtyczki od strony monitora, ponieważ producenci zarówno NONIM jak Masimo wyprodukowali już kilka rodzajów. Proszę o podanie oryginalnych numerów katalogowych aktualnie stosowanych czujników SpO₂ lub modeli monitorów do których zamawiający potrzebuje tych czujników.

Jednocześnie proszę o informacje czy Zamawiający oczekuje tylko oryginalnych produktów czy dopuści zaoferowanie wysokiej klasy zamienników ?

Odpowiedź:


Ad. Pakiet nr 1 – Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje zaoferowania czujnika palcowego dla dorosłych do pulsoksymetru Nonin model 9847 lub 8500.

Ad. Pakiet nr 2 – Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1, jednocześnie Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zastosowanie zamienników z zastrzeżeniem ich kompatybilności z urządzeniami (modelami) wskazanymi przez Zamawiającego.

Powyższe zmiany są integralną częścią zapytania ofertowego i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR
Pogotowia Ratunkowego
we Wrocławiu

dr. med. Zbigniew Miodziński



Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marta Paszulewicz