

Nr sprawy **4/2024/PN**

Bydgoszcz 15.03.2024 r.

strona internetowa prowadzonego postępowania

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

### DOSTAWY ŚRODKÓW POMOCNICZYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 – dalej „Pzp”*) w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytanie nr 1

Dot. Części nr 40

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze XL (długość – 120 cm, szerokość – 140 cm)?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie nr 2

Czy jest możliwość składania oferty częściowej elektrod ekg? np. oferta 3 pozycji na 5 zamawianych?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie nr 3

czy pozycja nr 4 w zamówieniu elektrod dopuszcza nieco mniejszy rozmiar np 54mm

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie nr 4

czy pozycja nr 5 w zamówieniu może mieć rozmiar 22x45mm

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze (średnicy) 32x36 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie nr 6

Pakiet nr 3 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze (średnicy) 45x42 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.**



**Pytanie nr 7**

Pakiet nr 3 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do Holtera na bazie gąbki PE dla dorosłych o średnicy 55 mm, z centralnie umieszczonym czujnikiem.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 8**

Pakiet nr 3 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do Holtera na bazie gąbki PE dla dorosłych o średnicy 50 mm, z centralnie umieszczonym czujnikiem.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 9**

Pakiet nr 3 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do Holtera prostokątnych o zaokrąglonych rogach na bazie gąbki PE dla dorosłych o rozmiarze 55x53 mm, z centralnie umieszczonym czujnikiem, ze specjalnym wycięciem służącym do przełożenia przewodu podczas badania holterowskiego.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 10**

Pakiet nr 3 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do Holtera prostokątnych na bazie gąbki PE dla dorosłych o rozmiarze 55x40 mm, z centralnie umieszczonym czujnikiem, ze specjalnym wycięciem służącym do przełożenia przewodu podczas badania holterowskiego.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 11**

Pakiet nr 3 poz. 4

W związku z opisem elektrod znajdującym się pod pakietem nr 3 tzn. że elektrody z poz. 1-4 mają mieć możliwość zastosowania u noworodków i dzieci (w poz. 4 jest elektroda dla dorosłych), prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do Holtera pediatrycznych prostokątnych o zaokrąglonych rogach na bazie gąbki PE o rozmiarze 39x36 mm, z centralnie umieszczonym czujnikiem, ze specjalnym wycięciem służącym do przełożenia przewodu podczas badania holterowskiego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Elektrody w poz. 1 do poz. 4 mają zastosowanie u noworodków i dzieci (tzn. również o większej masie ciała).**

**Pytanie nr 12**

Pakiet nr 3 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze (średnicy) 36x38 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: NIE Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 13**

Pakiet nr 3 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej o rozmiarze (średnicy) 50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 14**

Pakiet nr 3 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokątnej o rozmiarze 55x35 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.**



### Pytanie nr 15

Pakiet nr 3 poz. 1,2, 3, 4, 5

Prosimy o dopuszczenie zmiany jednostki miary ze sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania.**

### Pytanie nr 16

Pakiet nr 3 poz. 1, 2, 3, 4, 5

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 17

Pakiet nr 6 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier do USG o standardowej czułości tzn. typu S czy o podwyższonej tzn. typu HD?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier do USG o podwyższonej czułości tzn. typu HD**

### Pytanie nr 18

Projekt umowy – par. 3 ust. 2

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw na cito do 48 godz.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

### Pytanie nr 19

Projekt umowy – par. 6 ust. 1

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto dostawy niedostarczonej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie. Pozostawienie wysokości kary umownej w obecnym brzmieniu prowadzi do sytuacji, w której kara umowna za jeden dzień zwłoki będzie przekraczać wartość zamówienia złożonego przez zamawiającego.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

### Pytanie nr 20

Projekt umowy – par. 6 ust. 4

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto dostawy wadliwej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jakościowych. Pozostawienie wysokości kary umownej w obecnym brzmieniu prowadzi do sytuacji, w której kara umowna za jeden dzień zwłoki będzie przekraczać wartość zamówienia obciążonego wadą.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

### Pytanie nr 21

dotyczy części 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniach po 75 szt. z przeliczeniem na 2.040 pełnych opakowań, co daje 153.000 szt.? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę kieliszków w op. po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.**

### Pytanie nr 22

dotyczy części 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników do analizy moczu w opakowaniach po 50 szt. z przeliczeniem na 540 pełnych opakowań, co daje 27.000 szt.? Sposób pakowania jest kwestią



techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę pojemników do analizy moczu w opakowaniach po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.**

#### **Pytanie nr 23**

dotyczy części 1, pozycja 9

Prosimy o dopuszczenie pojemnika do analizy moczu z żółtą nakrywką, reszta zgodna opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. Kolor przykrywki nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Dla Zamawiającego kolor przykrywki ma duże znaczenie ze względu na możliwość pomyłki z pojemnikami niesterylnymi, które mają inny kolor niż czerwony (żółty, niebieski, biały)**

#### **Pytanie nr 24**

dotyczy części 1, pozycja 11

Prosimy o dopuszczenie pojemnika do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2,5L o wymiarach 250x115x115, średnica otworu 75 mm. Opisany pojemnik jest wyposażony w port do pobierania próbek, podziałka od 500 ml do 2500 ml, co 250 ml.

Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 25**

dotyczy części 1, pozycja 11

Prosimy o dopuszczenie pojemnika do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2000 ml o wymiarach 240x110x85, średnica otworu 75 mm. Butelka jest przyciemniana (odcień koloru brązowego), podziałka od 100 ml do 2000 ml, co 100 ml.

Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 26**

dotyczy części 28, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania, jako produkt równoważny, worków na wymiociny, przezroczystych, wykonanych z folii PE nie zawierającej PCV, ani lateksu, z plastikowym (sztywnym) ustnikiem umożliwiającym objęcie ust pacjenta, gwarantującym, że całość wymiocin zostanie dokładnie wychwycona. Specjalne wycięcie pozwala na szczelne zamknięcie worka. Pojemność worka, to 2000 ml (skala pomiarowa do 1500 ml, co 100 ml, skala pomiarową do 100 ml co 10 ml). Wyrób jednorazowego użytku z instrukcją obsługi na opakowaniu, pakowany po 50 szt.

Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 27**

dotyczy części 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek do głowic USG w opakowaniach po 144 szt. z przeliczeniem na 7 pełnych opakowań, co daje 1008 szt.? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i



nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę osłonek za op. a'144 z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 7 pełnych opakowań, co daje 1008 szt.**

#### **Pytanie nr 28**

dotyczy części 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, stażę bezlateksową o szerokości paska 2 cm i długości 46 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dopuszczenie powyższego umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 29**

dotyczy części 33, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego, markera chirurgicznego do skóry z dwustronną końcówką 0,5 mm oraz 1,0 mm, szybkoschnący, odporny na środki dezynfekujące, w zestawie giętka linijka o dł.

15cm/6',zapewniająca dokładne odmierzenie nawet na nierównych powierzchniach, dodatkowa skala pomiarowa o dł. 6 cm na markerze, fioletowy atrament /fiolet gencjanowy/, sterylizowany radiacyjnie.

Zaoferowany marker chirurgiczny jest powszechnie stosowany w placówkach opieki zdrowotnej.

Dopuszczenie powyższego możliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 30**

dotyczy części 40, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, fartuch jednorazowy o gramaturze 17g/m2, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dopuszczenie powyższego umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 31**

Pakiet 16, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 32**

Pakiet 16, pozycja 1 i 2

Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Rękawica taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny 100g/m2 (czyli łącznie 200 g)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**



### **Pytanie nr 33**

Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga, aby myjki można było stosować również u niemowląt, co wykonawca potwierdzi stosownym dokumentem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

### **Pytanie nr 34**

Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały karty wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

### **Pytanie nr 35**

dot. Części nr 25 poz 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 25 pozycji 1 :Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml oraz z filtrem węglowym.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### **Pytanie nr 36**

dot. Części nr 25 poz 1

Czy zamawiający wymaga, żeby produkt w pakiecie 25 pozycji 1 posiadał badania kliniczne w zakresie bezpieczeństwa stosowania?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

### **Pytanie nr 37**

dot. Części nr 25 poz 1

Czy zamawiający wymaga, żeby produkt w pakiecie 25 pozycji 1 posiadał możliwość doodbytniczego podania leków?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

### **Pytanie nr 38**

dot. Części nr 25 poz 2

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 25 2 pozycji: Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości



i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt.?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie nr 39

Dotyczy załącznika nr 2.34, punkt 1.

Czy Zamawiający dopuści czujnik o długość 1,5 m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 40

Dotyczy załącznika nr 2.34, punkt 2.

Czy Zamawiający dopuści czujnik o długość 1,5 m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 41

Pakiet 40, poz. 1

Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, **Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI?**

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający wymaga Fartuch jednorazowe medyczne. W związku z powyższym dokonuje modyfikacji wskazanych zapisów w SWZ, Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w Formularzu cenowym – załącznik nr 2.40 do SWZ:**

#### 1. Formularz cenowy – załącznik nr 2.40 do SWZ otrzymuje brzmienie:

*Część 40-Fartuch jednorazowy medyczny CPV- 33199000-1*

Lp.	nr katalogowy, producent	rodzaj sprzętu	jedn. miary	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość VAT	wartość brutto
				<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c = a x b</i>	<i>d</i>	<i>e = c x d</i>	<i>f = c + e</i>
1.		Fartuch jednorazowy <i>medyczny</i> wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m <sup>2</sup> , ,wiązany na troki w talii oraz na szyi, rękawy długie zakończone mankietem., niejałowy Rozmiar XXL	szt.	7000		0,00	8%	0,00	0,00
Razem:						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 2. Rozdział III pkt 1 ppkt. 40 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. CZĘŚĆ nr 40: Fartuch jednorazowy medyczny”

#### 3. Formularz oferty pkt 1 część nr 40 otrzymuje brzmienie:

„Część 40 – Fartuch jednorazowy medyczny”

#### Pytanie nr 42

W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLWMIpB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, **prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?**

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający wymaga wyrób medyczny.**



**Pytanie nr 43**

Jeżeli Zamawiający **nie** oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to **czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?**

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41, Zamawiający wymaga Fartuchy jednorazowe Medyczne.**

**Pytanie nr 44**

Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

**Odpowiedź: Fartuch jednorazowy medyczny przeznaczony do stosowania przez personel medyczny na oddziałach szpitalnych i izbach przyjęć podczas wykonywania procedur medycznych nie wymagających rozwiązań jałowych, w celu ograniczenia przenoszenia zanieczyszczeń i potencjalnych czynników infekcyjnych mogących stanowić zagrożenie dla pacjenta.**

**Pytanie nr 45**

Kara za nieterminową dostawę naliczana w złotych: Czy w § 6 ust. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień zawartych w projekcie umowy poprzez określenie wartości kar umownych w stosunku procentowym do wartości niezrealizowanego w terminie zamówienia. Odgórne kwotowe określenie wysokości kar umownych może prowadzić do sytuacji, że zastrzeżone kary umowne będą rażąco wygórowane.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.**

**Pytanie nr 46**

Wniosek o dopisanie:

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.


**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

**Pytanie nr 47**

Pakiet 11 poz. 1.

Proszę Zamawiającego o opisanie wtyczki (kształt, ilość pinów itp.) w celu prawidłowego dopasowania produktu.

**Odpowiedź: Zamawiający poniżej przedstawia zdjęcie wtyczki - czujnika do monitora Datex Ohmeda TS –AF -10,**

**Pytanie nr 48**

Pakiet 13 poz. 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na czujnik z taśmą o długości ok. 6,5 cm?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 49**

Pakiet 13 poz. 2.





Czy Zamawiający zgodzi się na czujnik z taśmą o długości ok. 12,5 cm?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 50**

Pakiet nr 7, pozycja nr 1-3

Czy zamawiający dopuści czujniki mikrobiologicznie czyste?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 51**

Pakiet nr 7, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów o wadze 15-40kg?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 52**

Pakiet nr 7, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów o wadze 1-15kg?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 53**

Pakiet nr 10, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści uniwersalny zestaw do nebulizacji, wyposażony w ustnik, niezłamujący się dren o długości 2,1m, z nebulizatorem o pojemności 6ml skalowanym co 1ml (numerycznie co 2ml), sterylne, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający oczekuje zestawów do nebulizacji wpinanych w układy oddechowe, odpowiednio pediatryczne i dorosłe (stad rozmiar w mm). Zestawy muszą być wyposażone w samouszczelniający się zintegrowany łącznik- gwarantuje to szczelność i niezmiennosc parametrów wentylacji w respiratora.**

**Pytanie nr 54**

Pakiet nr 10, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści uniwersalny zestaw do nebulizacji, z drenem o długości 2,1m i nebulizatorem o pojemności 6ml skalowanym co 1ml (numerycznie co 2ml), sterylne?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający oczekuje zestawów do nebulizacji wpinanych w układy oddechowe , odpowiednio pediatryczne i dorosłe (stad rozmiar w mm). Zestawy muszą być wyposażone w samouszczelniający się zintegrowany łącznik- gwarantuje to szczelność i niezmiennosc parametrów wentylacji w respiratora.**

**Pytanie nr 55**

Pakiet nr 10, pozycja nr 2

Czy zamawiający zamiast parametru „wyposażony w samouszczelniający się łącznik” dopuści zestaw wpinany do układu oddechowego w rurę wdechową?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający oczekuje zestawów do nebulizacji wpinanych w układy oddechowe , odpowiednio pediatryczne i dorosłe (stad rozmiar w mm). Zestawy muszą być wyposażone w samouszczelniający się**



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**zintegrowany łącznik- gwarantuje to szczelność i niezmiennosc parametrów wentylacji w respiratora.**

**Pytanie nr 56**

Pakiet nr 10, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie masek w rozmiarze 0 oraz 1?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający oczekuje masek o dwustopniowym dopasowaniu do twarzy pacjenta pediatrycznego. Nie zawsze wiek, waga i wzrost i rozwój morfotyczny twarzoczaszki ze sobą korespondują. Ponadto, jest to oddział szybkiego reagowania w stanach nagłych - zależy nam na tym, żeby przebijać się przez jak najmniejszą liczbę potencjalnych rozmiarów - jest to algorytm wypracowany przez lata.**

**Pytanie nr 57**

Pakiet nr 10, pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie masek w rozmiarze 2 oraz 3? W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 56.**

**Pytanie nr 58**

Pakiet nr 10, pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie masek w rozmiarze 3 oraz 4? W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 56.**

**Pytanie nr 59**

Pakiet nr 10, pozycja nr 7

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie masek w rozmiarze 5 oraz 6?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 56.**

**Pytanie nr 60**

Pakiet nr 11, pozycja nr 1

Prosimy o doprecyzowanie dla kogo ma być przeznaczony czujnik?

**Odpowiedź: Czujnik ma być uniwersalny z przeznaczeniem dla pacjenta dorosłego, pediatrycznego ,niemowlę oraz dla noworodka.**

**Pytanie nr 61**

Pakiet nr 13, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści czujnik dedykowany dla pacjentów 1-15kg?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 62**

Pakiet nr 25, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm, czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika, port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo, balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący, worek zbiorczy



o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Zestaw zawiera: cewnik, worek, strzykawkę 60ml, przyklepne opatrunki, czas użytkowania 29 dni?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pacjent OIT to pacjenci skolonizowani, często patogenami z listy alarmowej i wielolekoopornymi. Nie bez znaczenia jest stała regularna obecność Clostridium Difficile u pacjenta intensywnego. Z tego powodu wskazane jest używanie worków z absorbentem.**

#### **Pytanie nr 63**

Pakiet nr 25, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści worki o pojemności min. 1500ml?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 64**

Pakiet nr 25, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści worki bez wkładki z super-absorbentu lub z absorbentem dołączonym osobno? W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pacjent OIT to pacjenci skolonizowani, często patogenami z listy alarmowej i wielolekoopornymi. Nie bez znaczenia jest stała regularna obecność Clostridium Difficile u pacjenta intensywnego. Z tego powodu wskazane jest używanie worków z absorbentem.**

#### **Pytanie nr 65**

Pakiet nr 33, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści pisak w zestawie z miarką 0-15cm?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 66**

Część 1, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 67**

Część 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 75szt. lub 80szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk wskazanym formularzu cenowym – załącznik nr 2.1 do SWZ.**

#### **Pytanie nr 68**

Część 2, poz. 3

Czy zamawiający dopuści worek bez portu do pobierania próbek?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Pytanie nr 69**Część 2, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk wskazanym formularzu cenowym - zał. nr 2.2 do SWZ.**

**Pytanie nr 70**Część 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk wskazanych w formularzu cenowym - zał. nr 2.2 do SWZ.**

**Pytanie nr 71**Część 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk wskazanych w formularzu cenowym - zał. nr 2.29 do SWZ.**

**Pytanie nr 72**Część 29

Czy zamawiający dopuści osłonki lekko pudrowane?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 73**Część 38

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 74**Część 38

Czy zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny PP, jednowarstwowej?

**Odpowiedź: NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 75**Część 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk wskazanych w formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SWZ.**

**Pytanie nr 76**Część 40

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

- Mankiet 5 cm
- Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
- Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
- Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



### Pytanie nr 77

dotyczy pakietu 13

Czy ze względu na pojawiające się coraz częściej na rynku Polski zamienniki czujników Masimo SET produkcji chińskiej lub koreańskiej, które nie są kompatybilne z urządzeniami firmy Masimo a ich użycie może spowodować błędy pomiarowe, Zamawiający wymaga oryginalnych czujników w technologii Masimo SET przez Autoryzowanego Dystrybutora, który posiada Autoryzowany Serwis na terenie Polski?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

### Pytanie nr 78

dotyczy §6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w ustępu w sposób następujący:

*„W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowej dostawy w terminie wskazanym w §2 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **1% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie.”*

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

### Pytanie nr 79

Zadanie 10 poz. 7-10.

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z PCV kodowane kolorowym pierścieniem założony na złączu maski widocznym przez przezroczyste opakowanie, z oznakowaniem rozmiaru cyfrą od 0 do 5 (0,1,2- rozmiary pediatryczne, 3,4,5 – rozmiary dla dorosłych)?



**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie nr 80

Część 10 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw T układu oddechowego z ustnikiem o pojemności 12ml, skalowanym co 2ml (co daje możliwość uzyskania pojemności 10ml), z drenem długości 2m w rozmiarze 22mmF-22mmM/15mmF ?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 53.**

### Pytanie nr 81

Część 10 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw T układu oddechowego z ustnikiem o pojemności 12ml, skalowanym co 2ml (co daje możliwość uzyskania pojemności 10ml), wyposażony w otwarty łącznik T (który jest szczelny podczas pracy) z drenem długości 2m w rozmiarze 22mmF-22mmM/15mmF?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 53.**

### Pytanie nr 82

Pakiet nr 25, pozycja 1 W ramach potwierdzenia wymogu:

Czy zamawiający wymaga, aby Systemy do kontrolowanej zbiórki stolca posiadał minimum „dwie kieszonki” - tzw. obustronne „kieszonki” dla umieszczenia palca wiodącego zarówno dla lewo- jak i prawo- ręcznego operatora.?



**Odpowiedź: Zamawiający wymaga Systemy do kontrolowanej zbiórki stolca posiadał minimum „dwie kieszonki” - tzw. obustronne „kieszonki” dla umieszczenia palca wiodącego zarówno dla lewo- jak i prawo- ręcznego operatora.**

**Pytanie nr 83**

Pakiet 4, pozycja od 1 do 8 - Maseczki tlenowe i wasy tlenowe CPV- 33157200-7

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Produkt mikrobiologicznie czysty, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 84**

Pakiet 4, pozycja 1 - Maseczki tlenowe i wasy tlenowe CPV- 33157200-7,

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Maski tlenowe z drenem dla niemowlaków równoważne rozmiarowi S

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 85**

Pakiet 4, pozycja 2 - Maseczki tlenowe i wasy tlenowe CPV- 33157200-7,

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Maski tlenowe z drenem dla dzieci równoważne rozmiarowi M

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 86**

Pakiet 4, pozycja 3 - Maseczki tlenowe i wasy tlenowe CPV- 33157200-7

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Maski tlenowe z drenem dla dorosłych równoważne rozmiarowi L i XL

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 87**

Pakiet 5, pozycja od 1 do 3 - Nebulizator z maską aerozolową- sterylny CPV - 33157110-9

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Produkt mikrobiologicznie czysty, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 88**

Pakiet 5, pozycja 1 - Nebulizator z maską aerozolową- sterylny CPV - 33157110-9

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym dla niemowląt „rozmiar dziecięcy”.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 89**

Pakiet 5, pozycja 2 - Nebulizator z maską aerozolową- sterylny CPV - 33157110-9

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym dla dzieci „rozmiar dziecięcy”.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 90**

Pakiet 5, pozycja 3 - Nebulizator z maską aerozolową- sterylny CPV - 33157110-9

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym dla dorosłych „rozmiar dorosły”.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**



**Pytanie nr 91**

Pakiet 10, pozycja 1 - Zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem.

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Pojemność nebulizatora 6 ml. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 92**

Pakiet 10, pozycja 2 - Zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem.

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Pojemność nebulizatora 6 ml. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 93**

Pakiet 10, pozycja 4 - Zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem.

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Maski anestetyczne twarzowe jednorazowe o pojedynczych rozmiarach: 0, 1 (do wyboru przez zamawiającego).

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. (Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 56.)**

**Pytanie nr 94**

Pakiet 10, pozycja 5 - Zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem.

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Maski anestetyczne twarzowe jednorazowe o pojedynczych rozmiarach: 2, 3 (do wyboru przez zamawiającego)

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 56.)**

**Pytanie nr 95**

Pakiet 10, pozycja 6 - Zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem.

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Maski anestetyczne twarzowe jednorazowe o pojedynczych rozmiarach: 3, 4 (do wyboru przez zamawiającego)

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 56.)**

**Pytanie nr 96**

Pakiet 10, pozycja 7 - Zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem.

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Maski anestetyczne twarzowe jednorazowe o pojedynczych rozmiarach: 5, 6 (do wyboru przez zamawiającego)

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 56.)**

**Pytanie nr 97**

Część 37, pozycja 1 - akcesoria do jamy ustnej CPV- 33100000-1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:



Zamiast dotychczasowego parametru:

„Szczoteczka do zębów z odsysaniem, niesterylna

- wykonana z polipropylenu
- z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką
- łączna długość 18 cm, długość części czyszczącej 2,5 cm
- otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem
- łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45° dla wygodnej manipulacji
- produkt jednorazowego użytku
- pakowana pojedynczo w opakowania foliowe”

Produktu na zasadzie równoważności ofert, o poniższych parametrach:

„Produktu składającego się ze szczoteczki i rękojeści - pakowane oddzielnie:

Szczoteczka do zębów, z funkcją odsysania, sterylna, pakowana pojedynczo. Opakowanie: folia-papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu.

+

Sterylna rękojeść z regulacją siły odsysania do podłączenia szczoteczki lub gąbki, końcówka rękojeści zakończona krótkim drenem, kompatybilna z łącznikiem schodkowym. Opakowanie: folia-papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Pakowana pojedynczo. Produkt bez lateksu.”



**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 98**

Część 37, pozycja 2 - akcesoria do jamy ustnej CPV- 33100000-1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast dotychczasowego parametru:

„Gąbka do jamy ustnej Niesterylna


- długość całkowita 15 cm, długość części gąbkowej 2,5 cm
- uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu
- produkt jednorazowego użytku
- pakowana pojedynczo w opakowanie papier/folia”

Produktu na zasadzie równoważności ofert, o poniższych parametrach:

„Produktu składającego się ze szczoteczki i rękojeści - pakowane oddzielnie: Gąbka do mycia jamy ustnej, z funkcją odsysania, czysta mikrobiologicznie. Nadaje się do aplikacji dodatkowych substancji czyszczących i pielęgnujących. W opakowaniu 1 sztuka. Opakowanie: folia-papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu.+ Sterylna rękojeść z regulacją siły odsysania do podłączenia szczoteczki lub gąbki, końcówka rękojeści zakończona krótkim drenem, kompatybilna z łącznikiem schodkowym. Opakowanie: folia-papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Pakowana pojedynczo. Produkt bez lateksu.”







**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 99**

Czy zamawiający dla pakietu 25 wydłuży czas dostaw na cito do 48 h, z tego względu, że nie są to leki ratujące życie?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

#### **Pytanie nr 100**

Część 7 - Czujniki do pulsoksymetru Nellkora - jedn. użytku sterylne CPV- 33100000-1

Poz. 1-3. Prosimy o:

- dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych
- dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/- 2%  
w zakresie 90-100%, +/-4% w zakresie 70-100%
- odstępianie od wymogu "prawidłowo identyfikowane przez monitory pracujące w tej samej technologii". Informujemy, że funkcjonalność ta sprowadza się jedynie do wyświetlania nazwy czujnika na ekranie monitora a ponadto parametr ten spełnia tylko jeden wykonawca.
- dopuszczenie czujników kompatybilnych z technologią Oximax (zamienników dla MAX-P-I, MAX-N-I, MAX-I-I)

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 101**

Część 7 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie szerszego zakresu wagowego pacjenta <3kg i >30kg.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 102**

Część 7 - Czujniki do pulsoksymetru Nellkora - jedn. użytku sterylne CPV- 33100000-1 Poz.1-3

Informujemy, że obecny opis przedmiotu zamówienia może spełnić tylko jeden wykonawca. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie czujników jednopacjentowych samoprzylepnych, kompatybilnych z technologią Oximax, mikrobiologicznie czystych, pakowanych pojedynczo, nie zawierających lateksu i DEHP, z kalibracją cyfrową zapewniającą dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100% (<70% nieokreślona).

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaofertowanego produktu, ponieważ przedstawiony opis przedmiotu zamówienia pozwala na złożenie oferty przez dowolnego kontrahenta.**

#### **Pytanie nr 103**

Część 7 - Czujniki do pulsoksymetru Nellkora - jedn. użytku sterylne CPV- 33100000-1 Poz.2

Prosimy o dopuszczenie szerszego zakresu wagowego <3kg i >30kg.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 104**

Część 7 - Czujniki do pulsoksymetru Nellkora - jedn. użytku sterylne CPV- 33100000-1 Poz.3

Prosimy o dopuszczenie szerszego zakresu wagowego 1-20kg

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**



**Pytanie nr 105**

Część 11 - Czujniki saturacji do monitora Datex Ohmeda CPV - 33100000-1 poz. 1

prosimy o dopuszczenie czujników dla noworodków o wadze poniżej 3kg lub dla dorosłych powyżej 30 kg.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 106**

Część 32 - Ostrza do strzygarki 3M CPV- 33100000-1

Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż do strzygarki 3M pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia strzygarek kompatybilnych z zaoferowanymi ostrzami na czas realizacji umowy. Strzygarka kompatybilna z oferowanymi ostrzami posiada trzyczakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 0° i 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele. W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie liczby potrzebnych strzygarek.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 107**

Część 32 - Ostrza do strzygarki 3M CPV- 33100000-1

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza 36 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 108**

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę w op. a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści wycenę w op. a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.**

**Pytanie nr 109**

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne wysokość 220mm, otwór wrzutowy 90mm?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 110**

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady otwór wrzutowy 90mm?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 111**

Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a 100sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści wycenę w op. a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.**

**Pytanie nr 112**

Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do analiz moczu z nakrywkami przezroczystymi?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 113**

Pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do dobowej zbiórki moczu transparentny z niezakręcaną nakrywką?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



**Pytanie nr 114**Pakiet 1, pozycje 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a 100sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści wycenę w op. a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.****Pytanie nr 115**Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści worek do 7-dniowej zbiórki moczu , spełniający pozostałe wymogi SWZ?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.****Pytanie nr 116**Pakiet 2, pozycje 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a 10sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści wycenę w op. a 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.****Pytanie nr 117**Pakiet 4, pozycja 5-8

Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe wykonane z medycznego PCV, posiadające bardzo miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, mocowanie pod brodą za pomocą miękkiego, przesuwne pierścienia regulacji, posiadające różny rozstaw kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru oraz uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu i gwiazdkowy przekrój drenu odporny na zagięcia, zawierające śladowe ilości ftalanów?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.****Pytanie nr 118**Pakiet 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe w rozmiarze – dla noworodków?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.****Pytanie nr 119**Pakiet 4, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów i cewników niejałowy?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.****Pytanie nr 120**Pakiet 4, pozycja 4-7

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne, kod kolorystyczny na pierścieniu, wykonane z PVC, PP, i Q Resin o rozmiarach:

- 0 - noworodek
- 1- niemowlę
- 2- pediatryczny
- 3- mały dorosły
- 4- średni dorosły
- 5- duży dorosły
- 6 – bardzo duży dorosły

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 56.)****Pytanie nr 121**Pakiet 12, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści butelkę typu Redon, wykonaną z polietylenu, pasująca do drenów o średnicach 8 do 16CH?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.****Pytanie nr 122**Pakiet 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren T-Khera wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu tylko w rozmiarach CH8 i CH10?



**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 123**

Pakiet 12, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne 100% silikon, dostępne w rozmiarach CH8, CH10, CH12, CH14, CH15, CH18, CH20, CH21, CH24, CH26, CH27, CH30?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 124**

Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści wycenę w op. = 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.**

**Pytanie nr 125**

Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści wycenę w op. = 12 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.**

**Pytanie nr 126**

Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjki łączone tradycyjnym szwem maszynowym?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 127**

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 128**

Pakiet 18, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści liczniki tylko w kolorze czerwonym?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 129**

Pakiet 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wzierniki w rozmiarze 2,5?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 130**

Pakiet 19, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wzierniki w rozmiarze 2,75?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 131**

Pakiet 19, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wzierniki w rozmiarze 4,25?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 132**

Pakiet 19, pozycja 1, 2, 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaofierowanej ilości?



**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści wycenę wzierników za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.**

**Pytanie nr 133**

Pakiet 19, pozycja 3, 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników za opakowanie a'34 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości z zaokrągleniem ilości w górę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę wzierników za opakowanie a'34 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk wskazanym formularzu cenowym zał.2 do SWZ.**

**Pytanie nr 134**

Pakiet 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 135**

Pakiet 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 136**

Pakiet 27, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'40 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści wycenę za op. a'40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.**

**Pytanie nr 137**

Pakiet 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 2000ml, z przezroczystej folii LDPE w kolorze niebieskim lub czerwonym, posiada zamknięcie w formie „skręć i zaczeć”



**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 138**

Pakiet 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'144 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem wartości?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści wycenę za op. a'144 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.**



**Pytanie nr 139**Pakiet 33, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pisaki sterylne z miarką od 0 do 15cm?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.****Pytanie nr 140**Pakiet 33, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakiegokolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.****Pytanie nr 141**Pakiet 37, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści wycenę w op. = 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.****Pytanie nr 142**Pakiet 38Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m<sup>2</sup>?**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.****Pytanie nr 143**Pakiet 38

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym poliestrowym mankietem?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.****Pytanie nr 144**Pakiet 38

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści wycenę w op. = 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.****Pytanie nr 145**Pakiet 40

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści wycenę w op. = 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.****Pytanie nr 146**Pakiet 40

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.****Pytanie nr 147**dotyczy Pakiet 38 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny polipropylenowej (Spunbond) o gramaturze 22 g /m<sup>2</sup>, fartuchy z dzianymi poliestrowymi mankietami. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje fartuchów zarejestrowanych, jako wyrób medyczny.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.****Pytanie nr 148**dotyczy Pakiet 40 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów o nieznacznie wyższej gramaturze 22 g /m<sup>2</sup>. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje fartuchów zarejestrowanych, jako wyrób medyczny.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający oczekuje fartuchów zarejestrowanych jako wyrób medyczny.**

**Pytanie nr 149**

Cześć 2 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga worka przeznaczonego do min. 7 dniowej zbiórki moczu z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczym ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga worka przeznaczonego do min. 7 dniowej zbiórki moczu z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczym.**

**Pytanie nr 150**

Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pomiaru diurezy godzinowej, sterylnej. Jednoświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w łatwy do dezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na długości minimum 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z liczbowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 45 do 90 ml co 5 ml i od 100 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, worek na mocz 2000 ml, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 100 ml. W zestawie hak do podwieszenia systemu. Nie zawiera lateksu. Czas użycia do 7 dni.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 151**

Pakiet 25 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego jednorazowego systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z dwoma sygnalizatorami, z których jeden wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta, a drugi unosi się w przypadku przepełnienia balonika w bańce odbytniczej pacjenta. Port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca w kolorze niebieskim, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 1 nieprzezroczysty worek do zbiórki stolca z okienkiem podglądu, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowany co 25 ml oraz z filtrem węglowym.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 152**

Pakiet 25 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy oczekuje systemu do kontrolowanej zbiórki stolca wyposażonego w elementy umożliwiające dostosowanie poziomu wypełnienia balonika indywidualnie do danego pacjenta tj. sygnalizator wypełnienia oraz strzykawka skalowana do 45 ml? Wyjaśniamy, że nadmierna inflacja balonu retencyjnego może zwiększyć ryzyko bólu odbytnicy, krwawienia, owrzodzenia i perforacji.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



**Pytanie nr 153**

Pakiet 25. Poz. 2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie worków wymiennych kompatybilnych z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000 ml, nieprzezroczyste, z podglądem, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 sztuk.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 154**

Pakiet 37. Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do zębów z odsysaniem, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi, z miękkim włosiem i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni.

Pakowana pojedynczo.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 155**

Pakiet 37. Poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana szczoteczka do zębów posiadała trzy otwory ssące? Wyjaśniamy, iż zastosowanie trzech otworów wpływa na wydajność odsysania, umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej oraz minimalizuje ryzyko zatkania otworów ssących.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 156**

Pakiet 37. Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gąbki do toalety jamy ustnej pokrytej dwuwęglanem sodu w kolorze zielonym. Pakowana pojedynczo.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

---

## ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzenia powyższych zmian załącza ZAMIENNE: Specyfikację Warunków Zamówienia, Formularz cenowy oraz Formularz oferty. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego pisma i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Ponadto na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia: **25.03.2024 r.**

godz. **09:00** – składanie ofert

godz. **09:10** – otwarcie ofert.

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie wprowadzonych modyfikacji.





Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/S 33-96767 z dnia 15.02.2024 r.
- 3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/S 54-157398 z dnia 15.03.2024 r.

**Dyrektor**  
**Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego**  
**im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy**  
**Edward Hartwich**

**Odpowiedzi udzieliła:**

Apteka szpitalna – Katarzyna Kuczma-Podlaska

**Załączniki:**

1. SWZ zamienna z dnia 15.03.2024 r.
2. Formularz cenowy ZAMIENNY z dnia 15.03.2024 r.
3. Formularz oferty ZAMIENNY z dnia 15.03.2024 r.
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/S 54-157398 z dnia 15.03.2024 r.

**Sprawę prowadzi:** Dominika Drumlewska  
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów  
Tel. 52 32 62 104, e-mail zamowienia-pub@wsd.org.pl

