



Sprawa nr ZP/143/2023

Łódź, dnia 12.02.2024 r.

„Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii na potrzeby SP ZOZ CSK UM w Łodzi - II”

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia Nr 2

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1 - dot. załącznika 2 – parametry techniczne - pakiet 20, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie nr 20 poz. 1. łączników wysokociśnieniowych o wytrzymałości ciśnieniowej do 1200 PSI (tj. 8.27 MPA).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia wymagania techniczne bez zmian.

Pytanie 2 - dot. załącznika 2 – parametry techniczne - pakiet 20, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie nr 20 poz. 2 łączników wysokociśnieniowych o długości 150 cm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia wymagania techniczne bez zmian.

Pytanie 3 - dot. załącznika 2 – parametry techniczne - pakiet 20

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co oznacza zapis przy pakiecie 20 „Nowa ilość 50”. W formularzu cenowym, jak i w opisie pakietu Zamawiający wymaga wyceny 200 sztuk.

Odpowiedź: Omyłka pisarska w pliku parametry techniczne. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny ilości, wskazanych w Formularzu asortymentowo – cenowym tj. 200 sztuk.

Pytanie Nr 4:

Dotyczy pakietu nr 3.

Czy Zamawiający dopuści przewodnik diagnostyczny o następujących parametrach: Przewodnik pokryty PTFE. Średnice przewodników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038”. Długości przewodników: 40/80/100/125/150/180/260 cm. Dostępne w wersji prostej i J (promień krzywizny: 1.5/3/6/12 mm). Dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem. Dostępne warianty: Fixed Core, Moveable Core, Double Ended, Newton, New Bentson, Heavy Duty Fixed Core, Rosen Heavy Duty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także przewodniki o podanych parametrach



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie nr 5:

Pakiet nr 18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie średnic balonu od 15 mm do 30 mm.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie średnicy balonu 25 mm, która jest kompatybilna z koszulką naczyniową 10F.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia wymagania techniczne bez zmian.

Pytanie do wzoru umowy:

Do §1 ust. 4 wzoru umowy: Prosimy o modyfikację treści §1 ust. 4, poprzez skonkretyzowanie, że podana graniczna wielkość opcji (80%) odnosi się do poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, co oznaczałoby, że każdy z określonych w formularzu asortymentowo – cenowym produktów może zostać zamówiony przez Zamawiającego w ilości maksymalnie o 80% większej niż pierwotnie zakładano.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie do wzoru umowy:

Do §7 ust. 1 wzoru umowy prosimy o dopisanie następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu o treści: „Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”

Udzielone odpowiedzi należy czytać łącznie z dokumentami zamówienia.

Kinga Miśkiewicz