



Toruń, 4.04.2024 r.

KPIM/172/2024

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (9)

153. Dotyczy chłodziarek podblatowych. W specyfikacji technicznej podano, że mają mieć jednocześnie funkcję zamrażarki. Wg naszej wiedzy taka kombinacja się wyklucza, w związku z tym prosimy o informację czy urządzenia te mają być zamrażarkami czy chłodziarkami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że urządzenia mają być chłodziarkami.

Dyrektor ds. inwestycyjnych

Mariusz Sowiński
Mariusz Sowiński