

Radziejów, dnia 13 lipca 2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy TP-09/2021) na:
„Zakup dwóch ambulansów używanych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie” ogłoszonego w dniu 06 lipca 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00104939/01.

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

Dotyczy transportera noszy głównych

Pytanie 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter noszy głównych posiadający uchwyty ułatwiające manewrowanie, zintegrowane z zamkniętą budową panelu kontrolnego transportera, z których jest bezpośredni dostęp do poszczególnych funkcji sterujących pracą w tym do odblokowywania goleni, bez dodatkowych ruchomych/uchyłnych uchwytów?

Wyjaśniamy, iż takie rozwiązanie ograniczające elementy ruchome wpływa bardzo pozytywnie na bezpieczeństwo. Wszystkie skomplikowane, podwójne rozwiązania w noszach powodują, że użytkowanie noszy zamiast upraszczać się robi skomplikowane. Zepsucie np. funkcji odblokowywania w uchwytach powoduje, że utrudnione staje się korzystanie z samego uchwytu i podstawowego celu w jakim te uchwyty są. Ponadto rozwiązanie opisane przez Zamawiającego naraża na dodatkowe koszty niezbędnych napraw. ratowników i pacjenta oraz na trwałość produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 2

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter noszy posiadający siedmio stopniową regulację ustawienia wysokości z systemem wspomaganie ustawienia wysokości za pomocą automatycznej funkcji ALS, która to przyspiesza i ułatwia podniesienie i opuszczenie transportera na odpowiednią wysokość bez potrzeby używania dodatkowych dźwigni, przycisków lub blokad zamiast opisanego ustawiania wysokości wspomaganie sprężynami?

Mając na uwadze maksymalną funkcjonalność noszy reanimacyjnych oraz fakt, iż nosze to najważniejszy element medycznego wyposażenia, używany kilkakrotnie w przeciągu doby przez ZRM podkreślamy, iż proponowane przez nas rozwiązanie podnoszenia noszy, system ALS jest lepsze i bezpieczniejsze niż to opisane przez Zamawiającego, czyli ustawianie wysokości wspomagane sprężynami gazowymi. Siłowniki gazowe nadają się do płynnego regulowania oparcia pleców, czy nóg, ale w przypadku podnoszenia pacjentów powyżej 100 kg narażają na ryzyko uszkodzenia w trakcie eksploatacji, często dochodzi do awarii sprężyn gazowych co stanowi zagrożenie dla pacjenta i załogi ZRM.

Ponadto serwis sprężyn gazowych narazi Zamawiającego na wysokie koszty napraw, ponieważ jest to jedna z kosztowniejszych części noszy, która ulega częstym usterkom.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 3

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje aby dostarczone nosze wyposażone były w 4 kółka skrętne o 360 stopni i posiadały średnicę przynajmniej 160 mm, celem łatwiejszego transportu po trudniejszym terenie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

Dyrektor SP ZOZ w Radziejowie

Sebastian Jankiewicz