



## Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 18.05.2023 r.

Do wszystkich  
Uczestników postępowania  
Znak sprawy – PU 38/2023

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którego przedmiotem jest **dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby ośrodków rehabilitacji dzieci młodzieży Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.**

**Znak sprawy – PU 38/2023**

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1- Pakiet 2**

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat spirometryczny, który posiada kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości wielkości: 5,7'', wraz z oprogramowaniem przesyłającym badanie do komputera oraz umożliwiając przy tym analizę badania na monitorze o dowolnej rozdzielczości i wielkości?

**Odpowiedź: Wymagany jest dotykowy ekran 7'' z kompatybilnym oprogramowaniem, z systemem motywacyjnym dla dzieci z kolorowymi animacjami.**

### **Pytanie 2- Pakiet 2**

Czy zamawiający wymaga złożenia oferty na wysokiej klasy spirometr, w którego w skład wchodzi oprogramowanie gwarantujące możliwość wykonania zarówno badania spirometrycznego z aktualnymi normami i 54 parametrami spirometrycznymi, a także badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i próbę wysiłkową, badanie z holtera EKG, holtera RR, ergospirometrii oraz telekonsultację badań?

**Odpowiedź: Nie jest wymagane wykonanie badania spirometrycznego jednocześnie z oceną parametrów EKG oraz oceny ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i próby wysiłkowej, badanie EKG, holtera RR, ergospirometrii oraz telekonsultacji badań.**

### **Pytanie 3**

Składamy wniosek i zarazem serdeczną prośbę o wydłużenie czasu na składanie ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 22.05.2023 r., godziny pozostają bez zmian.**