

Wrocław, dnia 9.09.2021 r.

Wykonawcy w postępowaniu

nr 3/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

„Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia do domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” (3/2021).

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129), zwanej dalej „ustawą” w imieniu Zamawiającego, tj. Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci informuję, że w związku z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z prośbą o udzielenie wyjaśnienia na następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy jeżeli urządzenia (tj. koncentratory tlenu, ssaki oraz inhalatory) zgodnie z zaleceniami producenta nie wymagają wykonywania przeglądów okresowych będzie istniała konieczność wykonywania przeglądów nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Ze względu na krótki okres do składania ofert prosimy o jak najszybsze przesłanie odpowiedzi.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych wyłączenie w odniesieniu do części nr 6 Termometr bezdotykowy, części nr 7 inhalator z osprzętem, części nr 8 ciśnieniomierz, części nr 10 Kozetka, części nr 15 Rotor do ćwiczeń czynnych i biernych rąk i nóg, części nr 17 Materac rehabilitacyjny jednoczęściowy, części nr 18 Materac rehabilitacyjny składany. W zakresie pozostałych części Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

Dzień dobry. Czy dopuszczą Państwo materac przeciwoleżynowy bąbelkowy z parametrem: Zakres ciśnienia: 40 - 100 mmHg ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza materaca przeciwoleżynowego bąbelkowego z parametrem: Zakres ciśnienia: 40 - 100 mmHg. Zakres 40-120 mmHg to standard.

Pytanie nr 3:

czy w wyjątkowych sytuacjach jeśli produkt ma gwarancję minimum 2 lata, może być wyprodukowany przed 2021 r.? Nie jesteśmy w stanie zagwarantować że producent dostarczy nam urządzenia wyprodukowane konkretnie w 2021 roku.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktów wyprodukowanych wcześniej niż w 2021 r.

Pytanie nr 4:

W związku z tym że producenci urządzeń o podanych parametrach nie zapewniają gwarancji dłużej niż 12 m-cy na całe urządzenie tylko niektóre jego elementy (np tapicerka i stelaż), chcielibyśmy dopytać czy dopuszczą Państwo urządzenie z gwarancją krótszą niż 24 m-ce?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 24 - miesięcznej gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia.

Pytanie nr 5:

Pytanie do części 2 - koncentrator tlenu z osprzętem

Czy zamawiający dopuści koncentrator tlenu o podanych parametrach?

Pobór mocy: 230 V AC, <300 W, 50 Hz

Stężenie tlenu: 87-96% od 1 do 5 l/min

Wymiary: 58x38x24 cm

Masa: 15 kg

Głośność: <40 dBA

Przepływ tlenu: 0,5 - 5 l/min

Jedynym parametrem odbiegającym od wymaganych, jest większy zakres poziomu stężenia tlenu, jednak nie obniża to jakości użytkowania.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaferowania koncentrator tlenu o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie nr 6:

Dzień dobry,

Czy będą jeszcze udzielone odpowiedzi na zapytania?

Odpowiedź: Zamawiający udziela niniejszym odpowiedzi na zadane dotychczas pytania.