



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00
NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wszz.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 25- 01-2024 r.

W.Sz.Z: TZ-280-139/23

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych z podziałem na 4 zadania.

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający zgodnie z art.135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 1605), zwanej dalej Pzp, udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1, dot. Załącznika Nr 2/4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu depozytu w pakiecie nr 4 i wyrazi zgodę na jednorazowe dostarczenie asortymentu w większych ilościach 5,10 szt. bez konieczności wysyłania protokołów zużycia. Faktura będzie wystawiona razem z doręczonym produktem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga depozytu.

Zamawiający wyraża zgodę, na jednorazowe dostarczenie asortymentu w większych ilościach 5,10 szt. bez konieczności wysyłania protokołów zużycia oraz, że faktura będzie wystawiona razem z doręczonym produktem.

Pytanie Nr 2, dot. Załącznika Nr 2/4 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 lp. 1 dopuści produkt wg następującego opisu: System do mieszania próżniowego z pobieraniem próżniowym, z dwoma aplikatorami (maksymalnie 160 g cementu kostnego)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3, dot. Załącznika Nr 2/4 poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 lp. 2 dopuści produkt wg następującego opisu: System do mieszania próżniowego z pobieraniem próżniowym (maksymalnie 80 g cementu kostnego)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4, dot. rozdziału V SWZ pkt 1 ppkt 1.5

Zapis w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1.5 SWZ brzmi:

1.5. W razie istotnych wątpliwości na etapie badania i oceny ofert co do parametrów techniczno-użytkowych niektórych oferowanych wyrobów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich weryfikacji w danej pozycji zamówienia poprzez wezwanie Wykonawców do przedstawienia kart katalogowych, egzemplarza (wzoru) próbnego lub prezentacji oferowanego wyrobu.

W tych okolicznościach artykuł z danej pozycji musi być dostarczony lub przedstawiony do prezentacji w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia Wykonawcom takiej konieczności. Nieprzedłożenie w czasie oznaczonym przez Zamawiającego wymaganych egzemplarzy próbnych albo brak prezentacji może być podstawą do odrzucenia oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Zwracamy się z pytaniem, czy na spełnienie wymogu weryfikacji dot. wątpliwości na etapie badania i oceny ofert co do parametrów techniczno-użytkowych niektórych oferowanych wyrobów - Zamawiający dopuści możliwość ich weryfikacji w danej pozycji zamówienia poprzez wezwanie Wykonawców do przedstawienia kart katalogowych, które Wykonawcy będą mogli przedłożyć do Zamawiającego w formie elektronicznej za pomocą platformy, na której jest prowadzone postępowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Pytanie Nr 5, dot. Załącznika Nr 2/2 poz. 1

Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72h do rurek intubacyjnych o długości 60cm, do rurek tracheostomijnych o długości 30cm, z oznaczeniem rozmiaru cewnika widocznym na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwodce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym, reszta zgodna z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 6, dot. Załącznika Nr 2/2 poz. 2

Czy zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie Nr 7, dot. Załącznika Nr 2/2 poz. 2

Czy zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie Nr 8, dot. Załącznika Nr 2/2 poz. 3

Czy zamawiający dopuści sterylny żel w saszetkach o pojemności 5 g, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga żelu w aplikatorach, które nie są traumatyczne, bez aktywnych substancji.

Pytanie Nr 9, dot. Załącznika Nr 2/2 poz. 4

Czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji do podłączenia do obwodu oddechowego, bez mechanizmu samodomykania, reszta zgodna SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga łącznika T z samodomykającym mechanizmem po odłączeniu od obwodu oddechowego.

Pytanie Nr 10, dot. Załącznika Nr 2/3 poz. 2 i 3

Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym w kształcie walca o grubości ok. 100-120 µm do obwodu oddechowego, bez mechanizmu samodomykania, reszta zgodna SWZ?

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 11, dot. Załącznika Nr 2/2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi na-przeziennie, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości **56 cm**, do rurek tracheotomijnych o długości **36 cm**, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi na-przeziennie, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach do rurek intubacyjnych : 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr i w rozmiarach do rurek tracheostomijnych: 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych”



Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 12, dot. Załącznika Nr 2/2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną , z możliwością stosowania przez 7 dni, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leku, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Sterylny adapter do zamkniętych systemów do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez konieczności rozłączenia układu. Adapter posiada: - obrotowy łącznik do podłączenia do rurek intubacyjnych/tracheostomijnych; - port do wprowadzenia bronchofiberoskopu posiadający wewnętrzną, silikonową, samo-uszczelniającą się zastawkę dwupłatkową oraz nasadkę na zawieszce do zamknięcia i uszczelnienia portu; - złącza 15M-15F. Możliwość stosowania adaptera przez min. 72h potwierdzona oświadczeniem od producenta. Opa-kowanie: folia-papier . Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP.”



Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13, dot. Załącznika Nr 2/2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Sterylny żel nawilżający dedykowany do dróg oddechowych rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, niezawierający aktywnych składników, w sterylnym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, pakowany indywidualnie w blistrach.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Sterylny roztwór soli fizjologicznej 0,9% NaCl do płukania we fiolkach 15 ml z końcówką kompatybilną z portem do przepłukiwania w zamkniętych systemach do odsysania Optiflo. Fiolka przezroczysta bez zawartości lateksu i DEHP. Na fiolce naklejona etykieta z datą ważności.”



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 14, dot. Załącznika Nr 2/2, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Zestaw do nebulizacji dla dorosłych do obwodu oddechowego, zawiera łącznik T ze złączami (22F- 22M/15F) ze zintegrowaną bezzwrotną zastawką, zapobiegającą cofaniu się leku, dren tlenowy o długości 210 cm ze złączami standardowymi lub standardowym i uniwersalnym, nebulizator o pojemności 6 ml z podziałką. Przepływ przy ciśnieniu 3,5 bar (LPM): w zakresie 4-10 LPM (zalecany 6 LPM). Ciśnienie robocze w zakresie 1-6 bar (zalecane 3,5 bar). Średnia wielkość cząsteczki aero-zolu MMAD (NaCl 9g/l) (µm): 2,53 (przy 4 LPM); 1,18 (przy 6 LPM); 0,88 (przy 10 LPM). Nebulizowana ilość (NaCl 9 g/l) (mg/min): 100 (przy 4 LPM); 200 (przy 6 LPM); 340 (przy 10 LPM). Wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie producenta, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr serii, nr katalogowy. Bez lateksu i ftalanów DEHP.”



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 15, dot. Załącznika Nr 2/3, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. min.dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15mm, mankiet niskociśnieniowy, w górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. grubość mankieta ok.50 mikronów, dren do odsysania min. 4 mm średnicy, sterylna rozmiar : od 6,0 do 9,0 co 0,5 cm.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Rurka intubacyjna sterylna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie beczułki wykonanym z PVC, posiadająca znacznik głębokości w postaci dwóch czarnych kresek nad mankietem. Rurka wyposażona w dodatkowy port umożliwiający ciągle lub czasowe odsysanie z nad mankietu. Port do odsysania w kolorze żółtym z zatyczką, balonik kontrolny wypełnienia mankieta w kolorze niebieskim z zaworem. Rozmiary rurek 6.0-9.0 (rozmiary co 0,5 mm). Rurka skalowana co 2 cm, linia RTG na całej długości, końcówka zaokrąglona, atraumatyczna z okiem Murphego. Łącznik rurki przezroczysty 15mm zgodny z normą ISO 5356-1:2015. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo folia - papier.”



Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 16, dot. Załącznika Nr 2/3, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka, min. dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15mm, mankiet niskociśnieniowy, w górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwążający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy, grubość mankietu ok.50 mikronów, sterylna.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego okręgu na rurce, skalowana jednostronnie co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Produkt sterylny, pakowany folia-papier, dostępne rozmiary: od 3,5 do 10,0mm (rozmiary co pół). Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki, średnica niewypełnionego mankietu.”



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Anna Wbtrich-Krajewska
Anna Wbtrich-Krajewska