



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

skrytka pocztowa 7, www.wsz.torun.pl

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 28-02-2024 r.

W.Sz.Z: TZ-280-16/24

dotyczy: postępowania na **dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów.**

Sprostowanie do odpowiedzi udzielonej w dniu 27.02.2024 r.

Pytanie Nr 12:

Dotyczy SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zadanie Nr 2, pkt 12

Czy Zamawiający udostępni w swoich zasobach zgodnie z poniższymi parametrami 2 serwery wirtualne (maszyny wirtualne) w celu instalacji systemu IT do zarządzania całym rozwiązaniem?

<u>1.VM</u>	<u>2.VM</u>
OS: Windows Server 2016 / 2019 (x64)	OS: Windows 10 Pro/Ent lub Server 2016 / 2019 (x64)
CPU: 4 cores - 2-3 GHz	CPU: x64 Intel Core i5 lub porównywalny
RAM: 12-16 GB	RAM: 8 GB
HDD: 500 GB	HDD: 100 GB

Z uwagi na ilość analizatorów, kompleksowość wdrożenia m.in. poprawną konfigurację lub wymaganą rozbudowę sieci WIFI oraz terminy związane z integracją HIS zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na 90 dni roboczych czasu wdrożenia całego rozwiązania.

W związku z wykonaną wizją lokalną 21 listopada 2023 podczas postępowania W.Sz.Z: TZ-280-109/23 prosimy o informację czy stan sieci od tego dnia się zmienił i zamawiający posiada infrastrukturę Wi-Fi na oddziałach, gdzie planowana jest instalacja analizatorów do profesjonalnego pomiaru poziomu glikemii, w miejscach gdzie infrastruktura Wi-Fi nie istniała na dzień 21 listopada 2023. Czy Zamawiający rozbuduje sieć WIFI na swój koszt w miejscach gdzie nie istnieje infrastruktura?

Prosimy o aktualną listę oddziałów, w odniesieniu do raportu z wizji lokalnej wykonanej 21 listopada 2023 (w załączeniu) wraz z lokalizacjami szpitala, na których planowana jest instalacja analizatorów zaznaczeniem, które z oddziałów znajdują się w budynku planowanym do wyburzenia.

Odpowiedź:

Jest: Zamawiający udostępni ze swoich zasobów serwery wirtualne o wskazanych parametrach technicznych wraz z niezbędnymi licencjami na system operacyjny Windows Server. Zamawiający nie przewiduje rozbudowy we własnym zakresie sieci WIFI w miejscach, gdzie obecnie nie ma sieci bezprzewodowej. Lista oddziałów w załączeniu (ODDZIELNY PLIK).

A powinno być: Zamawiający udostępni ze swoich zasobów serwery wirtualne o wskazanych parametrach technicznych wraz z niezbędnymi licencjami na system operacyjny Windows Server.

Zamawiający wyraża zgodę na kompleksowe wdrożenie obejmujące m.in. poprawną konfigurację lub wymaganą rozbudowę sieci Wi-Fi oraz integrację z HIS w terminie 90 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

W związku z powyższym do § 1 wzoru umowy dzierżawy (Załącznik Nr 5/1 do SWZ) Zamawiający dodaje ust. 4a. o następującej treści:

„4a. Kompleksowe wdrożenie obejmujące m.in. poprawną konfigurację lub wymaganą rozbudowę sieci Wi-Fi oraz integrację z HIS nastąpi w terminie 90 dni, licząc od daty zawarcia umowy (Niniejszy zapis dotyczy Zadania Nr 2).”



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Zamawiający nie przewiduje rozbudowy we własnym zakresie sieci WIFI w miejscach, gdzie obecnie nie ma sieci bezprzewodowej.
Lista oddziałów w załączeniu (ODDZIELNY PLIK).

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Anna Wutnych-Krajewska