



SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Łódź, 11.04.2024 r.

e-mail: marta.kieras@barlicki.pl

Tel. 42 677-68-24

Znak sprawy: 15/PN/ZP/D/2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa jednorazowych zestawów do zabiegów chirurgicznych, środków ochrony osobistej, osłon na narzędzia i aparaturę”

Szanowni Państwo!

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na **następujące** pytania oraz informuje o zmianach:

1. Zamawiający ustala nowy termin składania ofert i próbek – do dnia **18.04.2024 r. godz. 09.00.**
2. Zamawiający ustala nowy termin otwarcia ofert – w dniu **18.04.2024 r. o godz. 10.00.**
3. Zamawiający ustala nowy termin wpłaty wadium – do dnia **18.04.2024 r. o godz. 09.00.**
4. Termin związania ofertą – **do dnia 16.07.2024 r.**

Pytanie 1

Pakiet 45

Prosimy o dopuszczenie mat z okresem trwałości 2 lata.

Prosimy o dopuszczenie mat pakowanych w opakowanie zbiorcze po 4 maty, każda mata zawiera 30 ponumerowanych listków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet 14, Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z włókny o gramaturze min. 14 g/m kw.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet 14, Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepki wiązane, włóknina we wzór kwiatowy, różnokolorowe (3 kolory w 1 opakowaniu typu kartonik)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z mocnej włókny o gramaturze min. 40 g/m kw.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Pakiet 22, Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rolki celulozowo-foliowe o szerokości 50 cm, długości 50 m, perforowane co 50 cm, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 640 szt. / 1200 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści śliniaki o wymiarach 38 x 60 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7**Pakiet 34**

Czy Zamawiający dopuści koce o wymiarach 110 x 220 cm, warstwach zewnętrznych wykonanych z włókniny o gramaturze min. 309 g, warstwie wewnętrznej – wykonanej z włókniny poliestrowo-wiskozowej o gramaturze min. 60 g/m kw.? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 13795, odnoszącą się do fartuchów, ubrań i obłożeń stosowanych na bloku operacyjnym

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje

Pytanie 8**Pakiet 28, Poz. 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rozmiarze 101cm x 229cm)+/-2cm) posiadającego rdzeń chłonny w rozmiarze 50cm x 205cm (+/-5cm) z dodatkową serwetą do przykrycia lub transportu pacjenta w rozmiarze 101cm x 152cm (+/-2cm) spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9**Pakiet 14**

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 14 wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu o następującym składzie:

1 szt. Obłożenie na stół 75 x 90 cm

1 szt. Obłożenie z otworem na oko o wymiarze 10 x 10 cm, otwór na oko nacięty, bez worka z przylepcem o wymiarze 60 x 60 cm

1 szt. Rozwórka Baraquet metalowa, jednorazowa

1 szt. Miarka/ cyrkiel czyli urządzenie do pomiaru odległości iniekcji od rąbka, metalowe

2 szt. Papierosy zwane pałeczkami

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10**Pakiet 1, Poz. 1,2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie próbek w wersji niesterylnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11**Pakiet 2, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnej kieszeni na narzędzia o wymiarach 30 x 40 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12**Pakiet 6, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony o wymiarach 150 x 80 cm o grubości 0,065mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13**Pakiet 8, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony na kończynę o wymiarach 35 x 120 cm, z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m², z 1 taśmą samoprzylepną w komplecie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14**Pakiet 11, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompletu z włókniny o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15**Pakiet 11, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek do 1 kompletu z każdego rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 16**Pakiet 12, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha z zapięciem w okolicy karku na rzepy o wymiarach 3 x 13 cm i 3 x 7 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17**Pakiet 12, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha o parametrach: wyższa niż wymagana odporność na wypychanie na sucho/mokro 268,9 / 262 kPa, oraz wyższa niż wymagana odporność na rozciąganie na sucho/mokro MD 151,4/141,5?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18**Pakiet 12, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w opakowaniu typu folia-papier, z wewnętrznym owinięciem w serwetę włókninową z 2 szt ręczników z włókniny spunlace 30 x 30 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19**Pakiet 12, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozmiarach: M- 124 cm, L- 128 cm, XL – 138 cm, XXL – 157 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20**Pakiet 12, Poz. 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu OEKO-TEX?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi.

Pytanie 21**Pakiet 14, Poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków w kolorach zielonym i niebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22**Pakiet 14, Poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę podanie ceny za opakowanie handlowe a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23**Pakiet 15, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24**Pakiet 15, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka wykonanego z włókniny spunlace 45 g/m², denko z włókniny PP 25g/m², z wstawką chłonną pot 5 warstwową z włókniny spunlace 38g/m², wstawka o wymiarach 30 x 6 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25**Pakiet 16, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka wykonanego w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26**Pakiet 16, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27**Pakiet 17, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy z włókniny o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 28**Pakiet 17, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy z włókniny o gramaturze 40g/m² z warstwą antypoślizgową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29**Pakiet 17, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę podanie ceny za opakowanie handlowe a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30**Pakiet 18, 19 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31**Pakiet 21, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe a'25 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32**Pakiet 22, Poz. 1,2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o szer. 50 cm (zamiast 51 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33**Pakiet 22, Poz. 1,2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 rolki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 34**Pakiet 23, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śliniaków o wymiarach 48 x 38 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35**Pakiet 23, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36**Pakiet 25, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 37**Pakiet 27, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej kieszeni o wymiarach 30 x 40 cm ze sztywnikiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38**Pakiet 27, Poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety na stolik Mayo 145 x 80 cm wykonana z czerwonej folii PE o grubości 50 g/m². Obszar wzmocniony z włókniny PP o gramaturze 37g/m², łączna gramatura 87g/m², wielkość wzmocnienia 60 x 145 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 39**Pakiet 27, Poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaręczawka o długości 54 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40**Pakiet 27, Poz. 4, 5, 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z laminatu o nieco wyższej gramaturze tj. 60g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 41**Pakiet 27, Poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 42**Pakiet 27, Poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50 x 75 cm z otworem 7 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 43**Pakiet 27, Poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony o wymiarach 14 x 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44**Pakiet 27, Poz. 7, 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony o średnicy 85 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 45**Pakiet 27, Poz. 7, 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony o średnicy 105 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 46**Pakiet 27, Poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony z folii o grubości 0,035mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 47**Pakiet 27, Poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety z otworem o wymiarach 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 48**Pakiet 27, Poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety z otworem 7 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 49**Pakiet 27, Poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety pakowanej zbiorczo w standardowy karton transportowy, z opakowaniem wewnętrznym -worek foliowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 50**Pakiet 27, Poz. 1 - 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wyrobów sterylizowanych radiacyjnie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 51**Pakiet 29, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładu z wkładem chłonnym 60 x 88 cm, o chłonności 1700ml i gramaturze wkładu chłonnego 125g/m²? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 52**Pakiet 31, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie próbek w wersji niesterylnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 53**Pakiet 31, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2-warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otw. przylep 6cm x 8cm

1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5cm x 13cm x 3,5cm, przezroczysty

10 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

5 x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 30cm x 30cm

1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pęseta plastikowa 13cm niebieska?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54**Pakiet 32, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha zapinanego w okolicy karku na rzep z możliwością indywidualnego dopasowania (lewy rzep 3 x 13 cm, prawy rzep 3 x 7 cm)? Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rozmiaru fartucha, identyfikacja rodzaju w postaci nadruku SP (standard), HP (wzmocnienie). Owiniecie w serwetę włókninową, ręczniki chłonne wykonane z włókniny spunlace?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 55**Pakiet 32, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o parametrach: fartuch wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 40g/m², paroprzepuszczalność 4389 ASTM 6701, odporność na przenikanie cieczy 46,7 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 128 kPa, na mokro 117 kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 56**Pakiet 33, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 57**Pakiet 33, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze L, odpowiadającym rozmiarowi uniwersalnemu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 58**Pakiet 34, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca ogrzewającego z warstwą zewnętrzną z włókniny o gramaturze 25g/m², warstwa wewnętrzna o gramaturze 80g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59**Pakiet 34, Poz. 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu normy EN 13795 – norma ta dotyczy obłożeń operacyjnych oraz fartuchów chirurgicznych, a także ubrań operacyjnych i nie ma zastosowania w przypadku opisywanego asortymentu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 60**Pakiet 35, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o chłonności 1600ml i gramaturze wkładu chłonnego 125g/m²? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61**Pakiet 38, Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do zabiegów okulistycznych z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysoko chłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 140 cm x 240 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów (20 x 25 cm) wyposażona w sztywnik do formowania serwety na głowie
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m².

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 62**Pakiet 43, Poz. 2, 4, 5, 7, 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o wytrzymałości na wypychanie na sucho 109 kPa? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 63**Pakiet 43, Poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 45 x 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64**Pakiet 43, Poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie próbek w wersji niesterylnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 65**Pakiet 43, Poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik narzędziowy o gramaturze 77 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 66**Pakiet 43, Poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik Mayo wykonaną z folii niepiaskowanej o gramaturze 87 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 67**Pakiet 43, Poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w wytrzymałą torbę Tyvec?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 68**Pakiet 43, Poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą do laparoskopii o wymiarach 200/270 cm x 300 cm z otworem samoprzylepnym, wzmocnionym w wymiarach 25 cm x 30 cm nie wypełnionym folią wraz z zintegrowanymi osłonami na kończyny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 69**Pakiet 43, Poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pojemnikiem plastikowym 500 ml z podziałką o wymiarach 12,76 cm x 9 cm x 6 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 70**Pakiet 43, Poz. 6**

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach osłony na kable video +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.


Pytanie 71**Pakiet 43, Poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ręcznikami celulozowymi o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 72**Pakiet 43, Poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki dwuczęściowej o wymiarach 75 x 90 cm, z regulowanym otworem przylepnym Ø 7cm?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 73**Dotyczy wadium**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą. Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmywu wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 74**Dotyczy umowy**

Czy Zamawiający zmieni zapis umowy § 7

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionego towaru w wysokości 1% wartości netto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 75**Pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 14 x 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76**Pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuści na opakowaniu jednostkowym 3 etykiety samoprzylepne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77**Pakiet 11**

Czy Zamawiający dopuści komplet z włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 40 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78**Pakiet 11**

Czy Zamawiający zmieni ilość wymaganych próbek do 2 sztuk z dowolnego rozmiaru, w przetargu tym nie jest oceniana jakość dlatego nie zrozumiała jest taka ilość próbek w przypadku gdy komplety te różnią się tylko rozmiarem ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 79**Pakiet 17**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie

- wykonane z włókniny polipropylenowej
- o gramaturze 30g/m²
- elastyczna gumka w kostce zapobiega zsunięciu się ochraniacza z obuwia
- zapobiegają wnoszeniu zabrudzeń na powierzchnie czyste
- wytrzymałe i bezpieczne w użytkowaniu
- jednorazowego użytku
- zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń
- uniwersalny rozmiar i szerokie zastosowanie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80**Pakiet 27 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 30 x 40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81**Pakiet 27 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń ze sztywnikiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82**Pakiet 27, Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści Sterylną serwetę na stolik Mayo 145 x 80 cm.

Serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z niebieskiej folii polietylenowej o gramaturze 47 g. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m². Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 74g/m². Wielkość wzmocnienia 76cm x 85cm. Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795: 2019. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta, sterylizacja bezwonna EO

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83**Pakiet 27, Poz.3**

Czy Zamawiający dopuści Sterylny zarekawkę o długości 47cm wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa wewnątrz, folia polietylenowa na zewnątrz) z jednej strony zakończony poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm, z drugiej strony zakończony gumką ułatwiającą utrzymanie na fartuchu. Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795: 2019. Na opakowaniu jednostkowym podwójna samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej, sterylizacja bezwonna EO

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 84**Pakiet 27, Poz.4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z wycięciem U 230 x 260 cm o gramaturze 60 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 85**Pakiet 27, Poz.4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z wycięciem U 230 x 260 cm o gramaturze 65 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 86**Pakiet 27, Poz.5**

Czy Zamawiający dopuści Serwetę 50x60cm z otworem przylepnym 6x8cm o gramaturze 60 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 87**Pakiet 27, Poz.6**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 14 x 250 cm z folii PE (0,05mm),?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88**Pakiet 27, Poz. 7, 9**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparatę 85 x 85cm lub 105 x 105 cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 89**Pakiet 27, Poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 65 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90**Pakiet 32**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², fartuch zapinany u góry za pomocą rzepu o długości z jednej strony 12 cm z drugiej 6 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 91**Pakiet 32**

Czy Zamawiający dopuści pod szyją niebieską lamówkę wskazującą na fartuch bez wzmocnienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 92**Pakiet 32**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 93**Pakiet 32**

Czy Zamawiający dopuści minimum 2 etykiety identyfikacyjne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94**Pakiet 32**

Czy Zamawiający dopuści :Odporność na przesiąkanie płynów min 40 cm H₂O (wg ISO EN 20811).

Wytrzymałość na wypychanie - na sucho min.: 139 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 138 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95**Pakiet 32**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy spełniające wymagania normy EN13795-1:2019 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 96**Pakiet 32**

Czy Zamawiający dopuści owinięcie w papier krepowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 97**Pakiet 45, Poz.1**

Czy Zamawiający dopuści matę o grubości ok. 1mm (grubość warstwy 0,028mm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 98**Zadanie 11, POZ. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompletu włókninowego o gramaturze 40 gr?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99**Zadanie 11, POZ. 1**

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLWMIpB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. URPL podkreśla, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

2. Zgodnie z normą EN 13795-2 ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego, a więc z krótkimi rękawami i spodniami bez ściągaczy to jedynie „*roboczy wyrób odzieżowy dla personelu Sali operacyjnej, co do którego nie ma konieczności spełnienia wymagań dotyczących odzieży dla bloków operacyjnych. Kitel [ang. - Scrub Suit, który pojawia się w deklaracjach oraz na opakowaniach ubrań wykonawców] nie jest zasadniczo przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzenianiu się czegokolwiek drogą powietrzną od personelu medycznego*”

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania ubrań higienicznych z bluzą z krótkimi rękawami, oraz spodniami bez ściągaczy ?

3. Czy w związku z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi nr WIS 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, oraz WIS 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO które wprost mówią, że ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, nie mogą być więc wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga ubrań objętych 23% stawką VAT ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100**Zadanie 14, POZ. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka typu furażerka bez przedniej części wydłużonej, zaś posiadające wkładkę pochłaniającą pot?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 101**Zadanie 14, POZ. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka typu furażerka tylko w jednym kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 102**Zadanie 15, POZ. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka typu furażerka bez tylnej części wydłużonej, zaś posiadające troki lub gumkę z tyłu głowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 103**Zadanie 16, POZ. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka typu furażerka wiązana na troki, Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim. Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym

W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlace o gramaturze 52g/m2 i wysokości 7,5 cm. Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104**Zadanie 17, POZ. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ochraniaczy z włókniny o gramaturze 30 gr.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 105**Zadanie 19, POZ. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przeliczenia maski na opakowania oraz podanie w formularzu cenowym ceny za opakowanie 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106

Zadanie 20, POZ. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski na troki w typie II ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 107

Zadanie 33, POZ. 1

1. Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ? **Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

2. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLWMIpB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętymi stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego? **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

3. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I? **Odpowiedź: TAK.**

4. Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

Odpowiedź: Przez personel szpitalny.

Pytanie 108

Pakiet 11

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109

Pakiet 14, Poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110

Pakiet 14, Poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111

Pakiet 14, Poz.2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylne, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², bez wydłużenia, bez możliwości wywinięcia warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 112

Pakiet 14, Poz.2

Czy zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 113

Pakiet 14, Poz.2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114**Pakiet 15**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², bez wydłużenia, bez możliwości wywinięcia, bez ściągacza, z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 115**Pakiet 15**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 116**Pakiet 16**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², bez wydłużenia, bez możliwości wywinięcia, bez ściągacza, z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 117**Pakiet 16**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 118**Pakiet 17**

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 40 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119**Pakiet 18**

Czy zamawiający dopuści maseczki wykonane z trzech warstw : 2 warstwy zewnętrzne z włókniny polipropylenowej oraz warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120**Pakiet 18**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121**Pakiet 19**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122**Pakiet 33**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123**Pakiet 37**

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający serwetę na stół w rozmiarze 75x80cm, serwetę zabiegową 90x100cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 124**Pakiet 37**

Czy Zamawiający dopuści serwetę główną wykonaną z materiału SMS o gramaturze 50 g/m² +/-10%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125
umowa § 5, pkt. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie faktury drogą mailową w formie pdf?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 126
umowa § 7, pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych za zwłokę w dostawie towaru na 0,2% wartości netto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 127

Pakiet 34

Czy Zamawiający dopuści warstwę zewnętrzną o gramaturze 30 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 128

Pakiet 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do zabiegów okulistycznych o następującym składzie:
1x serweta do zabiegów okulistycznych 160 x 250 cm z otworem 10 x 10 cm wypełnionym folią chirurgiczną z 2 kieszeniami 21 x 30 cm po obu stronach otworu, ze sztywnikiem do ufiksowania serwety. Serweta wykonana z antystatycznej pięciowarstwowej włókniny SSMMS 43 g/ m²;

1x serweta na stolik narzędziowy 100 x 150 cm z laminatu 2- warstwowego (polietylen/ polipropylen) 67,5 g/ m²-
owinięcie zestawu

1x ręcznik celulozowy

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129

Pakiet 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu okulistycznego o następującym składzie i parametrach:
1x serweta okulistyczna 150 x 210 cm z otworem 10 x 10 cm wypełnionym folią chirurgiczną z 2 kieszeniami 21 x 30 cm po obu stronach otworu, ze sztywnikiem do ufiksowania serwety. Serweta wykonana z antystatycznej pięciowarstwowej włókniny SSMMS 43 g/ m²;

1x serweta 50 x 60 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 67,5 g/ m²;

50 x kompres włókninowy 5 x 5 cm 6- warstwowy;

2x chłonny ręcznik do rak 30 x 43 cm (+/- 3 cm);

3x kaniula 27G 0,4 x 22 mm zagięta;

2x kieliszek 60 ml;

2x kaniula hydrodyssekccyjna 27G 0,4 x 22 mm zagięta;

4x strzykawka 2 ml Luer;

1x strzykawka 5 ml Luer;

1x igła iniekcyjna 25G 0,5 x 25 mm;

10x strzałki okulistyczne (tampon chłonny z trzonkiem);

1x miska 120 ml transparentna;

1x fartuch chirurgiczny standardowy wykonany z antystatycznej pięciowarstwowej włókniny SSMMS o gramaturze 43 g/m². Mankiety fartucha wykonane z włókniny poliestrowej z certyfikatem antyalergicznego OEKO- TEX ® Standard 100, przy szyi zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem, połę fartucha zachodzą na siebie, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch posiada wszytą metkę z rozmiarem w celu identyfikacji. Rozmiar L;

1x fartuch chirurgiczny standardowy wykonany z antystatycznej pięciowarstwowej włókniny SSMMS o gramaturze 43 g/m². Mankiety fartucha wykonane z włókniny poliestrowej z certyfikatem antyalergicznego OEKO- TEX ® Standard 100, przy szyi zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem, połę fartucha zachodzą na siebie, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch posiada wszytą metkę z rozmiarem w celu identyfikacji. Rozmiar XL;

1x taśma lepna 10 x 50 cm;

1x osłona plastikowa na oko perforowana;

1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ze wzmocnieniem 64 x 190 cm- owinięcie zestawu

Poszczególne składowe zestawu ułożone w kolejności ułatwiającej aplikację. Komponenty podlegające normie PN EN 13795- zgodne z tą normą. Zestaw zapakowany w worek polietylenowy z papierową kłapką TYVEC. Po otwarciu, przy zgrzewie sterylne margines min. 5 mm zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyjmowania zestawu. Sterylizacja tlenek etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 130

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna torba na narzędzia 29x17 cm (długość x szerokość) z dwoma przylepcami, 2-komorowa. Torba wykonana z mocnej, przezroczystej, matowej folii polietylenowej o grubości 120µm. Produkt bez zawartości lateksu. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy

pakowany zbiorczo po 40 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylny zestaw do kraniotomii. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 µm , ze wzmocnieniem chłonnym (owinięcie zestawu)

2 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z mocnej folii PE ze wzmocnieniem chłonnym min.60x85

4 x serweta przylepna, chłonna 45x50 cm

2 x taśma lepna, przezroczysta 8x40 cm

1 x serweta do kraniotomii, 240x410cm +/-5cm, z otworem 20x33cm w kształcie rombu całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny, dużym przylepcem do fiksacji serwety min.10x40 +/-3 cm i dwoma uchwytami na przewody typu rzep.

Serweta główna w części okrywającej pacjenta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na penetrację płynów > 175 cm H2O. Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 132

Pakiet 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie spodni i bluz operacyjnych pakowanych osobno, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 133

Pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina z masy celulozowej i poliestru), o gramaturze min. 68 g/m2. Stopień 7 repelencji materiału dla wody i alkoholu. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Oznaczenie rozmiaru i długości fartucha w co najmniej dwóch miejscach na stronie wewnętrznej, widocznej przed jego rozłożeniem. Odporność na przenikanie płynów min. 24 cm H2O w obszarze krytycznym i mniej krytycznym. Oznaczenie SP (Standard Performance) według normy EN 13795-1. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykiecie, wskazujący na barierowość fartucha. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 2,8 IB. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL (tj. o długości od 115 cm do 170 cm). Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach min. 30 x 39 cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu. Pakowane po 24 lub 28 sztuk w kartonie zbiorczym, w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 134

Pakiet 14, Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Czepek chirurgiczny typu beret, bezłateksowy, z elastyczną gumką, wykonany z włókniny o strukturze Cluster-Keyback, składającej się z min. 70 % z wiskozy oraz mieszaniny polimerowej, o gramaturze 25 g/m2. Dostępne w rozmiarze M ± 53 cm, w kolorze zielonym lub niebieskim. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135

Pakiet 14, Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Czepek chirurgiczny, furażerka, ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania, wykonany z wiskozy Spunlace, z szerokim przodem i elastycznym tyłem, o gramaturze 25 g/m2. Dostępny pięciu kolorach: niebieskim, zielonym, białym, fioletowym i różowym. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 136**Pakiet 20**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Maski chirurgicznej odpornej na spryskanie, z osłoną na oczy, wiązana na troki, z dodatkową poliestrową osłoną na oczy. Wykonana z min. 4 warstw włókniny polipropylenowej. Wyposażona w sztywnik o długości min. 14 cm, zapewniający łatwe dopasowanie się waski do kształtu twarzy. Wyposażona w pasek piankowy o szerokości min. 2 cm, zapobiegający parowaniu okularów. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 99 %, ciśnienie różnicowe max. 37 Pa/cm², odporność na spryskanie min. 21 kPa. Szerokość maski min. 18 cm, wysokość maski min. 10 cm. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski nazwą producenta. Zgodnie z EN 14683 maska typu IIR, w kolorze fioletowym. Produkowana zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Opakowanie po 25 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137**Pakiet 24, Poz. 1 - 3**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu zachowania bezpieczeństwa i komfortu pacjenta, oczekuje podkładu pochłaniającego zapach i wilgoć, zapewniający suchą w dotyku powierzchnię w ciągu kilku minut, nie przeciekający, posiadający potwierdzone badaniami zdolność do wielokrotnego pochłaniania płynów.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 138**Pakiet 34**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Jednorazowy, biały koc do przykrycia pacjenta w rozmiarze 110x210 cm z możliwością podgrzania do 60 stopni do 48 godzin, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28g/m² (warstwa zewnętrzna) i poliestrowej o gramaturze 88g/m² (wypełnienie) z przeszyciami na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw. Szwy zgrzewane ultradźwiękowo. I klasa palności, niepyłący (pylenie ≤1,9log10). Produkt higieniczny o podwyższonej czystości mikrobiologicznej.

Dla zapewnienia zachowania higieny każda sztuka pakowana osobno w próżniowym opakowaniu, opakowanie zbiorcze karton zawierający 30 szt. Producent spełnia wymogi Systemu Zarządzania Jakością dla Wytrobów Medycznych ISO 13485 oraz normy środowiskowej ISO14001

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 139**Pakiet 1, Poz. 1**

1. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o następującym składzie i parametrach:

- 1 x serweta włókninowa 75 x 50 cm
- 5 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm, 4W
- 1 x serweta włókninowa 90 x 75 cm z centralnym otworem Ø10 cm
- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml (zapakowana)
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitylowych, rozmiar M
- 4 x tampon (tupfer) z gazy bawełnianej min. 17N, wielkość śliwki rozmiar 20 x 20 cm
- 1 x strzykawka z żelem poślizgowym i lidocainą, 11 ml (zapakowana)- poza zestawem

Opakowanie zestawu typu sztywny blister z 2 wgłębieniami, który może posłużyć jako tacka/ nerka. Na opakowaniu nadrukowana etykieta główna m.in. ze składem i nazwą zestawu, logiem producenta i nr katalogowym. Opakowanie wyposażone w etykietę samoprzylepną do dokumentacji medycznej m.in. z nr katalogowym, datą ważności, nr LOT, kodem kreskowym.

Dodatkowo całość (zestaw + strzykawka z żelem i lidocainą) zapakowana w worek foliowy zawierający etykietę z danymi o zestawie, bez naklejek)

LUB

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitylowych, rozmiar M
- 1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm, 8W, 17N, waga 1 szt. min 1,11 g
- 4 x tampon (tupfer) z gazy bawełnianej min. 17N wielkość śliwki, rozmiar 20 x 20 cm
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x serweta 75 x 90 cm z otworem Ø10 cm
- 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 ml
- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml

Opakowanie typu sztywny blister z 1 wgłębieniem, który może posłużyć jako tacka/ nerka. Na opakowaniu nadrukowana etykieta główna m.in. ze składem i nazwą zestawu, logiem producenta i nr katalogowym.

Opakowanie wyposażone w 2-dzielną etykietę samoprzylepną do dokumentacji medycznej m.in. z nr katalogowym, datą ważności, nr LOT, przy czy jedna z części w postaci kodu kreskowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pierwszy opisany zestaw.

Pytanie 140

Pakiet 1, Poz. 2

1. czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do zakładania szwów o następującym składzie i parametrach:

- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x pęseta chirurgiczna metalowa 12 cm
- 6 x tampony (tupfer) z gazy bawełnianej min. 17N, wielkość śliwki, rozmiar 20 x 20 cm
- 1 x igłotrzymacz 12 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,4 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock 10 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
- 1 x serweta celulozowo- polietylenowa (gram. min. 36 g/m²) 50 x 50 cm z przylepnym otworem 5 x 10 cm
- 1 x serweta celulozowo- polietylenowa (gram. min. 36 g/m²) nieprzylepna 60 x 60 cm

Opakowanie typu sztywny blister z 3 wgłębieniami, który może posłużyć jako tacka/ nerka. Na opakowaniu nadrukowana etykieta główna m.in. ze składem i nazwą zestawu, logiem producenta i nr katalogowym. Opakowanie wyposażone w 2-dzielną etykietę samoprzylepną do dokumentacji medycznej m.in. z nr katalogowym, datą ważności, nr LOT, przy czy jedna z części w postaci kodu kreskowego.

LUB

- 1 x serweta polipropylenowo- polietylenowa (gram. min. 55 g/m²) 50 x 50 cm z otworem 10 x 5 cm
- 5 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm, 4W, min. 30 g
- 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,4 cm
- 1 x pęseta chirurgiczna typu Adson, metalowa 12 cm
- 1 x igłotrzymacz 12 cm

Opakowanie typu sztywny blister z 3 wgłębieniami, który może posłużyć jako tacka/ nerka. Na opakowaniu nadrukowana etykieta główna m.in. ze składem i nazwą zestawu, logiem producenta i nr katalogowym. Opakowanie wyposażone w 2-dzielną etykietę samoprzylepną do dokumentacji medycznej m.in. z nr katalogowym, datą ważności, nr LOT, przy czy jedna z części w postaci kodu kreskowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pierwszy opisany zestaw

Pytanie 141

Pakiet 13, Poz. 2

Czy zamawiający dopuści możliwość zaferowania skarpetek higienicznych sklasyfikowanych przez producenta jako wyrób użytkowy (nie wyrób medyczny)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 142

Pakiet 13, Poz. 4

Czy zamawiający dopuści możliwość zaferowania igły kulkowej o średnicy wewnętrznej min. 0,85 mm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143

Pakiet 31, Poz. 1

Czy zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do małych zabiegów o następującym składzie i parametrach:

- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 8 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm, 8W 17N
- 5 x tampon (tupfer) z gazy bawełnianej min. 17N wielkość śliwki, rozmiar 20 x 20 cm
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 45 x 37,5 cm

Opakowanie typu sztywny blister z 3 wgłębieniami, który może posłużyć jako tacka/ nerka. Na opakowaniu nadrukowana etykieta główna m.in. ze składem i nazwą zestawu, logiem producenta i nr katalogowym. Opakowanie wyposażone w 2-dzielną etykietę samoprzylepną do dokumentacji medycznej m.in. z nr katalogowym, datą ważności, nr LOT, przy czy jedna z części w postaci kodu kreskowego

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 144**Pakiet 38, Poz. 1**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów okulistycznych wykonanych z laminatu 2-warstwowego (PP-PE) o min. gramaturze 55 g/m² i następujących składach:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	190 x 150 cm
1 serweta okulistyczna z workiem na płyny 360 stopni, otwór 6,5 x 4 cm	170 x 280 cm

LUB

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 160 cm
1 serweta okulistyczna z otworem przyklepnym (folia operacyjna) i workiem na płyny, (otwór 10 x 12 cm)	150 x 150 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pierwszy opisany zestaw.

Pytanie 145**Pakiet 43, Poz. 6**

1. zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu klasyfikacji zestawów do laparoskopii w klasie IIa ze względu na fakt, iż zestawy zabiegowe będące wyrobami medycznymi nie podlegają klasyfikacji (tak jak ma to zastosowanie w przypadku pojedynczych komponentów będących wyrobami medycznymi), a wyłącznie komponenty wchodzące w skład zestawu. Zestawy zabiegowe nie posiadają dodatkowego oznakowania CE, natomiast widnieje na nich zarejestrowana nazwa handlowa oraz spis komponentów.

Zgodnie z Rozporządzeniem MDR, Rozdział I, art. 2, pkt. 10- „zestaw zabiegowy” oznacza połączenie produktów pakowanych razem i wprowadzanych do obrotu w celu wykorzystania do konkretnego zastosowania medycznego.

Dodatkowo, zgodnie z art. 22, ust. 1:

„Osoby fizyczne lub prawne sporządzają oświadczenie, w przypadku gdy zestawiają wyroby noszące oznakowanie CE z wymienionymi niżej innymi wyrobami lub produktami, w sposób, który jest zgodny z przewidzianym zastosowaniem tych wyrobów lub innych produktów oraz w granicach użycia określonych przez producentów tych wyrobów lub produktów – w celu wprowadzenia ich do obrotu jako systemu lub zestawu zabiegowego:

- a) inne wyroby noszące oznakowanie CE;
- b) wyroby medyczne do diagnostyki in vitro noszące oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/746;
- c) inne produkty pozostające w zgodności z mającym do nich zastosowanie prawodawstwem jedynie wtedy, gdy są one stosowane podczas zabiegu medycznego lub ich obecność w systemie lub zestawie zabiegowym jest uzasadniona z innego względu.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 146**Pakiet 43, Poz. 9**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej w rozmiarze 75 x 90 cm dwuczęściowej z owalnym otworem (min. 25 cm) z możliwością dostosowania średnicy otworu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 147**Dotyczy umowy**

§ 3, ust. 9- wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku lub wady towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego”

Zgodnie z § 7 Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie towaru w wyznaczonym terminie. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 148**Dotyczy umowy**

§ 7 ust. 1-3 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §7 ust. 1 do kwoty 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia
- §7 ust. 2 do kwoty 0,5% wartości reklamowanej części zamówienia
- §7 ust. 3 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 149**Pakiet 11, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści komplety wykonane z włókniny o gramaturze min. 40 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 150**Pakiet 14, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek typu берет wykonany z włókniny o gramaturze min. 14 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 151**Pakiet 14, Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka wiązany na troki z tyłu zamiast gumki? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 152**Pakiet 14, Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka w 3 kolorach: zielony, niebieski i różowy? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 153**Pakiet 15, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: Spunlance 45 g/m², denko: Polipropylen 25 g/m², wkładka chłonna pot: Spunlance 38 g/m², tylna część wydłużona dla dokładnego zabezpieczenia głowy i szyi, dodatkowo ściągnięta delikatną, nieuciskającą gumką oddychającą, niebieski, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 142**Pakiet 16, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka, otok: Spunlance 45 g/m², denko: Polipropylen 25 g/m², wkładka chłonna pot: Spunlance 38 g/m², oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143**Pakiet 18, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z włókniny, warstwa środkowa to filtr meltblow? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 144**Pakiet 22, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podkłady w rolce bibułowo - foliowe w rozmiarze szer. 50 cm, perf. 38cm, dł. 50mb z przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych rolek w górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 145**Pakiet 22, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podkłady w rolce bibułowo - foliowe w rozmiarze szer. 50 cm, perf. 50cm, dł. 50mb z przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych rolek w górę? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 146**Pakiet 22, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podkłady w rolce bibułowo - foliowe o szer. 50 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 147**Pakiet 22, Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści podkłady w rolce bibułowo - foliowe o szer. 50 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 148**Pakiet 23, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści śliniaki jednorazowego użytku, z kieszonką, celulozowo-foliowe, wiązane, 37x70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 149**Pakiet 29, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny z zakładkami, w rozmiarze 70 cm x 180 cm, warstwa chłonna 60 cm x 80 cm, z pulpą celulozową i superabsorbentem (SAP), Pulpą celulozową 75 g/m², bibułka 17 g/m², włóknina nonwoven 15 g/m² (na całej powierzchni), warstwa folii PE 21 g/m² (polietylen) mikroteksturowana, SAP 4g, chłonność 1750 ml, waga 140g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 150**Pakiet 33, Poz. 1**

W związku z pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu medycznego.

Pytanie 151**Pakiet 34, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku: warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 30 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna: wypełnienie Molton 60g/m² białe, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe, niepalne, rozmiar 110 cm x 220 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 152**Pakiet 34, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku: warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 30 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna: wypełnienie Molton 60g/m² białe, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe, niepalne, rozmiar 110 cm x 220 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 153**Pakiet 17, Poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji ochraniaczy wykonanych z włókniny o gramaturze 30 µg/g.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 154**Pakiet 33, Poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego, jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu medycznego

Pytanie 155**Pakiet 11, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia ubranie ochronne o gramaturze 40b/m² materiał SMS bez strzępiń składający się z bluzy z krótkim rękawem i spodni długich, rozmiary S-XXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 156**Pakiet 14, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia czepek typu beret z włókniny polipropylenowej z gumką, czepek 24c, gramatura 12g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 157**Pakiet 14, Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja 2) czepek operacyjny typu furażerka w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 158**Pakiet 17, Poz. 1**

Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 17, pozycja 1) ochraniacze foliowe na obuwiu, wykonane z folii PE o gramaturze 1,8g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 159**Pakiet 18, Poz. 1**

Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia maskę medyczną, wykonana z trzech warstw włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g, w tym wewnętrznej filtracyjnej, typu II z wkładką modelującą na nos i z zakładkami w części centralnej umożliwiającej dopasowanie do kształtu twarzy, wyrób medyczny klasa I ; oznakowany CE ; zgodne z normą EN 14683?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 160**Pakiet 19, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 19, pozycja 1) maskę medyczną, trójwarstwowa wiązana na torki, z włókniny polipropylenowej, maska 3 warstwowa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 161**Pakiet 21, Poz. 1 - 2**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia podkłady higieniczne wykonane z materiału oddychającego, wkład chłonny pikowany z dodatkiem superabsorbentu SAP, podfoliowany, nieprzemakalna część spodnia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 162**Pakiet 34, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia koc ratunkowy izotermiczny o wym. 160x110, dwustronna złota i srebrna, wykonana z folii polietylenowej, konstrukcja pozwala na zachowanie 90% ciepła ciała, pomaga w zapobieganiu wstrząsom po wypadku?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 163**Pakiet 35, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 35, pozycja 1) podkład chłonny o rozm. 60x90, o chłonności 1600ml, - wykonany z materiału oddychającego, wkład chłonny pikowany z dodatkiem superabsorbentu SAP, podfoliowany, nieprzemakalna część spodnia, jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 165**Pakiet 8**

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę o wymiarach 33 cm x 110 cm wykonaną z laminatu o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 166**Pakiet 11**

Czy Zamawiający dopuści komplety o gramaturze 35 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 167**Pakiet 26, Poz.2, 3, 8**

Prosimy o dopuszczenie zestawów w którym serweta o wymiarach 150 cm x 260 cm ma wycięcie „U” min. 20cm x 60cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 168**Pakiet 26, Poz.1**

Prosimy o dopuszczenie miski w kształcie nerki w kolorze niebieskim. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 169**Pakiet 27, Poz.2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo o gramaturze materiału w obszarze wzmocnionym 75 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 170**Pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na przewód kamery w rozmiarze 15 cm x 250 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 171**Pakiet 11**

Czy w związku z tym, że ocena jakości nie jest kryterium oceny ofert, czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć ilość próbek do 1 szt. do każdego rozmiaru?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 172**Pakiet 33**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wizytacyjny, niejałowy, wykonany z włókniny niepylącej, gramatura 17 g/m², łatwy do zakładania, z długimi rękawami zakończonymi gumką, z trokami do wiązania w pasie, bez troków przy szyi, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 173**Pakiet 33**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wizytacyjny, niejałowy, wykonany z włókniny niepylącej, gramatura 20g/m², łatwy do zakładania, z długimi rękawami zakończonymi ściągaczem poliestrowym, z lamówką przy szyi, która jest jednocześnie wiązaniem oraz paskiem przymocowanym do tej lamówki, służącym do wiązania fartucha w pasie po jego oderwaniu od fartucha, w trzech rozmiarach: L, XL i XXL do wyboru przy zamówieniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 174**Pytania dot. Umowy 4, ust. 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego terminu ważności dostarczanych produktów leczniczych z 12 do 6 miesięcy? Biorąc pod uwagę fakt, że dostawy realizowane są na bieżąco, w bardzo krótkich terminach i Szpital nie buduje sobie zapasów, 6 miesięczny termin ważności wydaje się być wystarczający.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 175**Pytania dot. Umowy 4, ust. 1**

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 5, ust. 4, pkt. a) umowy poprzez przyjęcie, że waloryzacja wynagrodzenia będzie dopuszczalna gdy wskaźnik inflacji przekroczy 5%, a nie 8%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 176**Pytania dot. Umowy 7, ust. 1 - 3**

Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować podane ustępy w następujący sposób:

„1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionego towaru w wysokości 2,5% wartości netto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu reklamowanego towaru w wysokości 2,5% wartości netto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

3. W razie rozwiązania umowy z przyczyn określonych w §8 ust. 2, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości netto określonej w § 2 ust. 1 pkt 1.1.”

Proponowane przez Zamawiającego kary umowne wydają się wysokie w stosunku do standardowych kar w danych przypadkach.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 177**Pytania dot. Umowy 7, ust. 7**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary wymienionej w § 7, ust. 7 do 200 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do każdej deklaracji i certyfikatu? Kara 500 zł proponowana przez Zamawiającego wydaje się rażąco wysoka.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 178

Pytania dot. Umowy 8, ust. 2

Czy Zamawiający zgadza się aby w §8, ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Z-ca Kierownika
Sekcji Zamówień Publicznych
Lieras
mgr Marta Kieras