

Olsztyn, dnia 21.06.2019 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
tel: (89) 539-82-17
adres e-mail: administracja@poliklinika.net

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu technicznego Respiratora iVent Sn HCIF1121S69 (ID 233793)

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie jednego z wykonawców.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakres prac wchodzi m.in. Test podzespołów z wykorzystaniem oprogramowania serwisowego.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który wykona podczas przeglądu urządzeń testu podzespołów z wykorzystaniem aparatury pomiarowej bez wykorzystania oprogramowania serwisowego producenta. Dostęp do oprogramowania serwisowego ma wyłącznie autoryzowany przedstawiciel producenta urządzeń.

W trakcie oferowanej przez Spółkę procedury przeglądowej zostaną przeprowadzone wszystkie testy, przewidziane przez producenta sprzętu. Testy zostaną przeprowadzone za pomocą aparatury pomiarowej, która umożliwi także test oprogramowania urządzeń. Aparatura ta posiada ważne certyfikaty walidacyjne oraz jest zgodna z wymogami producenta danej aparatury medycznej. Wykonany według powyższej procedury serwis urządzenia nie różni się w żaden sposób od serwisu wykonanego z wykorzystaniem oprogramowania serwisowego producenta. W chwili obecnej wymóg udziału w postępowaniu jest w stanie spełnić tylko i wyłącznie autoryzowany serwis producenta.

Jednocześnie informujemy, że Spółka posiada wdrożony i certyfikowany system norm w zakresie sprzedaży, instalacji i serwisu urządzeń medycznych (nr norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012). Posiadamy personel, z wieloletnim doświadczeniem praktyczne oraz specjalistyczne wykształcenie i przeszkolenie, jak również bezpośredni dostęp do materiałów oraz części zamiennych pochodzących bezpośrednio od producenta, co daje tę samą gwarancję wykonania zamówienia w sposób należyty, co autoryzowany przedstawiciel producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do postępowania Wykonawcę, który wykona podczas przeglądu urządzeń testu podzespołów z wykorzystaniem aparatury pomiarowej bez wykorzystania oprogramowania serwisowego producenta.

STARSZY INSPEKTOR
Sekcji Eksploatacji i Inwestycji


Iwona Bukowska