



WSSz -NZP – ..... / 24

Łódź, dnia 13. 03. 2024 r.

**Uczestnicy postępowania  
przetargowego**

**dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę systemu próżniowego do pobierania krwi, sprawa  
ZP 8/24**

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 1605 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Dotyczy zał. nr 2 do SWZ cz. Akcesoria poz. 4 Uchwyty. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakowania uchwytów w opakowaniach zbiorczych handlowych 1000 szt. – w opakowaniu 1000 szt. znajdują się 4 torebki po 250szt uchwytów.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Dotyczy zał. nr 2 do SWZ cz. Akcesoria poz. 11. Prosimy o dodanie pozycji 3 dzierżawa skanera do żył.

**Wyjaśnienia: Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ formularz cenowy w załączeniu.**

3. Dotyczy pkt. 13 parametrów granicznych aparatu do OB.: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu ISO 9001 w zamian za ISO 13485.

Uzasadnienie: ISO 13485 jest Systemem Zarządzania Jakością, dedykowanym dla Wyrobów Medycznych i opracowanym w trosce o zapewnienie najwyższej jakości wyrobów oraz ich bezpieczeństwa dla pacjentów, czy klientów. ISO 13485 zostało opracowane w zgodzie z ISO 9001 oraz tak, by mogło zostać niezależnie zaimplementowane do organizacji zajmującej się produkcją, dystrybucją i badaniami nad wyrobami medycznymi. ISO 13485 zawiera specyficzne dla międzynarodowego rynku medycznego regulacje, których nie ma w ISO 9001, przez co wydaje się bardziej odpowiedni dla potrzeb Zamawiającego. Dodać należy, że w związku z autonomicznością systemu ISO 13485 zauważa się na rynku powszechne wyjście podmiotów medycznych z certyfikacji na podstawie ISO 9001.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

4. Dotyczy Rozdziału II SWZ cz.1 przedmiot zamówienia pkt. 5 (szkolenia) oraz §1 ust. 13 wzoru umowy: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu postawionego w punkcie 5 ze względu na brak precyzyjnych danych dotyczących wydarzeń, na które Zamawiający zamierza wysłać dwie osoby z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach umowy przetargowej. Zamawiający nie określił kosztów ani konkretnych wydarzeń, w których mają te osoby wziąć udział przez co nie jesteśmy w stanie oszacować kosztów na etapie przygotowywania oferty. Jeśli Zamawiający nie odstąpi od wymogu prosimy o podanie przybliżonych/ prognozowanych kosztów, które będziemy musieli ponieść, aby móc złożyć ofertę.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ. Przybliżone koszty szkoleń to ok. 5.000 zł na osobę.**

5. Dotyczy Rozdziału II SWZ cz.1 przedmiot zamówienia pkt. 5 (szkolenia) oraz §1 ust. 13 wzoru umowy: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu postawionego w punkcie 5 ze względu na brak precyzyjnych danych dotyczących wydarzeń, na które Zamawiający zamierza wysłać dwie osoby z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach umowy przetargowej. Zamawiający nie określił kosztów ani konkretnych wydarzeń w których mają te osoby wziąć udział przez co nie jesteśmy w stanie określić kosztów na

etapie przygotowywania oferty. W zamian pragniemy zaproponować Zamawiającemu 2 dodatkowe szkolenia z zakresu związanego z przedmiotem zamówienia dla wyznaczonego personelu szpitala przeprowadzone w placówce Zamawiającego

**Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. Rozdziału II SWZ cz. 1 przedmiot zamówienia pkt 6. ppkt 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do odczytu OB. używanego, nie starszego niż z 2023 roku, zgodnie z zapisami zał. nr 3 do SWZ – Parametry graniczne.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

7. Rozdziału II SWZ cz. 1 przedmiot zamówienia pkt 6. ppkt 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wirówki używanej, nie starszej niż z 2017 roku, zgodnie z zapisami zał. nr 3 do SWZ – parametry graniczne.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

8. Rozdziału II SWZ cz. 1 przedmiot zamówienia pkt 6. ppkt 6) Prosimy Zamawiającego o możliwość złożenia oświadczenia Wykonawcy o podjęciu się obowiązku serwisowania zaoferowanych aparatów oraz zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania przez okres trwania umowy, pozwoli to Zamawiającemu na łatwiejszą komunikację tylko z jednym Wykonawcą.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**

9. Dotyczy Rozdziału II pkt. 11 SWZ oraz §3 ust. 1 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostaw częściowych do 3 dni roboczych.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę, patrz pkt II niniejszego pisma.**

10. Dotyczy Formularza cenowego: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na poprawienie omyłki pisarskiej w kolumnie g. Wartość netto powinna być liczona jako  $g=d \times f$ .

**Wyjaśnienia: Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ formularz cenowy w załączeniu.**

11. Dotyczy §5 ust. 1 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na reakcję do 72 godzin w dni robocze.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę, patrz pkt II niniejszego pisma.**

12. Dotyczy §5 ust. 2 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na naprawę do 5 dni roboczych.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę, patrz pkt II niniejszego pisma.**

13. Dotyczy §10 ust. 1 pkt. 3 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary od wartości netto danego zamówienia.

**Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody, ale modyfikuje treść SWZ, patrz pkt II niniejszego pisma.**

14. Dotyczy §10 ust. 1 pkt. 4 i 5 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary od niezrealizowanej wartości umowy netto.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

15. Dotyczy §10 ust. 1 pkt. 6, 7, 9 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary od wartości netto dzierżawy aparatu, którego kara dotyczy.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

16. Dotyczy §10 ust. 1 pkt. 8 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kary do 20 zł za każdy dzień zwłoki.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

17. Dotyczy §10 ust. 5 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar do 30% wartości umowy bez VAT.

**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**



18. Dotyczy zapisów SWZ: Ze względu na złożoność i pracochłonność przetargu, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert.

**Wyjaśnienia: Termin został wydłużony do dn. 18.03.2024r. pismem nr WSSz-NZP-119/24 z dn. 12.03.2024r.**

**II. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi na podst. art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm) modyfikuje treść SWZ w zakresie:**

- 1) załącznika nr 2 do SWZ Formularz cenowy: w pkt 11 formularza dodaje się pozycję 3 „Miesięczny czynsz dzierżawny za skaner do żył”
- 2) załącznika nr 7 do SWZ Projekt umowy.
  - a) **Ust. 1 w paragrafie 3 przyjmuje brzmienie**  
„1. Realizacja dostaw wg zamówień częściowych składanych telefonicznie lub faxem przez przedstawiciela Apteki, następować będzie przez okres 36 miesięcy. Realizacja częściowych zamówień w ciągu max **3 dni roboczych** od daty ich złożenia.”
  - b) **Ust. 1 w paragrafie 5 przyjmuje brzmienie:**  
„1. Na czas trwania umowy sprzęt, o którym mowa w § 4 objęty jest gwarancją i wszelkie naprawy umożliwiające jego prawidłowe użytkowanie, a nie wynikające z winy Zamawiającego świadczone będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy. Reakcja serwisu musi nastąpić w terminie max **72 godzin** od zgłoszenia awarii
  - c) **Ust. 2 w paragrafie 5 przyjmuje brzmienie:**  
„2. Awaria winna być usunięta w terminie nie przekraczającym **5 dni roboczych.**”
  - d) **Pkt 3) w ust. 1 paragrafu 10 przyjmuje brzmienie:**  
„3) 0,5% wartości umowy netto, w przypadku odmowy przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę, wstrzymania dostawy towaru lub dokonania nieuzgodnionej podmiiany asortymentu zamówionego towaru (...)”
  - e) **Ust. 5 w paragrafie 10 przyjmuje brzmienie:**  
„5. łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć **30%** wartości umowy bez VAT.”

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ formularz cenowy
- Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ projekt umowy

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora  
**KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  
*mgr Paweł Lipiński*