

Zgierz, dnia 19 lipca 2021 r.

Nr referencyjny: PN/XVI/2021

Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn. „Sukcesywne dostawy implantów i instrumentarium do leczenia operacyjnego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, znak sprawy: PN/XVI/2021

Na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 1: dotyczy zadania 21: Klatki międzytrzonowe z PEEK z powłoką tytanową typu TLIF 01. Implant międzytrzonowy typu TLIF.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klatek ze zintegrowanym zawiasem umożliwiającym precyzyjne umiejscowienie implantu w przestrzeni międzykręgowej, wykonanych z PEEK oraz z tytanu (do wyboru) zamiast klatki wykonanej z PEEK z powłoką tytanową? Pozostałe parametry techniczne bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie klatek ze zintegrowanym zawiasem umożliwiającym precyzyjne umiejscowienie implantu w przestrzeni międzykręgowej, wykonanych z PEEK oraz z tytanu (do wyboru) zamiast klatki wykonanej z PEEK z powłoką tytanową.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Agnieszka Jóźwik
podpis na oryginale

Otrzymują:

a/a PN/XVI/2021

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz