

Kraków, 29.04.2022

DZ.271.18.349.2022
Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 22 61
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: DZ.271.18.2021 – Dostawa i instalacja: tomografu komputerowego, dwóch myjni do narzędzi oraz komory dezynfekcyjnej do wyposażenia łóżek pacjentów.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytanie,

Dot. Zadanie nr 1 – tomograf komputerowy


Dot. Załącznik nr 3 do SWZ – OPZ, Pkt 23

Zamawiający w pkt. 23 załącznika nr 3 do SWZ wymaga odległości: ognisko lampy rtg - detektor, max. 100 [cm]

Czy Zamawiający dopuści tomograf posiadający odległość : ognisko lampy rtg – detektor 104 cm? Wartość ta jest pochodną szerszego niż standardowy otworu gątry i wynika z dopracowania konstrukcji. Zmiana parametru nie pogorszy w żaden sposób funkcjonalności dla Zamawiającego. Zmiana parametru zwiększy krąg Wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a tym samym przełoży się na korzystniejszą cenę jaką Zamawiający uzyska w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania.

Odp.: NIE, Zamawiający pozostawia zapisy w pkt 23 w pakiecie nr I w załączniku nr 3 do SWZ bez zmian.

Z poważaniem


mgr Lucyna Stanuch
Dyrektor ds. Finansowych i Administracji