

Zadanie nr 7



Zadanie nr 8



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

L. dz. DZP-291-916-222/2021

Kraków, dnia 15.04.2021 r.

Do Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**”, nr zamówienia DZP-291-916/2021.

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuje poniżej treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

Zadanie nr 7 – Mieszadło magnetyczne z grzaniem

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści mieszadło wyposażone w wyświetlacz LED pokazujący parametry temperatury, bez parametrów prędkości obrotowej?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza mieszadła wyposażonego w wyświetlacz LED pokazujący parametry temperatury, bez parametrów prędkości obrotowej.

**Dyrektor ds. technicznych
/-/ mgr inż. Artur Szymacha**

.....
(podpis)

Zadanie nr 7:

Program pn.: „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Zadanie nr 8:

Operacja „AndroBus” – *Opracowanie i zastosowanie innowacyjnego prototypu mobilnego laboratorium andrologicznego w celu utworzenia banku nasienia ogierów rasy huculskiej i małopolskiej* realizowana w ramach działania WSPÓŁPRACA objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020