


<p>DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH UNIwersYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +48 12-663-39-03 e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl ; www.przetargi.uj.edu.pl</p>	
---	---

Kraków, dnia 22 kwietnia 2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), którego przedmiotem jest Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, numer postępowania 80.272.96.2024.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść modyfikacji, pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Dotyczy opisu wg załącznika A Opisu Technicznego do SIWZ

Pytanie 1

- prosimy o informację czy szafki metalowe podwieszane oraz mobilne powinny tj. korpusy z pojedynczej blachy stalowej o grubości min. 0,8 mm malowane farbami chemooodpornymi wykonane a fronty drzwiczek i szuflad wykonane w podwójnej blachy wypełnione wewnątrz materiałem wygłuszającym oraz przewodnicami rolkowymi .

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wymaga aby szafki metalowe były wykonane z blachy o grubości min 0,8 mm malowane farbami chemooodpornymi w tym fronty szafek drzwiczek i szuflad wykonane z podwójnej blachy których wnętrze musi być wypełnione wewnątrz materiałem wygłuszającym a szafki malowane farbami chemooodpornymi natomiast szuflady szafek muszą być osadzone na przewodnicach rolkowych . Wygląd szafek zgodny z szafkami, które zostały pokazane na wizji lokalnej potencjalnym wykonawcom.

Pytanie nr 2:

Dotyczy opisu wg załącznika A Opisu Technicznego do SIWZ

Prosimy o informację czy nadstawki metalowe posiadające gniazda elektryczne IP 44powinny posiadać badanie wydane przez akredytowane laboratorium badawcze w zakresie normy PN EN 61010 „Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych”

Odpowiedź nr 2:

Z uwagi na bezpieczeństwo osób pracujących przy stołach posiadających laboratoryjnych wyposażone w nadstawki instalacyjne które posiadają gniazda elektryczne w klasie IP 44 nadstawki muszą posiadać badanie w zakresie przytoczonej normy PN-EN 61010 – 1 - Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych, lub równoważnej.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ i jej modyfikacja stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie.

Nowy termin składania ofert to: 30 kwietnia 2024 r. do godziny 10:00

Nowy termin otwarcia ofert to: 30 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:10

Nowy termin związania ofertą to: 29 maja 2024 r. (włącznie).

Z poważaniem,

Mateusz Zieliński