

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZEŃ – 10

Kozetka lekarska	
Rok produkcji: 2021	
Lp.	OPIS
1.	Rama nośna stalowa.
2.	Rama lakierowana proszkowo na kolor biały.
3.	Leże dwusegmentowe.
4.	Leże tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia i przebarwienia oraz na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach służby zdrowia.
WYPOSAŻENIE:	
5.	uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku.
WYMIARY:	
6.	- długość min. 1850 mm (+/- 20 mm).
7.	- szerokość min. 560 mm (+/- 20 mm).
8.	- wysokość min. 500 mm (+/- 20 mm).
9.	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.
10.	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
11.	W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.