

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZEŃ – 14

Lampa zabiegowa sufitowa	
Rok produkcji: 2021	
Lp.	OPIS
1.	Lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu ze źródłem światła LED
2.	Diody LED w kolorze białym
3.	Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy
4.	Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 100 [klux]
5.	Lampa wyposażona w 18 (+/-1) źródeł światła LED
6.	Żywotność żarówki min. 50 000 godzin
7.	Regulacja natężenia światła bezstopniowa w zakresie min. 45-100%
8.	Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy panelu umieszczonego przy czaszy.
9.	Temperatura barwowa dla lampy co najmniej 4500 [K]
10.	Współczynnik oddawania barw R9 co najmniej 96
11.	Współczynnik oddawania barw CRI co najmniej 96
12.	Zużycie energii max. 30 W.
13.	Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 170 mm, (+/- 10 mm)
14.	W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu.
15.	Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby.
16.	Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiegokolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.
17.	W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.