

Zgierz, dn. 07.09.2021 r.

Nr referencyjny: PN/XIX/2021

Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn. „Sukcesywne dostawy akcesoriów wielorazowych i jednorazowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu”

Na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 1

Pakiet 19

Czy zamawiający dopuści komplet pościeli o gramaturze 20gr, w kolorze zielonym ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 2

Zadanie nr 5

Lp.1 - Prosimy o dopuszczenie rozwieracza o szer. części roboczej 6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 3

Zadanie nr 5

Lp.3 - Prosimy o dopuszczenie retraktora o dł. 130 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaofertowany asortyment.

Pytanie 4

Zadanie nr 16

Lp.3 i 4 Prosimy o wydzielenie niniejszych pozycji i ustanowienie dla nich odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 5

Prosimy o zmianę kryterium za termin dostawy dla Pakietów 5 i 16 na następujące:

7 tygodni - 20 pkt

8 tygodni - 10 pkt.

9 tygodni - 6 pkt.

10 tygodni - 5 pkt.

11 tygodni – 4 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 6

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenieniem się koronawirusa COVID 19 oraz wejściem w życie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych w całej Unii Europejskiej.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 7

Prosimy także o zmianę kryterium „termin wykonania obowiązku reklamacyjnego” na następujący:

5 dni roboczych – 20 pkt.

6 dni roboczych - 13 pkt.

7 dni roboczych - 10 pkt.

8 dni roboczych - 8 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 8**Pakiet 17 pkt 1**

Czy zamawiający dopuści czyścik o wymiarach 43x43x6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie 9**Pakiet 17 pkt 3**

Czy zamawiający dopuści długość rękojeści 160 mm , reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie 10**Zadanie 14**

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 11**Zadanie 14**

Czy zamawiający dopuści wzmocnioną serwetę 114 x 150 cm zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie 12**Zadanie 14**

Czy zamawiający dopuści serwetę z włókniny Spunlace?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie 13**Zadanie 14**

Czy zamawiający dopuści nerkę plastikową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie 14**Zadanie 14**

Czy zamawiający dopuści nożyczki do cięcia krocza typu Braun-stadler metalowe dł. 14,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 15**Zadanie 14**

Czy zamawiający dopuści nożyczki zagięte do pępowiny 12 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 16**Zadanie 14**

Czy zamawiający dopuści pean prosty metalowy dł. 18 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 17**Zadanie 14**

Czy zamawiający dopuści zestaw owinięty w serwetę włókninową zamiast papier krepowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie 18**Zadanie 19**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.

Pytanie 19

Czy w Zadaniu nr 3 poz. nr 3 Zamawiający wymaga zaoferowania wielorazowej klipsownicy laparoskopowej, rozmiar L, rotacja trzonu 360°, dł. robocza 33 cm, średnica trzonu 10 mm. Szczęki aktywowane przednią rękojeścią?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 20

Czy w Zadaniu nr 3 poz. nr 4 Zamawiający wymaga zaoferowania wielorazowej klipsownicy laparoskopowej, rozmiar ML, rotacja trzonu 360°, dł. robocza 33 cm, średnica trzonu 5 mm. Szczęki aktywowane przednią rękojeścią?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 21

Czy w Zadaniu nr 3 poz. nr 8 Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów w rozmiarze ML kompatybilnych z klipsownicą z poz. nr 2, spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 22**Zadanie nr 16, poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, raspator dł. 190 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej oferowany asortyment.

Pytanie 23**Zadanie 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic wielorazowych, dwuczęściowych, z kanałem do płukania i dodatkową zatyczką silikonową. Długość robocza szafu ze szczękami 33cm, średnica trzonu 10mm lub 5mm (do wyboru przez zamawiającego), szczęki aktywowane przednią rękojeścią, szczęki proste lub zagięte 20° (do wyboru przez zamawiającego). Klipsownice kodowane kolorami stosownie do magazynków i rozmiarów klipsów.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 24**Zadanie 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów polimerowych kompatybilnych z oferowanymi w pakiecie klipsownicami, niewchłaniających, obojętnych biologicznie. Klipsy łukowato wygięte, o podwyższonej stabilności poprzecznej na naczyniu (zaopatrzone w wewnętrzne ząbki oraz wytłoczenia dodatkowo stabilizujące klips. Brak konieczności oddzielnego zamawiania klipsów o podwyższonej stabilności. Samonaprowadzający zamek klipsa penetrujący tkanki, eliminujący efekt nożycowania, uniemożliwia samoistne otwarcie klipsa. Budowa magazynków eliminująca ich ewentualne rozmontowywanie w trakcie użycia. Magazynki wyposażone w taśmę przylepną umożliwiającą ich przymocowanie do rękawa lub innej powierzchni. Magazynki zaopatrzone w metryczki do wklejenia do protokołu zabiegu z rozmiarem, numerem katalogowym, numerem serii, datą produkcji, datą ważności, danymi wytwórcy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 25

Zadanie 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z nerką plastikową w miejsce tekturowej i z kompresami gazowymi 17N 8W 7,5cmx7,5cm w miejsce kompresów gazowych 17N 8W 7,7cmx7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej oferowany asortyment.

Pytanie 26

Zadanie 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującej charakterystyce?

- Serweta główna, dwuwarstwowa, rozmiar 320x240cm z dwoma otworami 10x15cm z elementem elastycznym – 1 szt;
- Serweta włókninowa 35 g/m² w rozmiarze 150x80cm – 2 szt;
- Serweta na stół instrumentarium 190x150cm – 1 szt;
- Serweta na stolik Mayo 145x80cm – 1 szt;
- pokrowiec na kończynę 120x37cm – 2szt;
- taśma medyczna 9x50cm – 6szt.

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m², zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 27

Zadanie 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli o gramaturze 35 g/m² o składzie:

- poszwa – 200x150cm,
- powłoczka – 90x75cm,
- prześcieradło – 210x150cm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 28

Zadanie 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli o gramaturze 20 g/m² o składzie:

- poszwa – 200x160cm,
- powłoczka – 80x70cm,
- prześcieradło – 210x160cm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 29

Pytania dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 30

Pytania dot. projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o określenie terminu płatności jakiego Zamawiający wymaga we wzorze umowy.

Odpowiedź: Termin płatności za zrealizowane Dostawy wynosi 60 dni, licząc od dnia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

Pytanie 31

Pytania dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 5 ust. 1 pkt 3 ze wzoru umowy? Według prawa zakupu zastępczego we wzorze umowy, Wykonawca będzie pokrywał różnicę kosztów takiego zakupu. Naliczanie dodatkowej umownej będzie bezzasadnym wzbogaceniem się, a Wykonawca zostanie podwójnie ukarany.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 5 ust. 1 pkt 3 ze wzoru umowy.

Pytanie 32

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 15 serwety głównej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 49g/m², odporności na przenikanie cieczy min. 263cm H₂O, wzmocnionego chłonnym laminatem dwuwarstwowym o gramaturze min 55g/m², łączna gramatura w części krytycznej min. 104g/m² i odporności na przenikanie cieczy min. 991cm H₂O zamiast laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 60g/m² i odporności na przenikanie płynów min. 150cm H₂O.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 33

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 15 serwety głównej o wym **300x390 cm zamiast 300x340cm**. Pozostałe parametrów zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 34

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 15 serwetę do nakrycia stolika Mayo złożonego w sposób który umożliwia szybką i wygodną aplikację.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaoferowany asortyment.

Pytanie 35

Zadanie nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezostrzowego, optycznego trokara 12 mm z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach przy pomocy żebrowanej kaniuli z zaworem umożliwiającym wykonanie insuflacji i desuflacji?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 19 kompletu pościeli z poszwą o wymiarze 150x210cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 19 kompletu pościeli z prześcieradłem o wymiarze 160x210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaoferowany asortyment.

Pytanie 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 19 kompletu pościeli z włókniny w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej oferowany asortyment.

Pytanie 39

ZADANIE NR 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze min. 55 g/m² i następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 120 x 95 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta pod pośladki 100 x 120 cm z jednym workiem do zbiórki płynów

20 x kompres włókninowy 10 x 10 cm, 4 warstwy, 40 g/m²

1 x Nożyczki chirurgiczne proste tępo/tępe 14,5 cm
1 x Kleszczyki chirurgiczne typu Kocher proste 14 cm
2 x zacisk do pępownicy 53 mm
1 x serweta włókninowa dla noworodka 87 x 90 cm
2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm
Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 40

ZADANIE NR 15

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego wykonanego z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze min. 55 g/m² z dodatkowymi padami chłonnymi z włókniny o łącznej gramaturze min. 110 g/m² i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 serweta do zabiegów w chirurgii biodra z padem chłonnym i z workami (typu all-in-one). Otwór przylepny 18 x 21 cm	335 x 280 cm
1 serweta nieprzylepna	150 x 200 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne	75 x 75 cm
1 osłona na kończynę	35 x 120 cm
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 41

ZAPISY SIWZ

PROJEKT UMOWY

3. § 5, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §5 ust. 1, pkt 2 do kwoty 0,2% wartości reklamowanego towaru
- §5 ust. 1, pkt 3 do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej części towaru,

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie 42

Pakiet 19

Czy Zamawiający dopuści Komplet bielizny pościelowej o składzie: poszwa 160x210 cm(+/- 2 cm., poszewka 70x80 cm(+/-2 cm), prześcieradło 160x210 cm (+/-2 cm)?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komplet bielizny o składzie jw.

Pytanie 43

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści

Zestaw do operacji biodra z tuniką



- Sterylny, jednorazowego użytku
- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- Osłona Mayo ze wzmocnieniem
- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- Gramatura 62 g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta 75 x 90cm;
- 1 serweta 150 x 200cm;
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;
- 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 120cm;
- 2 OP Taśmy 10 x 50cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 120cm;
- 1 serweta 200 x 300cm z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma lepna wokół wycięcia .


Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 44

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści

Zestaw do operacji biodra z tuniką



- Sterylny, jednorazowego użytku
- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- Osłona Mayo ze wzmocnieniem
- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- Gramatura 62 g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta 75 x 90cm
- 1 serweta 150 x 200cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)
- 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 120cm
- 2 OP Taśmy 10 x 50cm
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 120cm,
- 1 serweta 200 x 300cm z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma lepna wokół wycięcia

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 45

Pakiet 15

Czy zamawiający oczekuje zestawu z 4 etykietami do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

Pytanie 46

Pakiet 15

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

Pytanie 47

Pakiet 15

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie serwety o poniższym opisie:

Sterylny zestaw do operacji biodra z torbami . Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE z mikroteksturą ze wzmocnieniem

1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z folii PE cm ze wzmocnieniem

1x serweta z włókniny typu SMS 135x195 +/-3 cm

1x osłona na kończynę antypoślizgowa, dwuwarstwowa, elastyczna "pończocha" 30 x122 cm,

4x ręcznik chłonny 35x35 cm +/-1 cm z mikrościecią zabezpieczającą przed rozerwaniem

2x taśma lepna 10x50 cm

1x serweta 155x215+/-3cm cm z niebieskiej folii PE, z przylepnym wycięciem U 20x75 cm

1x serweta do zabiegów na biodrze w kształcie litery T 221x285x352cm +/- 3 cm ze zintegrowanymi dwoma torbami na płyny 81x142 cm, z elastycznym otworem w kształcie gruszki 16x20 cm, wyposażona w 6 uchwytów na przewody typu rzep wykonana z dobrze układającej się „oddychającej” wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze max. 43 g/m², z obszernym wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 55x140cm +/- 2 cm o łącznej gramaturze min.115 g/m² i odporności na penetracje płynów min. 200 cmH₂O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa). I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Opakowanie zbiorcze 6 szt.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Agnieszka Jóźwik
podpis na oryginale

Otrzymują:

a/a PN/XIX/2021

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz