

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

**sekretariat** 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

**NIP:** 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

---

Myślenice, dnia 12.10.2021r.

**Do wszystkich  
Wykonawców**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z póź. zm.), którego przedmiotem jest dostawa endoprotez, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ - opisem szczegółowym. Nr sprawy 34/PN/21

**(1) Pytanie wykonawcy pierwszego :**

1. Czy Zamawiający w **Części 2 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania: Trzpień - PRZYNASADOWY bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki  $\alpha=130^\circ$ , stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający w **Części 2 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania: Panewka - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający w **Części 2 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania: Głowa ceramiczna - Biolox delta, o średnicy 28 mm dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz o średnicy 32 i 36 mm dostępna w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający w **Części 2 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania: Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza  $15^\circ$  ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

(2) **Pytania Wykonawcy drugiego:**

**Pytanie nr 1, dotyczy części nr 4**

Czy Zamawiający w Części 4 dopuści również system do szycia łąkówek metodą All-inside, składający się z dwóch miękkich implantów, wykonanych z poliestru, połączonych nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18 mm. Prowadnica metalowa prosta lub zakrzywiona zakończona igłą o śr. 1,6 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

(3) **Pytania Wykonawcy trzeciego:**

Czy w związku z niewielką ilością zamawianego asortymentu w pakiecie nr 2, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów i narzędzi w terminie 72h od złożenia zamówienia u dostawcy, bez konieczności tworzenie depozytu implantów i narzędzi u zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Podpis.....

---

Zamieszczono na stronie internetowej ( platforma zakupowa zamawiającego)

.....