



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ-8/ 155 /2020

Wrocław, dnia 03.04.2020 r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych*”

Pytanie nr 1 – dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zaakceptuje fakturę elektroniczną w formacie PDF zawierającą następujące elementy:

- identyfikator i dane sprzedawcy,
- identyfikator i dane nabywcy,
- numer faktury
- data i miejsce wystawienia faktury
- data sprzedaży,
- forma płatności, konto bankowe, swift, termin płatności
- pole z opisem numeru kontraktu, numeru zamówienia
- nazwa produktu,
- ilość
- data ważności
- numer seryjny (LOT)
- jednostka miary,
- cena netto,
- wartość netto,
- stawka VAT,
- PKWU
- kwota VAT
- dane wystawiającego fakturę
- numer dokumentu WZ do faktury

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga schematu formatu faktury zgodnego z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, aby móc uprościć/ zautomatyzować proces wprowadzania faktur do systemu.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 10 poz. 4

Pytanie do Pakietu 10 poz.4 : Długości: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over i prosta) i 100 cm. (cross i prosta) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości 45 oraz 90 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 10 poz. 4 introducerów 45 cm (fabrycznie zagięta – cross over i prosta) i 90 cm. (cross i prosta). Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3 – dotyczy wzoru umowy

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 1-3:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy lub uzupełnienia depozytu towaru określonego w pakiecie – w wysokości **0,5%** wartości brutto **niedostarczonego** towaru określonego w pakiecie za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru,**
- 2) z tytułu opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości **0,5%** wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii reklamowanego towaru,**
- 3) za opóźnienie w powierzeniu depozytu w wysokości **0,5%** wartości brutto pakietu, **którego dotyczy,** za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części umowy.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 52

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydzielenie poz. 1 z pakietu nr 52 i utworzenie odrębnego pakietu lub alternatywnie o możliwość składania ofert na poszczególne pozycje pakietu nr 52 osobno. Umożliwi to złożenie ofert większej liczbie wykonawców, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności cen.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielanie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 5 załącznika 1.5 do siwz koszulek wprowadzających o śr. 10-18F, dostępnych długościach: 30, 45, 70, 80 i 85cm, kompatybilnych z przewodnikiem 0.038". Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 14 załącznika 1.14 do siwz cząstek do embolizacji PVA dostępnych w 6 różnych średnicach: 90-180µm; 180-300µm; 300-500µm; 500-710µm; 710-1000µm; 1000-1400µm. Cząstki od 90 do 710 mikronów kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem o śr. 0.018"; od 710 do 1400 kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem o śr. 0,044" Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu 14 załącznik nr 1.14 do siwz spirali embolizacyjnych obwodowych wykonanych ze stopu Inconel, bezpiecznego do stosowania w środowisku MR oraz platyny; o różnych kombinacjach średnicai długości (helikalne: długość 2-20cm, śr. 2-20mm; stożkowe: śr. w części proksymalnej 3-10mm, w części dystalnej 2-5mm, dł. 2-14.2cm.). Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 4 pakietu 14 załącznika nr 1.14 do siwz spirali odczepianych mechanicznie wykonanych z miękkiej lub standardowej platyny, kształt coila: pojedynczy typu J lub spiralny. Dostępne średnice pojedynczych coili: 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20mm, długość 10, 15, 20, 25, 30, 50cm. Dostępne średnice spiralnych coili: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20mm, długość 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30, 50cm Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 23

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 23 załącznika nr 1.23 do siwz stentów aortalnych samorozprężalnych o dostępnych długościach w przedziale 30 do 100mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 30

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 30 załącznika nr 1.30 do siwz cewników diagnostycznych ze znacznikami (kalibrowanych) o dostępnych średnicach 4, 5F, wolframowe znaczniki (podziałka centymetrowa co 10mm) na dystalnej długości 22cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 31

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 31 załącznika nr 1.31 do siwz stentów samorozprężalnych uwalniających lek paklitaksel o dostępnych średnicach 5, 6, 7, 8 mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 32

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 32 załącznika nr 1.32 do siwz cewników diagnostycznych do badań naczyniowych o dostępnej średnicy tylko 5F, kompatybilnych z przewodnikiem 0.035" lub 0.038". Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 37

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 37 załącznika nr 1.37 do siwz przewodników naczyniowych ze stali nierdzewnej pokrytej teflonem ze stałym rdzeniem, o dostępnych śr. 0.018" 0.021" 0.025" 0.032" 0.035" 0.038" i długościach: 50, 80, 145, 180 i 260cm. Końcówka prosta i zagięta J o śr. Krzywizny 3 lub 15mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 56

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 56 załącznika nr 1.56 do siwz cewników balonowych wspomagających o dostępnej długości shaftu: 50, 80 i 135cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 57

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 57 załącznika nr 1.57 do siwz filtrów stałoczasowych p/zatorowych do żyły głównej dolnej o następujących parametrach: Filtry platynowe do żyły głównej dolnej z dostępu udowego i szyjnego: wprowadzany jest i umieszczany poprzez system współosiowej koszulki wprowadzającej o śr. 7F i dł. 65cm; Filtr o śr. 30mm i dł. 49mm; Filtr posiada 4 cieniodajne, platynowe markery. Posiadający haczyki do fikasacji. Możliwość implantacji filtra w naczyniu o średnicy do 30 mm Kompatybilny z przewodnikiem o średnicy 0,035". W zestawie uniwersalne poszerzadło NavAlign posiadające cieniodajne opaski wymiarujące oraz porty boczne do płukania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 – dotyczy pakietu nr 57

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 57 załącznika nr 1.57 systemu koaxialnego do usuwania filtra składającego się z koszulki prowadzącej 11F dł. 60cm oraz pętli do usuwania o śr. cewnika 6.3F, dł. 80cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 – dotyczy pakietu nr 59

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 59 załącznika nr 1.59 do siwz koszulek prowadzących zbrojonych dostępnych w zestawach z jednym lub dwoma poszerzadłami na przewodnik 0.018” 0.035” lub 0.038”. Dostępne długości: 40, 45, 55, 70, 80, 90 i 110cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 – dotyczy pakietu nr 60

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 60 załącznika nr 1.60 do siwz koszulek prowadzących zbrojonych (w tym między innymi do „crossowania” aorty o dostępnych średnicach w zakresie od 4 do 9F i długości 13, 30, 40, 45, 55, 70, 90cm. Dostępne zestawy z jednym lub dwoma poszerzadłami. Na przewodnik 0.018”, 0.035” lub 0.038”. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 – dotyczy pakietu nr 63

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 63 załącznika nr 1.63 do siwz przewodników obwodowych sztywnych o dostępnej średnicy 0.035” oraz dodatkowo 0.025” i 0.032” dla przewodników typu amplatz. Atraumatyczny, temperowany koniec rdzenia o różnej długości od 4.5 do 11 cm, elastyczna końcówka o długości od 1.5 do 7cm prosta lub JTip. Dodatkowo dostępne przewodniki posiadające nitinolowy rdzeń i platynową końcówkę, pokryte w całości płaszczem poliuretanowym z powłoką hydrofilną. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 20 – dotyczy pakietu nr 72

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 72 załącznika nr 1.72 do siwz cewnika wspierającego do trudnych przejść o dostępnej długości 90, 135, 150cm, z opłotem ze stali nierdzewnej, z 4 cieniodajnymi znacznikami rozmieszczonymi co 5cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 – dotyczy pakietu nr 93

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 93 załącznika nr 1.93 do siwz koszulek wprowadzających niezbrojonych o dużych rozmiarach o dostępnych długościach: 30cm dla śr. od 12 do 18F oraz 25cm dla śr. od 20 do 24F.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)