

Kamienna Góra, 19.01.2022 r.

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Nazwa postępowania: **Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **TZ-Z.26.1.2022**

- I. Działając na podstawie art.284 ust.2 i 6 oraz art.286 ust.1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz.1129 z późn.zm. – dalej ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

### **Pytanie nr 1:**

Część II przedmiot zamówienia B.16 (p.31 tabela) – czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na 48 godzin?

### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na czas reakcji serwisu wynoszący maksimum 48 godzin.

Skutkiem odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. W Części II SWZ (Przedmiot zamówienia) pkt B.16 przyjmuje następujące brzmienie:

*„16. Czas reakcji serwisu wynosi maksimum 48 godzin licząc od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia o awarii, usterce lub wadzie użytkowanego analizatora. Przez reakcję serwisu należy rozumieć fizyczne podjęcie czynności przez pracowników Wykonawcy mających na celu niezwłoczne usunięcie awarii/usterki/wady. Szczegółowe zasady dotyczące serwisu określa § 6 Projektu umowy (Część IV SWZ).”*

2. W Części II SWZ (Przedmiot zamówienia), tabela, pkt 31 oraz W Części III SWZ (Załącznik A do Formularza oferty), tabela, pkt 31 przyjmuje następujące brzmienie:

31.	Czas reakcji serwisu: 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii (nie dotyczy sobót i dni ustawowo wolnych o pracy)
-----	---

3. W Części IV SWZ (Projekt umowy) w § 6 ust.4 przyjmuje następujące brzmienie:

*„4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do reakcji serwisu w ciągu 48 godzin licząc od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia o awarii, usterce lub wadzie użytkowanego analizatora. Przez reakcję serwisu należy rozumieć fizyczne podjęcie czynności przez pracowników Wykonawcy mających na celu niezwłoczne usunięcie awarii/usterki/wady.”*

### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający Zgodzi się na zaoferowanie analizatora z datą produkcji 2014? Analizator jest w pełni sprawny i po pełnym przeglądzie technicznym.

### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora z datą produkcji 2014 rok.

Skutkiem odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. W Części II SWZ (Przedmiot zamówienia) pkt B.12 przyjmuje następujące brzmienie:

*„12. Oferowany analizator musi posiadać oznaczenie CE i być w pełni zgodny z obowiązującymi normami dotyczącymi tych urządzeń. Dopuszcza się analizator używany, sprawny – po udokumentowanym przeglądzie technicznym; rok produkcji analizatora – maksimum 2014 r. (nie starszy niż z 2014 roku).”*

2. W Części II SWZ (Przedmiot zamówienia), tabela, pkt 31 oraz W Części III SWZ (Załącznik A do Formularza oferty), tabela, pkt 31 przyjmuje następujące brzmienie:

1.	Analizator biochemiczny wolnostojący, z UPS, pracujący w oparciu o metodę mokrej chemii w trybie „pacjent po pacjencie”. Dopuszcza się analizator używany, sprawny - po udokumentowanym przeglądzie technicznym. Rok produkcji analizatora – maksimum 2014 r. (nie starszy niż z 2014 roku)
----	---

**Pytanie nr 3:**

Czy do podanej ilości oznaczeń należy doliczyć testy przeznaczone na wykonanie kontroli i kalibracji? Jeśli tak prosimy o podanie harmonogramu kontroli.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Tak, należy uwzględnić kontrolę 1 x dziennie jeden poziom naprzemiennie (2 poziomy).

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający oprócz białka w moczu będzie wykonywał inne badania w moczu? Jeśli tak, prosimy o podanie tych parametrów. Czy należy zaoferować materiał kontrolny do oceny poprawności badań wykonywanych w moczu? Jeśli tak prosimy o podanie częstotliwości wykonywania tej kontroli.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Nie.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich manualnych procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do tych procedur. Płyny te są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji tej elektrody.

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 7:**

Czy jeśli w Podręczniku Użytkownika oferowanego analizatora podano jedynie okres gwarancji, jakim objęta jest lampa fotometru, a zgodnie z opisem procedur konserwacyjnych jej wymiana jest zalecana, „co roku lub w razie potrzeby”, oferent może założyć jej wymianę kierując się najlepszą wiedzą i doświadczeniem producenta?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Tak.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „Oferowane odczynniki i analizator muszą stanowić spójny system analityczny i muszą pochodzić od tego samego producenta” jeśli dwa spośród 28 parametrów będą pochodziły od innego producenta? Odczynniki te posiadają aplikacje producenta odczynników umożliwiające ich użycie na oferowanym sprzęcie.

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający w sytuacji określonej w pytaniu, warunek: „Oferowane odczynniki i analizator muszą stanowić spójny system analityczny i muszą pochodzić od tego samego producenta” uzna za spełniony.

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o modyfikację zapisu „W przypadku trzeciej awarii urządzenia w ciągu jednego kwartału, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować nowe urządzenie” na „W przypadku trzeciej awarii tego samego

podzespołu/ zespołu części w urządzeniu w ciągu jednego kwartału, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować nowe urządzenie”.

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający pozostawia w tym zakresie postanowienia SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 10:**

§ 5 ust.7 Projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych zostały załączone do umowy a analizator będzie oznakowany na tabliczce znamionowej odpowiednio znakiem CE?

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 11:**

§ 6 ust.4 Projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na 48 godzin?

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 12:**

§ 17 Projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie ustępu 10. „Zamawiający wyraża zgodę na zmianę producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”?

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

W Części IV SWZ (Projekt umowy ) w § 17 dopisuje się ust.10 o następującym brzmieniu:

*„10. W przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta odczynników z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia umowy, dopuszcza się zmianę producenta z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w cenie określonej w ofercie”.*

- II. Zamawiający informuje, że na podstawie art.263 ust.3 ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

**Nowy termin składania ofert: 27.01.2022 r. godz.10:00**

**Nowy termin otwarcia ofert: 27.01.2022 r. godz.11:00**

Skutkiem powyższej zmiany, zmianie ulega brzmienie pkt 24.1. Części I SWZ, który przyjmuje następujące brzmienie:

*„24.1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 25.02.2022 r.”*

- III. Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Prezes Zarządu**

**Artur Mazur**