

Kraków, 15.03.2024

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 12/614-25-34  
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.21. 290. 2024

dotyczy: **DZ.271.21.2023 – Dostawa defibrylatorów, łóżek i szafek przyłóżkowych, mikroskopu oraz narzędzi chirurgicznych.**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

### **PAKIET I - Defibrylator dwufazowy - 6 sztuk**

#### **Pytanie 1.**

Czy Zamawiający w p.122 pod pojęciem ".....drobnych napraw korekcyjnych....." oczekuje możliwości samodzielnej wymiany baterii, wymianę uszkodzonych łyżek, zmiany zużytych akcesoriów pomiarowych, przeprowadzania testów sprawnościowych oraz możliwości przeprowadzania samodzielnie przeglądów?

**Odp.: TAK, Zamawiający pod pojęciem ".....drobnych napraw korekcyjnych....." oczekuje możliwości samodzielnej wymiany baterii, wymianę uszkodzonych łyżek, zmiany zużytych akcesoriów pomiarowych, przeprowadzania testów sprawnościowych oraz możliwości przeprowadzania samodzielnie przeglądów.**

#### **Pytanie 2.**

pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści defibrylator przeznaczony do terapii pacjentów w różnym wieku: - zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci – możliwość szybkiego przełączenia trybu pracy dorosły/dziecko wyposażony w dedykowany przycisk na ekranie dotykowym bez konieczności otwierania menu ustawień?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 3.**

pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w wymienione poziomy energii dwufazowej: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200, 300, 360 J?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 4.**

pkt.17. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w ustawianie poziomów energii przy pomocy dedykowanych dwóch przycisków +/- na płycie czołowej (przedniej) defibrylatora oraz dodatkowo z wyborem energii na łyżkach do defibrylacji zewnętrznej?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 5.**

pkt.19. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w możliwość zmiany wybranej energii na

mniejszą lub większą za pomocą dedykowanych dwóch przycisków +/- po naładowaniu defibrylatora, a przed defibrylacją? Z brakiem konieczności anulowania lub wyładowania defibrylatora.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6.**

pkt.26. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w konfigurowalny czas wstrzymania alarmu: 1 min, 2 min, 3 min lub nieokreślony czas?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 7.**

pkt.32. Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez wyświetlania komunikatów na ekranie w trybie kardiowersji? Kardiowersja wykonywana jest przy wykorzystaniu tych samych akcesoriów co defibrylacja asynchroniczna.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8.**

pkt.67. Czy Zamawiający dopuści defibrylator informujący użytkownika o podłączeniu odpowiednich akcesoriów do wykonania stymulacji?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 9.**

pkt.73. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w możliwość stosowania sensorów SpO2 w technologii własnej producenta? Prosimy o podanie wybranej technologii pomiaru.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy SWZ w punkcie 73 pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 10.**

pkt.94. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w akumulator umożliwiający monitorowanie min. 5 godz. pracy dla urządzenia skonfigurowanego w moduł EKG 3-/5 odpr., moduł RR, moduł SpO2, moduł NIBP (pomiar co 15 minut) lub  $\geq 300$  wyładowań o energii 200 J?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 11.**

pkt.113. Czy Zamawiający dopuści defibrylator w którym krytyczne podzespoły urządzenia testowane są automatycznie po każdym włączeniu urządzenia a pełny test automatyczny nie rzadziej niż raz w tygodniu?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 12.**

W pkt.115. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w oprogramowanie w języku polskim, polskie komunikaty ekranowe i głosowe oraz przyciski na płycie czołowej opisane powszechnie znanymi dla personelu medycznego piktogramami typu: AED, charge, +, - ? Cała dokumentacja wraz instrukcją obsługi w języku polskim.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

## **PAKIET III - Łóżka wielofunkcyjne z wyposażeniem**

**Pytanie 13.**

dot. pkt. 6: Tylko niewielka liczba elektrycznych łóżek szpitalnych dostępnych na polskim rynku charakteryzuje się klasą szczelności IPX6, co pozwala na ich mycie w myjniach automatycznych lub

przy użyciu myjek wysokociśnieniowych i w praktyce wszystkie pochodzą od jednego, konkretnego producenta. Aby zatem nie ograniczać Zamawiającemu możliwości wyboru satysfakcjonującego rozwiązania spośród szerokiej gamy urządzeń, a także nie ograniczać zasad konkurencyjności wynikających wprost z Prawa o Zamówieniach Publicznych prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka elektrycznego spełniającego normę IPX4, która jest rynkowym standardem pozwalającym na dezynfekcję i mycie ręczne (przecieranie mokrą ściereczką oraz zraszanie) za pomocą szerokiej gamy roztworów alkoholu i chloru oraz wody, zamgławianie suchym nadtlenkiem wodoru oraz czyszczenie parowe.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy SWZ pozostawia bez zmian.**

#### **PAKIET IV - Narzędzia chirurgiczne**

##### **Pytanie 14.**

Poz. 11. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typ ROCHESTER-PEAN; odgięte; długość 180 mm; skok ząbków 0,9 mm?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### **Pytanie 15.**

Poz. 16. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typ ROCHESTER-PEAN; proste; długość 240 mm; skok ząbków 1,25 mm?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

##### **Pytanie 16.**

Poz. 17. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typ PEAN; odgięte; długość 240 mm; skok ząbków 1,25 mm?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

##### **Pytanie 17.**

Poz. 18. Czy Zamawiający dopuści kleszcze protetyczne do cięcia drutu 150 mm, miękkie max. 2,0 mm, twarde max. 1,5 mm?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

##### **Pytanie 18.**

Poz. 19. Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne typ LEXER; odgięte; długość 160 mm; ostrza tępo tępe; utwardzone z twardą wkładką; złote ucha?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### **Pytanie 19.**

Poz. 22. Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne typ MAYO-STILLE; proste; długość 150 mm; ostrza tępo tępe?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

##### **Pytanie 20.**

Poz. 24. Czy Zamawiający dopuści nożyczki naczyniowe typ POTTS; odgięte pod kątem 45 stopni; długość 190 mm; końce ostro ostre?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

##### **Pytanie 21.**

Poz. 25. Czy Zamawiający dopuści nożyczki do ligatury Metzenbaum; odgięte; długość 180 mm; ostrza tępo tępe; bez twardej wkładki; super cut; złote ucha?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 22.**

Poz. 25. Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne typ METZENBAUM; odgięte; długość 180 mm; ostrza tępo tępe; utwardzone z twardą wkładką; ze szlifem falistym; złote ucha?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 23.**

Poz. 26. Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne; odgięte; długość 140 mm; z utwardzonymi ostrzami, bez twardej wkładki, super cut; tępo tępe?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 24.**

Poz. 26. Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne; odgięte; długość 145 mm; z utwardzonymi ostrzami; twarda wkładka, bez szlifowania falistego; uszy złocone; tępo tępe?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 25.**

Poz. 29 Czy Zamawiający dopuści pinceta anatomiczna Standard; bardzo szeroka; prosta; długość 145 mm, szer. 3,5 mm?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 26.**

Poz. 30. Czy Zamawiający dopuści pinceta chirurgiczna Standard; mocna; prosta końcówka robocza; 1x2 ząbki; długość 145 mm, szer. 2,5 mm?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 27.**

Poz. 37. Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typ HEGAR-MAYO; szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm; do nici do 3/0; długość 152 mm?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 28.**

Poz. 38. Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typ HEGAR-MAYO; szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm; do nici do 3/0; długość 180 mm?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 29.**

Poz. 39. Czy Zamawiający dopuści hak operacyjny typ KOCHER; czterozębny; półostrzy 15x20 mm; długość 220 mm?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 30.**

Poz. 40. Czy Zamawiający retractor typ HENDERSON; 4x4 zęby; ostry; długość 170 mm?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 31.**

Poz. 24. Czy Zamawiający dopuści nożyczki naczyniowe typ POTTS-SMITH; odgięte pod kątem 45 stopni; długość 190 mm; końce ostro ostre?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 32.**

Pakiet 4, poz. 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki PEAN dł.180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 33.**

Pakiet 4, poz. 18: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze do cięcia drutu bez złotych rączek, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 34.**

Pakiet 4, poz. 19: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Mayo-Lexer o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 35.**

Pakiet 4, poz. 22: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Mayo-Stille o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 36.**

Pakiet 4, poz. 23: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Mayo-Stille o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 37.**

Pakiet 4, poz. 24: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Potts -Smith o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 38.**

Pakiet 4, poz. 26: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki chirurgiczne o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 39.**

Pakiet 4, poz. 27: Czy Zamawiający wyraża zgodę na uchwyt do skalpela o dł. 120mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 40.**

Pakiet 4, poz. 30: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę model USA, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 41.**

Pakiet 4, poz. 36: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki Rumel o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 42.**

Pakiet 4, poz. 37: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło o dł. 140mm lub 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na imadło o długości 160 mm.**

**Pytanie 43.**

Pakiet 4, poz. 38: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 44.**

Pakiet 4, poz. 42: Czy Zamawiający wyraża zgodę na naczynie o wymiarach 110x55mm

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**WZÓR UMOWY**

**Pytanie 45.**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1,2,3,6 :

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych w przypadku:

1. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5% wartości **brutto** zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, którego zwłoka dotyczy.**

2. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto **od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia** zachowując prawo od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia.

3. W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie, **jednak nie więcej niż 10% ceny określonej § 2 ust. 1**

6. W razie dostarczenia wadliwego towaru, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od daty złożenia zastrzeżenia. W razie niezrealizowania przez wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty **brutto** , w ramach którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy towar**

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian:**

Termin składania ofert: 22.03.2024 godz: 09:00

Termin otwarcia ofert: 22.03.2024 godz: 09:30

Zatwierdził:

lek. Ziemowit Wroński – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa